



SPZOZ Warszawa-Ursynów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
W a r s z a w a - U r s y n ó w

ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa, Regon: 017185839, NIP: 951-19-98-375
sekretariat: tel. 22 643 74 44; tel./fax 22 641 52 14; centrala: 22 641 67 59,
22 641 29 94, 22 643 03 99, e-mail: biuro@zozursynow.pl, www.zozursynow.pl



SPZOZ.U.42/2020

Warszawa, dnia 27.01.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego p.n. „**zakup i sukcesywne dostawy materiałów systemu próżniowego do pobrań krwi dla Centralnego Laboratorium Analitycznego w Warszawie przy ul. Romera 4.**” (Nr sprawy SPZOZ.U.42/2020) wpłynęły zapytania do treści ogłoszenia. Treść wyjaśnień na otrzymane zapytanie zamieszczono poniżej.

Zapytanie nr 1 z dnia 24.12.2019 r.

- Dotyczy parametrów ocenianych poz. 1h: zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej w zakresie stężenie odczynnika próbówki do OB, czy Zamawiający ma na myśli próbówkę do OB z cytrynianem sodu 3,2% ?
ODP. Tak , doszło do pomyłki pisarskiej , Zamawiający ma na myśli próbówkę z cytrynianem sodu 3,2 % .
- Dotyczy parametrów ocenianych poz. 2: zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie czy oceniany w tej pozycji parametr tj. igła motylkowa z drenem do 12 cm dotyczy igieł motylkowych z poz. 13; 19 i 20 formularza asortymentowo- cenowego (zał. nr 1)
ODP. Tak , oceniany parametr tj. igła motylkowa z drenem do 12 cm dotyczy igieł motylkowych z poz. 13 , 19 i 20 formularza asortymentowo-cenowego (zał. nr 1) .
- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki próbówki, czy też uchwytu, lub igły itp.).
ODP. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku.



dla rozwoju Mazowsza

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013