

Orzeczenie techniczne 1

Użytkownik	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA-URSYNÓW ul. KAJAKOWA 12 02-838 WARSZAWA
Do wiadomości	
Urządzenie	Wkładka typ: 8974.402 o numerze seryjnym 5000316324
Producent	Richard Wolf GmbH
Wyposażenie	Brak
Orzeczenie	Optyka uszkodzona mechanicznie. Stwierdzono pękniętą soczewkę czołową urządzenia. Stwierdzono uszkodzone poszczególne włókna światłowodowe urządzenia. Stwierdzone uszkodzenia powodują brak ostrości przekazywanego

	obrazu.
Gwarancja	Brak.
Opinia	Stwierdzone uszkodzenia uniemożliwiają poprawną pracę urządzenia.