

## Orzeczenie techniczne 2

<b>Użytkownik</b>	<b>SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA-URSYNÓW</b> ul. KAJAKOWA 12 02-838 WARSZAWA
<b>Do wiadomości</b>	
<b>Urządzenie</b>	Wkładka typ: 8974.412 o numerze seryjnym : brak numeru seryjnego.
<b>Producent</b>	Richard Wolf GmbH
<b>Wyposażenie</b>	Brak
<b>Orzeczenie</b>	Optyka uszkodzona mechanicznie. Stwierdzono ślady wilgoci oraz zanieczyszczeń wewnątrz układu optycznego. Stwierdzono uszkodzone włókna światłowodowe w układzie transmisji światła. Stwierdzono, iż urządzenie było naprawiane przez nieautoryzowany serwis. Stwierdzono, iż numer seryjny urządzenia został zeszlifowany.
<b>Gwarancja</b>	Brak.
<b>Opinia</b>	Stwierdzone uszkodzenia uniemożliwiają poprawną pracę urządzenia.