



SPZOZ Warszawa-Ursynów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
W a r s z a w a - U r s y n ó w

ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa, Regon: 017185839, NIP: 951-19-98-375
sekretariat: tel. 22 643 74 44; tel./fax 22 641 52 14; centrala: 22 641 67 59,
22 641 29 94, 22 643 03 99, e-mail: biuro@zozursynow.pl, www.zozursynow.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



RZETELNA Firma
Wyróżnienie, które
zobowiązuje



Warszawa, dnia 22.02.2019 r.

Nr sprawy SPZOZ.U.157/2019

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. **„sukcesywne dostawy materiałów dezynfekcyjnych”** (Nr sprawy SPZOZ.U.157/2019) wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść wyjaśnień na otrzymane zapytania zamieszczono poniżej.

Zapytanie nr 1 z dnia 21.02.2019 r.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 4 poz. 13 i 14 i dopuści:

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

Lub Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

Lub Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

Lub Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 30 x 34cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-wiaderko i wkłady do wiaderka- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne),

grzyby i grzyby drożdżopodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

Lub Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 18 x 25cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 300 sztuk w opakowaniu-wiaderko i wkłady do wiaderka- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz.U. 2010 r.Nr 107 poz. 679 późniejszymi zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni dopuszczone do obrotu jako wyroby medyczne nie mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością. W związku z tym, prosimy o odstąpienie od wymogu przeznaczenia produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie osobnych pakietów i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 4 poz. 17 i 18 i dopuści:

Suche chusteczki do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Wykonane z poliestru, celulozy i wiskozy do nasączenia preparatem dezynfekcyjnym. Gramatura 70g/m². Wymiary chusteczki 30cm x 34cm. Wyrób medyczny. op. = 100 szt. oraz kompatybilne z nimi wiaderka dozujące?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie osobnych pakietów i wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 2 z dnia 21.02.2019 r.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 3 preparat na bazie oleju parafinowego do konserwacji i pielęgnacji narzędzi. Opakowanie 400 ml, spray. Preparat opisany przez Zamawiającego został wycofany.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowany preparat.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 8 preparat w op. 4,5l. Pozostałe wymagania według SIWZ..

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w opakowaniu 4,5 l.

Pytanie 3:

Proszę o informacje w jakim opakowaniu ma być preparat w Pakiecie nr 2 poz. 10

Odpowiedź: Zamawiający wymaga opakowania 250 ml.

Zapytanie nr 3 z dnia 21.02.2019 r.

Pakiet nr.1

Poz. 2.

W związku z wycofaniem z produkcji preparatu w opakowaniu a 5L, prosimy o dopuszczenie preparatu w opakowaniu a 1L z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę konfekcjonowania zgodnie z ww. propozycją.

Poz. 7.

W związku z wycofaniem z produkcji preparatu w opakowaniu a 5L, prosimy o dopuszczenie preparatu w opakowaniu a 1L z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę konfekcjonowania zgodnie z ww. propozycją.

Poz. 10.

W związku z wycofaniem z produkcji preparatu prosimy o dopuszczenie równoważnego preparatu płuczącego ułatwiającego schnięcie metalu, szkła i sprzętu anestezyjologicznego. Do stosowania w ostatnim cyklu płukania w myjni Getinge. Zawierający niejonowe związki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji, regulatory pH. Płynny, w koncentracji. Bezbarwny, przezroczysty. Stężenie użytkowe 0,02-0,05%. pH koncentratu ok. 7; Opakowania 5kg. Wyrób medyczny kl.I. W ramach oferty Wykonawca bezpłatnie dokona kalibracji myjni.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu o ww. specyfikacji pod warunkiem dokonania przez Wykonawcę bezpłatnej kalibracji myjni. Kalibracja winna być wykonana przez serwis posiadający odpowiednie uprawnienia do wykonania takiej czynności (np. autoryzacje producenta bądź personel posiadający odpowiednie przeszkolenie potwierdzone certyfikatem).

Zapytanie nr 4 z dnia 22.02.2019 r.

Pytanie 1:

Bardzo proszę o określenie jakiej pojemności wymaga Zamawiający w Pakiecie nr 2 pozycja 10?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga opakowania 250 ml