



# SPZOZ Warszawa-Ursynów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
W a r s z a w a - U r s y n ó w

ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa, Regon: 017185839, NIP: 951-19-98-375  
sekretariat: tel. 22 643 74 44; tel./fax 22 641 52 14; centrala: 22 641 67 59,  
22 641 29 94, 22 643 03 99, e-mail: biuro@zozursynow.pl, www.zozursynow.pl



**ZPORR**  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego



**RZETELNA Firma**  
Wyróżnienie, które  
zobowiązuje



Warszawa, dnia 08.05.2020 r.

Nr sprawy SPZOZ.U.291/2020

## ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „**sukcesywne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku**” (Nr sprawy SPZOZ.U.291/2020) wpłynęły zapytania do SIWZ.

### Zapytanie nr 1 z dnia 13.05.2020 r.

#### Pytanie 1

##### Pakiet nr 16, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igieł o dł. 180cm, śr. kathetera 1,8mm, śr. igły 0,6mm, dł. igły 4-5mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie 2

##### Pakiet nr 16, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igieł o dł. 230cm i średnicy 2,4, średnica igły 0,6mm, dł. igły 4-5mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza również igły o dł. 230cm i średnicy 2,4, średnica igły 0,6mm, dł. igły 4-5mm,**

#### Pytanie 3

##### Pakiet nr 16, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ustników dla dorosłych mikrobiologicznie czystych, pakowanych w opakowania jednostkowe w warunkach aseptycznych, śr. otworu 22 x 25mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ustniki dla dorosłych mikrobiologicznie czyste, pakowane w opakowania jednostkowe w warunkach aseptycznych, śr. otworu 22 x 25mm.**

#### Pytanie 4

##### Pakiet nr 16, poz. 2

Prosimy o doprecyzowanie co oznacza stwierdzenie „(sterylny-opcja)”- dotyczące ustników. Jeżeli Zamawiający wymaga zaoferowania ustników niesterylnych i sterylnych do wyboru przez Zamawiającego, prosimy o określenie ilości wymaganych ustników sterylnych w celu prawidłowej wyceny.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania ustników niesterylnych. Jeżeli oferent w swej ofercie nie posiada ustników niesterylnych może zaproponować sterylne.**

#### Pytanie 5

##### Pakiet nr 31, poz. 2-3

Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie, czy nie zaszła omyłka i Zamawiający wymaga szczypec biopsyjnych powlekanych, w celu ochrony kanału endoskopu.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

#### Pytanie 6

##### Pakiet nr 31, poz. 2-3

Prosimy o dopuszczenie j.u. szczypec biopsyjnych powlekanych, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również szczypcy powlekane.**

### Zapytanie nr 2 z dnia 14.05.2020 r.

Dotyczy pakietu nr 10:

**Pytanie 1.**Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o folii 7 warstwowej łącznie z warstwą kleju?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 2.** Czy Zamawiający w poz. 1c dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy płaski o wymiarach 120mm x 200 m w miejsce rękawa o wymiarach 125mm x 200m ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy płaski o wymiarach 120mm x 200 m w miejsce rękawa o wymiarach 125mm x 200m.**

**Pytanie 3.** Czy Zamawiający w poz. 1i dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z zakładką w rozmiarze 75mm x 35mm x 100m?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 4.** Czy Zamawiający w poz. 1j dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z zakładką w rozmiarze 100mm x 40mm x 100m? **Odpowiedź: Tak** Zamawiający dopuszcza hemostatyk , którego okres wchłaniania wynosi 3-6tyg z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

#### **Zapytanie nr 3 z dnia 19.05.2020 r.**

**Pytanie nr 1 do Zadania nr 11 poz. 1:**

Zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców sformułowaną w art. 7 ust. 1 ustawy, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaofiarowania w przedmiotowym zadaniu wchłanianego hemostatyku - wchłanianej gazy wykonanej w 100% z utlenionej celulozy posiadający właściwości antybakteryjne dzięki niskiemu PH: 2-4, całkowicie biodegradowalne w organizmie w przeciągu 4 tygodni. Rozmiar 5x7 cm.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaofiarowanie wchłanianego hemostatyku - wchłanianej gazy wykonanej w 100% z utlenionej celulozy posiadający właściwości antybakteryjne dzięki niskiemu PH: 2-4, całkowicie biodegradowalne w organizmie w przeciągu 4 tygodni. Rozmiar 5x7 cm.**

**Pytanie nr 2 do Zadania nr 11 poz. 2:**

Zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców sformułowaną w art. 7 ust. 1 ustawy, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaofiarowania w przedmiotowym zadaniu wchłanianego hemostatyku - wchłanianej gazy wykonanej w 100% z utlenionej celulozy posiadający właściwości antybakteryjne dzięki niskiemu PH: 2-4, całkowicie biodegradowalne w organizmie w przeciągu 4 tygodni. Rozmiar 5x1,25 cm.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaofiarowanie wchłanianego hemostatyku - wchłanianej gazy wykonanej w 100% z utlenionej celulozy posiadający właściwości antybakteryjne dzięki niskiemu PH: 2-4, całkowicie biodegradowalne w organizmie w przeciągu 4 tygodni. Rozmiar 5x1,25 cm.**

**Pytanie nr 3 do Zadania nr 11 poz. 5:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu środka hemostatycznego w postaci walca o identycznych parametrach użytkowych wedle opisu zamawiającego pakowanego po 5 sztuk.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również zaofiarowanie środka hemostatycznego w postaci walca o identycznych parametrach użytkowych wedle opisu zamawiającego pakowanego po 5 sztuk.**

#### **Zapytanie nr 4 z dnia 18.05.2020 r.**

**Pytanie 1**

Dotyczy zapisów SIWZ

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem. Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.**

**Pytanie 2**

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza

brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna ww. wymóg za spełniony, jeżeli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.**

#### **Zapytanie nr 5 z dnia 15.05.2020 r.**

##### **Pytanie 1**

###### **Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 17**

Przy podawaniu leków wrażliwych na światło, niezwykle ważne jest, aby cała linia infuzyjna, zarówno butelka i przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, zabezpieczona była przed światłem. Używanie przyrządu do podawania leków światłoczułych bez osłonięcia butelki z lekiem, nie gwarantuje bezpieczeństwa infuzji. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga, aby przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych w kolorze bursztynowym był zapakowany w sterylne opakowanie, razem z osłonką zabezpieczającą butelkę przed światłem?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, aby przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych w kolorze bursztynowym był zapakowany w sterylne opakowanie, razem z osłonką zabezpieczającą butelkę przed światłem.**

##### **Pytanie 2**

###### **Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 1-4**

Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia. Czy oferowane strzykawki mają posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka z cylindra w postaci dwóch pierścieni umieszczonych wewnątrz tłoka?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby oferowane strzykawki posiadały zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka z cylindra w postaci dwóch pierścieni umieszczonych wewnątrz tłoka.**

##### **Pytanie 3**

###### **Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 16**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na igły w rozmiarze 0,33x12mm, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

##### **Pytanie 4**

###### **Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 17**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na igły w rozmiarze 0,4x20mm, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

##### **Pytanie 5**

###### **Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 19**

Prosimy o informację, czy należy wycenić jedną strzykawkę czy opakowanie handlowe zawierające 100 szt. strzykawek?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wycenić jedno opakowanie handlowe zawierające 100 szt. lub jego równowartość.**

##### **Pytanie 6**

###### **Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 20**

Prosimy o informację, czy należy wycenić jedną strzykawkę czy opakowanie handlowe zawierające 100 szt. strzykawek?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wycenić jedno opakowanie handlowe zawierające 100 szt. lub jego równowartość.**

##### **Pytanie 7**

###### **Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 21**

Prosimy o informację, czy należy wycenić jedną strzykawkę czy opakowanie handlowe zawierające 100 szt. strzykawek?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wycenić jedno opakowanie handlowe zawierające 100 szt. lub jego równowartość.**

##### **Pytanie 8**

###### **Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 22**

Prosimy o informację, czy należy wycenić jedną strzykawkę czy opakowanie handlowe zawierające 50 szt. strzykawek?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wycenić jedno opakowanie handlowe zawierające 100 szt. lub jego równowartość.**

**Pytanie 9**

**Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 23, 24**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na strzykawkę ze skalą nominalną, bez skali rozszerzonej, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 10**

**Dotyczy pakietu nr 20 pozycja 1, 7**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na kaniulę bez linii RTG, widoczne w USG, tak jak obecnie używane, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Zapytanie nr 6 z dnia 20.05.2020 r.**

**Pytanie 1**

**Pakiet nr 16** Czy zamawiający dopuści w Poz. 1 Długość 230mm , średnica 1,8mm, średnica igły wew. 0,5mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pakiet nr 31** Czy zamawiający dopuści w Poz. 1 Jednorazowa pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa do endoskopowego usuwania polipów. Owalna, o średnicy 15mm i 24mm . Sterylne. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ Poz. 2 śr. 2,3mm, dł. 180 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również jednorazową pętlę elektrochirurgiczną kolonoskopową do endoskopowego usuwania polipów. Owalna, o średnicy 15mm i 24mm . Sterylne. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ Poz. 2 śr. 2,3mm, dł. 180 cm.**

**Zapytanie nr 7 z dnia 21.05.2020 r.**

**Pytanie 1**

**Pakiet 10:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów wykonanych z papieru o przenikaniu powietrza 11,40 UM/Pa.s, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,2 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,80 kN/m, folia siedmio warstwowa łącznie z warstwą kleju, wytrzymałość folii na zerwanie wzdłuż min. 65N i w poprzek min. 62N? Reszta zgodna z opisem.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 2**

**Pakiet 10, poz. 1i:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów w rozm. 7,5cm x 2,5cm x 100m?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 3**

**Pakiet 10, poz. 1j:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów w rozm. 10cm x 5,0cm x 100m?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 4**

**Pakiet 18, poz. 16:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem o średnicy 8cm? Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 5**

**Pakiet 30, poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w rozmiarze XL o długości 140cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również fartuch w rozmiarze XL o długości 140cm.**

**Pytanie 6**

**Pakiet 30, poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z włókniny SMS, z zapięciem na rzep pętelki 13cm x 2cm i haczyki 5cm x 2cm, oznaczeniem rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu w postaci wszywki lub pieczętki, w opakowaniu dodatkowo dwa rękawniki w rozm. 20x40cm? Reszta zgodna z opisem.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również fartuch z włókniny SMS, z zapięciem na rzep pętelki 13cm x 2cm i haczyki 5cm x 2cm, oznaczeniem rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu w postaci wszywki lub pieczętki, w opakowaniu dodatkowo dwa rękawniki w rozm. 20x40cm.**

**Zapytanie nr 8 z dnia 22.05.2020 r.**

**Pytanie 1**

**Pakiet 13 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic z prostym mankietem z technologią Surefit (eliminacja zwi-  
jania mankieta)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie rękawic z prostym mankietem z  
technologią Surefit (eliminacja zwiwania mankieta).**

**Pytanie 2**

**Pakiet 13 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic z prostym mankietem z technologią Surefit (eliminacja zwi-  
jania mankieta)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza również zaoferowanie rękawic z prostym mankietem z tech-  
nologią Surefit (eliminacja zwiwania mankieta)**

**Pytanie 3**

**Pakiet 13 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic z prostym mankietem z technologią Surefit (eliminacja zwi-  
jania mankieta)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie rękawic z prostym mankietem z  
technologią Surefit (eliminacja zwiwania mankieta)**

**Pytanie 4**

**Pakiet 13 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic z prostym mankietem z technologią Surefit (eliminacja zwi-  
jania mankieta) z gładką powierzchnią zewnętrzną w rozmiarach od 5,5 do 9,0?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza również zaoferowanie rękawic z prostym mankietem z tech-  
nologią Surefit (eliminacja zwiwania mankieta) z gładką powierzchnią zewnętrzną w rozmiarach od 5,5  
do 9,0.**

**Pytanie 5**

**Pakiet 13 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic z prostym mankietem z technologią Surefit (eliminacja zwi-  
jania mankieta) o poziomie protein lateksu  $\geq 50 \mu\text{g/g}$  oraz AQL 0,65. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie rękawic z prostym mankietem z  
technologią Surefit (eliminacja zwiwania mankieta) o poziomie protein lateksu  $\geq 50 \mu\text{g/g}$  oraz AQL  
0,65.**

**Pytanie 6**

**Pakiet 18 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie serwety o odporności na rozerwanie sucho/morko 175/185 kPa. Pozostałe parame-  
try zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również serwety o odporności na rozerwanie sucho/morko  
175/185 kPa.**

**Pytanie 7**

**Pakiet 18 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie serwety o odporności na rozerwanie sucho/morko 175/185 kPa. Pozostałe parame-  
try zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również serwety o odporności na rozerwanie sucho/morko  
175/185 kPa.**

**Pytanie 8**

**Pakiet 18 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie serwety o odporności na rozerwanie sucho/morko 175/185 kPa. Pozostałe parame-  
try zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również serwety o odporności na rozerwanie sucho/morko  
175/185 kPa.**

**Pytanie 9**

**Pakiet 18 poz. 6**

Prosimy o dopuszczenie serwety o odporności na rozerwanie sucho/morko 175/185 kPa. Pozostałe parame-  
try zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również serwety o odporności na rozerwanie sucho/morko  
175/185 kPa.**

**Pytanie 10**

**Pakiet 19 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie zestawu w którym serweta do artroskopii o odporności na rozerwanie sucho/morko  
175/185 kPa. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również serwetę do artroskopii o odporności na rozerwa-  
nie sucho/morko 175/185 kPa.**

**Pytanie 11**

**Pakiet 19 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie zestawu w którym serweta o wymiarach 75x75cm jest o odporności na rozerwanie sucho/morko 175/185 kPa. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również zestaw, w którym serweta o wymiarach 75x75cm jest o odporności na rozerwanie sucho/morko 175/185 kPa.**

**Pytanie 12**

**Pakiet 19 poz. 4**

Prosimy o dopuszczenie zestawu w którym serweta o wymiarach 120x150cm jest o odporności na rozerwanie sucho/morko 175/185 kPa. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również zestawu w którym serweta o wymiarach 120x150cm jest o odporności na rozerwanie sucho/morko 175/185 kPa.**

**Pytanie 13**

**Pakiet 30 pozycja 3:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha z rękawem wykończonym gumką?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie fartucha z rękawem wykończonym gumką.**

**Pytanie 14**

**Pakiet 30 pozycja 3:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha w kolorze zielonym?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie fartucha w kolorze zielonym.**

**Pytanie 1 do SIWZ**

Prosimy o wykreślenie zapisu w rozdziale 8 SIWZ: "a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP)." – dotyczy ofert składanych za pomocą miniportalu.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 1 do wzoru umowy**

W związku z możliwością problemów z realizacją dostaw w części lub w całości spowodowanych pandemią choroby COVID-19, która znacznie ograniczyła działalność wielu producentów wyrobów prosimy o dodanie w § 11 wzoru umowy proponowanego zapisu:

„Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych niniejszej umowie z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemią Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 2 do wzoru umowy**

Prosimy o poprawkę oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej czasu trwania umowy w § 12 ust. 1

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dokonał poprawki oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej czasu trwania umowy w § 12 ust. 1.**

**Pytanie 3 do wzoru umowy**

Zwracamy się z prośbą o dopisanie do wzoru umowy następującego paragrafu:

„1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopisał do wzoru umowy Paragraf traktujący o sile wyższej w brzmieniu zawartym w odpowiedzi na zapytanie nr 14 pytanie 39.**

#### **Zapytanie nr 9 z dnia 25.05.2020 r.**

##### **Pytanie 1**

P16 poz. 3 Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowej szczoteczki do czyszczenia kanałów endoskopów, zawierające dwie szczotki na jednej osłonce, dające możliwość dwustronnego wprowadzania i przeciągania przez kanał endoskopu. Na końcu dalszym szczotek plastikowa osłonka chroniąca kanał endoskopu przed zarysowaniem , długość robocza 240cm , długość włosia szczoteczki 13 mm , średnica włosia szczoteczki 5 mm , dopasowana do kanałów 2,0-4,2mm. Pakowane pojedynczo , zbiorcze opakowanie - 50 szt. ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie jednorazowej szczoteczki do czyszczenia kanałów endoskopów, zawierające dwie szczotki na jednej osłonce, dające możliwość dwustronnego wprowadzania i przeciągania przez kanał endoskopu. Na końcu dalszym szczotek plastikowa osłonka chroniąca kanał endoskopu przed zarysowaniem, długość robocza 240cm, długość włosia szczoteczki 13 mm, średnica włosia szczoteczki 5 mm, dopasowana do kanałów 2,0-4,2mm. Pakowane pojedynczo, zbiorcze opakowanie - 50 szt.**

##### **Pytanie 2**

P21 Poz. 3 Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie klipsownicy do endoskopowego tamowania krwawień, jednorazowego użytku, narzędzie jednoelementowe ,z dwuramiennym klipsem załadowanym do zestawu, z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu oraz z możliwością rotacji klipsa co ułatwia precyzyjne ustawienie klipsa względem miejsca krwawienia, klipsownicy dostępne w długościach 235 cm, współpracujące z kanałem endoskopu o średnicy 2.8 mm, szerokość rozwarcia ramion klipsa - 11 mm, możliwość wykonania rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem , opakowanie zbiorcze zawierające 20 sztuk klipsownic gotowych do użycia ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie klipsownicy do endoskopowego tamowania krwawień, jednorazowego użytku, narzędzie jednoelementowe ,z dwuramiennym klipsem załadowanym do zestawu, z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu oraz z możliwością rotacji klipsa co ułatwia precyzyjne ustawienie klipsa względem miejsca krwawienia, klipsownicy dostępne w długościach 235 cm, współpracujące z kanałem endoskopu o średnicy 2.8 mm, szerokość rozwarcia ramion klipsa - 11 mm, możliwość wykonania rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem , opakowanie zbiorcze zawierające 20 sztuk klipsownic gotowych do użycia.**

##### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 3 z pakietu P21 do oddzielnego pakietu w celu umożliwienia złożenia oferty ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 3 z pakietu P21 do oddzielnego pakietu nr 32, modyfikacji ulega formularz asortymentowo – cenowy.**

##### **Pytanie 4**

P31 Poz. 2 Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowych kleszczy biopsyjnych o zwiększonej pojemności łopatek, z igłą, z podwójnym systemem cięgieł umożliwiających otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczękach, z funkcją biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk: 2,2 mm, 2,4 mm, 2,8 mm; długość 160 (pancerz szczypiec zróżnicowany kolorystycznie w zależności od długości); z czarnymi markerami sygnalizacyjnymi informującymi o momencie wysunięcia kleszczy z kanału roboczego, kleszczyki o średnicy szczęk 2,8 mm – współpracujące z kanałem roboczym 3,2 mm, pozostałe średnice współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowych kleszczy biopsyjnych o zwiększonej pojemności łopatek, z igłą, z podwójnym systemem cięgieł umożliwiających otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczękach, z funkcją biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk: 2,2 mm, 2,4 mm, 2,8 mm; długość 160 (pancerz szczypiec zróżnicowany kolorystycznie w zależności od długości); z czarnymi markerami sygnalizacyjnymi informującymi o momencie wysunięcia kleszczy z kanału roboczego, kleszczyki o średnicy szczęk 2,8 mm – współpracujące z kanałem roboczym 3,2 mm, pozostałe średnice współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm.**

##### **Pytanie 5**

P31 Poz. 3 Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowych kleszczy biopsyjnych o zwiększonej pojemności łopatek, z igłą, z podwójnym systemem cięgieł umożliwiają-

cych otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczękach, z funkcją biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk: 2,2 mm, 2,4 mm, 2,8 mm; długość 240 cm (pancerz szczypiec zróżnicowany kolorystycznie w zależności od długości); z czarnymi markerami sygnalizacyjnymi informującymi o momencie wysunięcia kleszczy z kanału roboczego, kleszczyki o średnicy szczęk 2,8 mm – współpracujące z kanałem roboczym 3,2 mm, pozostałe średnice współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający zgodzi się na zaferowanie jednorazowych kleszczy biopsyjnych o zwiększonej pojemności łopatek, z igłą, z podwójnym systemem cięgieł umożliwiających otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczękach, z funkcją biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk: 2,2 mm, 2,4 mm, 2,8 mm; długość 240 cm (pancerz szczypiec zróżnicowany kolorystycznie w zależności od długości); z czarnymi markerami sygnalizacyjnymi informującymi o momencie wysunięcia kleszczy z kanału roboczego, kleszczyki o średnicy szczęk 2,8 mm – współpracujące z kanałem roboczym 3,2 mm, pozostałe średnice współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm.**

#### **Zapytanie nr 10 z dnia 26.05.2020 r.**

##### **Pytanie nr 1**

Prosimy o potwierdzenie, że wykaz dostaw, zaświadczenie z US, ZUS i CEIDG mają być złożone wraz z ofertą.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga złożenia wykazu dostaw, zaświadczenia z US, ZUS i CEIDG wraz z ofertą.**

##### **Pytanie nr 2**

###### **Pakiet 4, Poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika ze szczelną pokrywą zamykaną na wcisk o pojemności 520 ml.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również pojemnik ze szczelną pokrywą zamykaną na wcisk o pojemności 520 ml.**

##### **Pytanie nr 3**

###### **Pakiet 4, Poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 15 ml. ze skalą do 10 ml.

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza również pojemnik o pojemności 15 ml. ze skalą do 10 ml.**

##### **Pytanie nr 4**

###### **Pakiet 4, Poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 120 ml

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również pojemnik o pojemności 120 ml**

##### **Pytanie nr 5**

###### **Pakiet 4, Poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników pakowanych w opakowaniu zbiorczym po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zaokrąglając w górę (3 x 50 szt. = 150 szt.)

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również pojemniki pakowane w opakowanie zbiorcze po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zaokrąglając w górę (3 x 50 szt. = 150 szt.)**

##### **Pytanie nr 6**

###### **Pakiet 4, Poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 120 ml.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również pojemnik o pojemności 120 ml.**

##### **Pytanie nr 7**

###### **Pakiet 4, Poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 2300 ml.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również pojemnik o pojemności 2300 ml.**

##### **Pytanie nr 8**

###### **Pakiet 4, Poz. 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 5600 ml.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również pojemnik o pojemności 5600 ml.**

##### **Pytanie nr 9**

###### **Dotyczy wzoru umowy**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

*„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?*

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.



**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wraza zgody na dodanie do wzoru umowy ww. sformułowania.**

**Pytanie nr 10**

Uprzejmie prosimy o udostępnienie załączników w wersji edytowalnej

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że załączniki w formie edytowalnej są dostępne na jego stronie [www.zozursynow.pl](http://www.zozursynow.pl) w zakładce zamówienia przy ogłoszeniu dotyczącym niniejszego postępowania.**

**Zapytanie nr 11 z dnia 26.05.2020 r.**

**Pytanie nr 1**

**Pakiet 3, poz.1-4**

czy zamawiający dopuści strzykawki bez skali rozszerzonej?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również strzykawki bez skali rozszerzonej.**

**Pytanie nr 2**

**Pakiet 3, poz.5-6**

czy zamawiający dopuści strzykawkę z jednostronną skalą pomiarową?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również strzykawkę z jednostronną skalą pomiarową.**

**Pytanie nr 3**

**Pakiet 3, poz. 9-10**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań**

**Pytanie nr 4**

**Pakiet 3, poz.1-7, 9-10**

Czy zamawiający wydzieli poz.1-7, 9-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz.1-7, 9-10 pakietu 3 do osobnego pakietu 33, modyfikacji ulega formularz asortymentowo – cenowy.**

**Pytanie nr 5**

**Pakiet 5, poz. 1-2**

Czy zamawiający dopuści wziernik o wymiarach - długości całkowitej 113 mm +/- 1, długość części zwężonej ok 76 mm +/- 1; szerokość części zwężonej dla rozmiaru L-30 mm +/- 1; długość łyżki 109 mm (+/-1); dla rozmiaru M-26 mm +/-1, długość łyżki 102 mm (+/-1); dla rozmiaru S-24 mm +/-1, długość łyżki 101 mm (+/-1); dla rozmiaru XS- 20 mm +/-1, długość łyżki 108 mm (+/-1); dla rozmiaru XXS-15 mm +/-, długość łyżki 102 mm (+/-1), odpowiednio do pozycji?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 6**

**Pakiet 5, poz. 3**

Czy zamawiający odstąpi od wymogu testów klinicznych (badań masowych), ponieważ wskazuje to na jednego producenta, co ogranicza uczciwą konkurencję?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 7**

**Pakiet 5, poz. 3**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 8**

**Pakiet 5, poz.3**

Czy zamawiający dopuszcza i wymaga sterylną szczoteczkę do wymazów cytologicznych typu wachlarzyk, wykonana jest z tworzywa sztucznego, a gęste włosie wachlarzyka z materiału LDPE, co zapewnia pobieranie odpowiedniej ilości materiału do badań? Solidne mocowanie części wachlarza i rękojeści zapewnia bezpieczeństwo w trakcie badania. Szczoteczka jest pakowana indywidualnie, sterylna, co zapobiega potencjalnym infekcjom podczas badań. Szczoteczka typu wachlarzyk jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 9**

**Pakiet 17, poz.1**

czy zamawiający dopuści nerkę medyczna jednorazowego użytku z pulpy higienicznej pojemności 0,7 l i właściwościach wodoodpornych (co najmniej 4 godziny wodoodporności), biodegradowalna, do maceratora o wymiarach: dł. 250 mm x szer. 135 mm x wys. 40 mm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również nerkę medyczna jednorazowego użytku z pulpy higienicznej pojemności 0,7 l i właściwościach wodoodpornych (co najmniej 4 godziny wodoodporności), biodegradowalna, do maceratora o wymiarach: dł. 250 mm x szer. 135 mm x wys. 40 mm.**

**Pytanie nr 10****Pakiet 17, poz.2**

czy zamawiający dopuści kaczkę męską o pojemności 0,800 l z pulpy higienicznej o właściwościach wodoodpornych. (co najmniej 4 godziny wodoodporności), biodegradowalna, do maceratora o wymiarach: dł 250 mm szer. 110 mm x wys. 120 mm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również kaczkę męską o pojemności 0,800 l z pulpy higienicznej o właściwościach wodoodpornych. (co najmniej 4 godziny wodoodporności), biodegradowalna, do maceratora o wymiarach: dł 250 mm szer. 110 mm x wys. 120 mm.**

**Pytanie nr 11****Pakiet 28, poz.1**

czy zamawiający dopuści pojemność 0,5-0,8 litra?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 12****Pakiet 28, poz. 5**

czy zamawiający dopuści pojemność 0,2 litra?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Zapytanie nr 12 z dnia 27.05.2020 r.****Pytanie 1**

**Pakiet 16, poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści igły zabezpieczone osłonką z PTFE, o długości roboczej narzędzia 2300mm i o średnicy 2,4mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również igły zabezpieczone osłonką z PTFE, o długości roboczej narzędzia 2300mm i o średnicy 2,4mm.**

**Pytanie nr 2**

**Pakiet 16, poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści ustnik o wymiarach otworu głównego 22mm x 27mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również ustnik o wymiarach otworu głównego 22mm x 27mm.**

**Pytanie nr 3**

**Pakiet 21, poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści klipsownicy pakowane po 10 sztuk (z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również klipsownicy pakowane po 10 sztuk (z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia).**

**Pytanie nr 4**

**Pakiet 31, poz. 2, 3.** Czy Zamawiający dopuści szczypce powleczone PE? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również szczypce powleczone PE.**

**Zapytanie nr 13 z dnia 27.05.2020 r.****Pytanie 1****Pakiet 13, poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania

"Sterylna rękawica chirurgiczna lateksowa bezpydrowa, koloru białego, Kształt anatomiczny, szczelnie pakowane parami, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, silikonowana i chlorowana. Wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonem.

Grubość rękawicy na palcu m.in. 0,20 mm+/-0,04mm

Na dłoni m.in. 0,20 mm+/-0,04mm

Na mankiecie m.in. 0,20 mm+/-0,04mm

Długość minimalna 295mm

Poziom protein lateksu <30µg/g według zmodyfikowanej metody Lowry'ego i testu HLPC (EN 455-3) AQL - 1,0

Rozmiary od 5,5 do 9,0

Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE, sterylizacja rękawic radiacyjna. Rękawice zgodne z normą EN 455 część 1,2,3"

bezpydrowa, koloru białego, Kształt anatomiczny, szczelnie pakowane parami, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, silikonowana i chlorowana. Wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonem.

Grubość rękawicy na palcu m.in. 0,20 mm+/-0,04mm

Na dłoni m.in. 0,20 mm+/-0,04mm

Na mankiecie m.in. 0,20 mm+/-0,04mm

Długość minimalna 295mm

Poziom protein lateksu <30µg/g według zmodyfikowanej metody Lowry'ego i testu HLPC (EN 455-3) AQL -

1,0

Rozmiary od 5,5 do 9,0

Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE, sterylizacja rękawic radiacyjna. Rękawice zgodne z normą EN 455 część 1,2,3"

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 2**

**Pakiet 13, poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania

"Sterylne syntetyczne rękawice chirurgiczne, neoprenowe, koloru kremowego.

Kształt anatomiczny, szczelnie pakowane parami, różnicowane na prawą i lewą dłoń

Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną.

Powierzchnia zewnętrzna teksturowana.

Wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonem

Grubość na palcu m.in. 0,160 mm

Minimalna długość 300mm AQL 0,65-1,0

Rozmiary od 5,5 do 9,0

Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE, sterylizacja rękawic radiacyjna. Rękawice zgodne z normą EN 455 część 1,2,3"

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 3**

**Pakiet 13, poz. 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania

"Sterylne rękawice chirurgiczne lateksowe bezpydrowe, koloru zielonego, rękawice wewnętrzne do systemu podwójnych rękawic.

Kształt anatomiczny, szczelnie pakowane parami, różnicowane na prawą i lewą dłoń.

Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną.

Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana.

Wewnętrzna pokryta poliuretanem i nawilżana lub pokryta środkiem HydraSoft. Grubość na palcu 0,21 mm +/-0,04mm

Minimalna długość 295mm

Poziom protein lateksu <30µg/g według zmodyfikowanej metody Lowry'ego i testu HLPC (EN 455-3) AQL 0,65-1,0

Rozmiary od 5,5 do 9,0

Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE, sterylizacja rękawic radiacyjna. Rękawice zgodne z normą EN 455 część 1,2,3"

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 4**

**Pakiet 13, poz. 4**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania

"Sterylna rękawica chirurgiczna lateksowa bezpydrowa, koloru białego, Kształt anatomiczny, szczelnie pakowane parami, różnicowane na prawą i lewą dłoń, Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, silikonowana i chlorowana. Wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonem.

Grubość rękawicy na palcu m.in. 0,20 mm +/-0,04mm Na dłoni m.in. 0,20 mm +/-0,04mm

Na mankiecie m.in. 0,20 mm +/-0,04mm

Długość minimalna 295mm

Poziom protein lateksu <30µg/g według zmodyfikowanej metody Lowry'ego i testu HLPC (EN 455-3) AQL - 1,0

Rozmiary od 5,5 do 9,0

Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE, sterylizacja rękawic radiacyjna. Rękawice zgodne z normą EN 455 część 1,2,3"

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 5**

**Pakiet 13, poz. 5**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania:

"Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpydrowe, koloru kremowego, Mikro teksturowane

Kształt anatomiczny, szczelnie pakowane parami, różnicowane na prawą i lewą dłoń

Brzeg mankietu rolowany z taśmą adhezyjną

Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana i chlorowana Grubość na palcu 0,220 mm +/-0,05mm

Na dłoni 0,200 mm +/-0,05mm

Na mankiecie 0,200 mm +/-0,05mm

Minimalna długość rękawicy dla każdego rozmiaru: 295mm Poziom protein lateksu <30ug/g według zmodyfikowanej metody Lowry'ego i testu HLPC (EN 455-3)

AQL 1,0

Rozmiary od 5,5 do 9,0

Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta oraz znak CE, sterylizacja rękawic radiacyjna. Rękawice zgodne z normą EN 455 część 1,2,3 Wyrób medyczny: Klasa III"

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 6**

**Pakiet 15, poz. 1, 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania

Rękawice diagnostyczne nitylowe, bezpudrowe, niejałowe, o wysokiej rozciągliwości, teksturowana powierzchnia na palcach, chlorowane od strony wewnętrznej, pokryte polimerem na stronie roboczej, mankiet rolowany, kształt uniwersalny. Długość minimalna 240mm. Grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,12mm, dłoń 0,07±0,01 mankiet 0,06±0,01. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz Środek Ochrony Indywidualnej kat III zgodnie z 89/686/EWG. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktoqramami na opakowaniu oraz certyfikat z jednostki niezależnej od producenta - dołączony do oferty. Zgodne z wymaganiami EN 455 części 1,2,3,4. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671, zgodne z normą EN ISO 374 – 1,2,4,5 i EN 16523 EN 420- potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta - dołączone do oferty. Odporne na przenikanie min. 10 cytostatyków na min. 2 poziomie- potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta -dołączone do oferty oraz oryginalnym nadrukiem substancji i poziomów ochrony na opakowaniu. Informacja o barierowości dla min. 2 preparatów dezynfekcyjnych na bazie alkoholu (dołączone do oferty badania z jednostki niezależnej od producenta). Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej - dołączone do oferty. Rozmiary S, M, L, XL opakowanie a 200 szt.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również rękawice diagnostyczne nitylowe, bezpudrowe, niejałowe, o wysokiej rozciągliwości, teksturowana powierzchnia na palcach, chlorowane od strony wewnętrznej, pokryte polimerem na stronie roboczej, mankiet rolowany, kształt uniwersalny. Długość minimalna 240mm. Grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,12mm, dłoń 0,07±0,01 mankiet 0,06±0,01. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz Środek Ochrony Indywidualnej kat III zgodnie z 89/686/EWG. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktoqramami na opakowaniu oraz certyfikat z jednostki niezależnej od producenta - dołączony do oferty. Zgodne z wymaganiami EN 455 części 1,2,3,4. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671, zgodne z normą EN ISO 374 – 1,2,4,5 i EN 16523 EN 420- potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta - dołączone do oferty. Odporne na przenikanie min. 10 cytostatyków na min. 2 poziomie- potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta -dołączone do oferty oraz oryginalnym nadrukiem substancji i poziomów ochrony na opakowaniu. Informacja o barierowości dla min. 2 preparatów dezynfekcyjnych na bazie alkoholu (dołączone do oferty badania z jednostki niezależnej od producenta). Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej - dołączone do oferty. Rozmiary S, M, L, XL opakowanie a 200 szt.**

**Pytanie 7**

**Pakiet 15, poz. 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania

Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,40mm, dłoni 0,35mm, mankiecie 0,20mm, długość 290- 300mm, rozciągliwość przed starzeniem 650%, siła zrywająca przed starzeniem min 30N. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie 50szt. , rozmiary S-XL.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,40mm, dłoni 0,35mm, mankiecie 0,20mm, długość 290- 300mm, rozciągliwość przed starzeniem 650%, siła zrywająca przed starzeniem min 30N. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie 50szt. , rozmiary S-XL.**

**Pytanie 8**

**Pakiet 30, poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2. Rozmiar fartucha oznaczony literowo (XL) w postaci wszywki w fartuchu. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, za pięcie na rzep ok 2cm x 10 cm i ok 2 cm x 10 cm, mankiety o długości 8 cm ( +/- 2 cm ), wykonane z polie-

stru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w wszywki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym – serweta włókninowa. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane importera. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>. Rozmiar fartucha oznaczony literowo (XL) w postaci wszywki w fartuchu. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep ok 2cm x 10 cm i ok 2 cm x 10 cm, mankiety o długości 8 cm ( +/- 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w wszywki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym – serweta włókninowa. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane importera. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm.**

**Pytanie 9**

**Pakiet 30, poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>. Rozmiar fartucha oznaczony literowo (L) w postaci wszywki w fartuchu. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep ok 2cm x 10 cm i ok 2 cm x 10 cm, mankiety o długości 8 cm ( +/- 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym – serweta włókninowa. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane importera. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>. Rozmiar fartucha oznaczony literowo (L) w postaci wszywki w fartuchu. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep ok 2cm x 10 cm i ok 2 cm x 10 cm, mankiety o długości 8 cm ( +/- 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym – serweta włókninowa. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane importera. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm.**

**Pytanie 10**

**Pakiet 30, poz. 3**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 30 pozycji nr 3 i utworzenie oddzielnego pakietu na ten produkt

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 3 z pakietu P30 do oddzielnego pakietu nr 34, modyfikacji ulega formularz asortymentowo – cenowy.**

#### **Zapytanie nr 14 z dnia 27.05.2020 r.**

**Pytanie 1**

**Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu silikonowego z linią RTG, długość 500mm, CH 15; 18; 21; 24; 28; 30

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza dren silikonowy z linią RTG, długość 500mm, CH 15; 18; 21; 24; 28; 30.**

**Pytanie 2**

**Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści w jednorazowy pojemnik z wodą sterylną firmy TeleflexMedical, sterylna woda apirogenna wraz z sterylnym łącznikiem, butelka o pojemności 650 ml do stosowania do nebulizacji ciepłej i zimnej.

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza również jednorazowy pojemnik z wodą sterylną firmy TeleflexMedical, sterylna woda apirogenna wraz z sterylnym łącznikiem, butelka o pojemności 650 ml do stosowania do nebulizacji ciepłej i zimnej.**

**Pytanie 3**

**Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 16**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu Kehra T CH 15; 18; 21; 24

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza również dren Kehra T CH 15; 18; 21; 24**

**Pytanie 4****Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 20**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie naklejki bez nadruku w rozmiarze 40mmx 20mm.

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza również naklejkę bez nadruku w rozmiarze 40mmx 20mm.**

**Pytanie 5****Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 21**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaferowania ceny za op. a'100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości tj. 6 op. a' 100 szt..

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza również możliwość zaferowania ceny za op. a'100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości tj. 6 op. a' 100 szt.**

**Pytanie 6****Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 22**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie lub wykreślenie wyrobu z ww. pozycji, ponieważ producent wycofał go ze swojej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający wycofuje wyrób jako niedostępny na rynku i modyfikuje formularz asortymentowo-cenowy.**

**Pytanie 7****Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 25**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaferowania drenu wielokanalikowego wykonanego z miękkiego, nietoksycznego, medycznego PCW. Dren sterylny w rozmiarze 25mm, 9 kanalików, długość 25cm.

**Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 8****Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wzierników o następujących wymiarach:

Rozmiar S : Długość części wąskiej: 8cm, Długość całego wziernika: 11,5cm, Szerokość części wąskiej na całej długości 2cm

Rozmiar M : Długość części wąskiej: 8cm, Długość całego wziernika: 11cm, Szerokość części wąskiej na całej długości 2,6cm

Rozmiar L : Długość części wąskiej: 8cm, Długość całego wziernika: 11cm, Szerokość części wąskiej na całej długości 3cm

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 9****Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wzierników o następujących wymiarach:

Rozmiar S : Długość części wąskiej: 7,5cm, Długość całego wziernika: 11,3cm, Szerokość części wąskiej na całej długości 2,4cm

Rozmiar M : Długość części wąskiej: 7,5cm, Długość całego wziernika: 11,3cm, Szerokość części wąskiej na całej długości 2,5cm

Rozmiar L : Długość części wąskiej: 8,5cm, Długość całego wziernika: 11,5cm, Szerokość części wąskiej na całej długości 2,9cm

Opakowanie a' 100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości tj. 47 op. a' 100 szt.

**Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 10****Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wziernika XS o poniższym opisie:

Wziernik ginekologiczny, sterylny, typu Cusco, jednorazowego użytku, kolor trzpienia biały; wymiary łyżki: dł. 10,5 cm, szer. Części wąskiej 2 cm rozmiar XS. Opakowanie a 100 szt

**Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ .**

**Pytanie 11****Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wziernika XS z trzpieniem w kolorze białym.

**Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 12****Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o zaokrąglenie wymaganej ilości do całych opakowań tj. 26 op. a'50 szt.

**Odpowiedź: Tak, zamawiający podnosi zamawianą ilość do 26 op.**

**Pytanie 13****Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 6**

Prosimy Zamawiającego o zaokrąglenie wymaganej ilości staz automatycznych do całych sztuk tj. 54 szt..

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający zamawia 54 szt. staz automatycznych.**

**Pytanie 14**

**Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 7**

Prosimy Zamawiającego o zaokrąglenie wymaganej ilości do całych opakowań tj. 72 op. a'25 szt.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający zamawia 72 op.**

**Pytanie 15**

**Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 9**

Prosimy Zamawiającego o zaokrąglenie wymaganej ilości do całych opakowań tj. 106 op. a'100 szt.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający zamawia 106 op.**

**Pytanie 16**

**Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pościeli w rozmiarze:

Poszwa na koc: 210cm x 160cm

Poszewka na poduszkę: 80cm x 70cm

Prześcieradło: 210cm x 160cm

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również:**

**Poszwa na koc: 210cm x 160cm**

**Poszewka na poduszkę: 80cm x 70cm**

**Prześcieradło: 210cm x 160cm**

**Pytanie 17**

**Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania 500 rolek a' 80 podkładu?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga 500 szt. rolek. Każda rolka a'80 szt pojedynczych podkładów.**

**Pytanie 18**

**Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania 115 rolek a' 80 podkładu?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga 115 szt. rolek Każda rolka a'80 szt. pojedynczych podkładów.**

**Pytanie 19**

**Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu ochronnego w kolorze białym w rozmiarze: szerokość 33cm, perforacja co 50cm, długość 50mb z przeliczeniem wymaganej ilości tj. 92 rolki o długości 50mb (100 podkładów)/ pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również podkład ochronny w kolorze białym w rozmiarze: szerokość 33cm, perforacja co 50cm, długość 50mb z przeliczeniem wymaganej ilości tj. 92 rolki o długości 50mb (100 podkładów).**

**Pytanie 20**

**Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła w rozmiarze 210cm x 160cm

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również prześcieradła w rozmiarze 210cm x 160cm.**

**Pytanie 21**

**Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ręcznika w rozmiarze 40cm x 60cm lub 50cm x 80cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również ręcznik w rozmiarze 40x60cm.**

**Pytanie 22**

**Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ceny za opakowanie a' 10 par z przeliczeniem wymaganej ilości 25 op. a' 10 par.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również cenę za opakowanie a' 10 par z przeliczeniem wymaganej ilości 25 op. a' 10 par.**

**Pytanie 23**

**Dotyczy pakietu nr 11 – pozycja 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gąbek pakowanych a'10 sztuk.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza gąbki (kapcie) pakowane a'10 sztuk.**

**Pytanie 24**

**Dotyczy pakietu nr 11 – pozycja 5**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gąbek pakowanych a'5 sztuk.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza gąbki (kapcie) pakowane a'5 sztuk.**

**Pytanie 25**

**Dotyczy Pakietu nr 20, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul wykonanych z teflonu, widocznych w RTG, ostrza i końcówki kaniul są z PTFE?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 26**

**Dotyczy Pakietu nr 20, poz. 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli pediatrycznej wykonanej z PTFE widoczna w USG.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza kaniulę pediatryczną wykonaną z PTFE widoczną w USG.**

**Pytanie 27**

**Dotyczy Pakietu nr 24, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje papieru w rozmiarze 210x280x143?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje papieru w rozmiarze 210x280x143.**

**Pytanie 28**

**Dotyczy Pakietu nr 24, poz. 3,4,7,8,9,12**

Czy Zamawiający wymaga aby papiery w ww. pozycjach były papierami oryginalnymi, zalecanymi przez producenta aparatów, gwarantujących bezawaryjne działanie sprzętu?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby papiery w ww. pozycjach były papierami oryginalnymi, zalecanymi przez producenta aparatów, gwarantujących bezawaryjne działanie sprzętu**

**Pytanie 29**

**Dotyczy Pakietu nr 24, poz. 12**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje papieru w rozmiarze 50mm x 30,5 m

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje papieru w rozmiarze 50mm x 30,5 m**

**Pytanie 30**

**Dotyczy Pakietu nr 24, poz. 18**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody silikonowo węglową o wymiarze 7cm x 7cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza elektrodę silikonowo węglową o wymiarze 7cm x 7cm.**

**Pytanie 31**

**Dotyczy Pakietu nr 24, poz. 19**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ceny za op. a'50 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 100 op. a'50 szt.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza cenę za op. a'50 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 100 op. a'50 szt.**

**Pytanie 32**

**Dotyczy Pakietu nr 24, poz. 20**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ceny za op. a'50 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 60 op. a'50 szt.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza cenę za op. a'50 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 60 op. a'50 szt.**

**Pytanie 33**

**Dotyczy Pakietu nr 24, poz. 21**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ceny za op. a'50 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 2 op. a'50 szt.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza cenę za op. a'50 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 2 op. a'50 szt.**

**Pytanie 34**

**Dotyczy Pakietu nr 26, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej na troki o poniższym opisie:

Maska chirurgiczna trzywarstwowa z trokami o gramaturze min. 40/m<sup>2</sup>.

Zgodna z normą 14683, typ II, BFE > /=98 %, Kolor zielony.

Pakowana po 50 szt. w kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również maskę chirurgiczną trzywarstwową z trokami o gramaturze min. 40/m<sup>2</sup>. Zgodna z normą 14683, typ II, BFE > /=98 %, Kolor zielony. Pakowana po 50 szt. w kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk.**

**Pytanie 35**

**Dotyczy Pakietu nr 26, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej na gumkę o poniższym opisie:

Maska chirurgiczna trzywarstwowa na gumkę.

Zgodna z normą 14683, typ IIR, BFE > /=98 %, Kolor niebieski.

Pakowana po 50 szt. w kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk.

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza również maskę chirurgiczną trzywarstwową na gumkę.**

**Zgodna z normą 14683, typ IIR, BFE > /=98 %, Kolor niebieski. Pakowana po 50 szt. w kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk.**

**Pytanie 36**

**Dotyczy Pakietu nr 26, poz. 1 i 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za op. a' 50 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości tj. 240 op. a' 50szt.



**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również wycenę za op. a' 50 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości tj. 240 op. a' 50szt.**

**Pytanie 37**

**Dotyczy Pakietu nr 29, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koca w rozmiarze 160cm x 190cm.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również koc w rozmiarze 160cm x 190cm.**

**Pytanie 38**

**Wzór mowy**

Prosimy o dodanie do umowy poniższych zapisów o następującej (lub podobnej) treści:

„Strony w drodze wyjątku mogą podwyższyć ceny jednostkowe w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%” – pod warunkiem uzgodnienia zamiany cen w aneksie do umowy?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu.**

**Pytanie 39**

**Wzór umowy**

Zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy następującego paragrafu:

**Siła Wyższa**

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.
6. Strony przewidują zamiany dotyczące realizacji umowy o zamówienia publiczne, jeżeli ma to bezpośredni związek z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (tzw. Specustawę), powołując się na ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) art. 15r.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie do umowy następującego paragrafu:**

**Siła Wyższa**

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.
6. Strony przewidują zamiany dotyczące realizacji umowy o zamówienia publiczne, jeżeli ma to

bezpośredni związek z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (tzw. Specustawę), powołując się na ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) art. 15r., modyfikacji ulega wzór umowy.

**Pytanie 40**

**Dotyczy wzoru umowy:**

Prosimy o wyjaśnienie czy w sytuacji zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie jednostkowa cena brutto stosownie do obowiązujących przepisów, a netto zostanie bez zmian.

**Odpowiedź : Zamawiający wskazuje, że w § 12 pkt 1. 4) sytuacja taka została przewidziana.**

*Zapytanie nr 15 z dnia 27.05.2020 r.*

**Pytanie nr 1**

Dotyczy Pakiet nr 9, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.**

**Pytanie nr 2**

Dotyczy Pakiet nr 9, pozycja nr 4: Czy Zamawiający dopuści testy mycia umieszczone na specjalistycznym, plastikowym podłożu zawierające mieszaninę odpowiednio dobranych komponentów, które pozwalają na sprawdzenie wszystkich czynników mających wpływ na skuteczność procesu mycia?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również testy mycia umieszczone na specjalistycznym, plastikowym podłożu zawierające mieszaninę odpowiednio dobranych komponentów, które pozwalają na sprawdzenie wszystkich czynników mających wpływ na skuteczność procesu mycia**

**Pytanie nr 3**

Dotyczy Pakiet nr 9, pozycja nr 4: Prosimy o odstąpienie od wymogu aby uchwyt po umieszczeniu w nim wskaźnika pozwalał na imitację przegubu narzędzia chirurgicznego oraz dopuszczenie przyrządu ze stali kwasoodpornej zawierającego osłonę z otworami utrudniającą dostęp czynnika myjącego pod którą umieszczony zostaje wskaźnik.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również przyrząd ze stali kwasoodpornej zawierający osłonę z otworami utrudniającą dostęp czynnika myjącego pod którą umieszczony zostaje wskaźnik.**

**Pytanie nr 4**

Dotyczy Pakiet nr 9, pozycja nr 5: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki kalibrowane na parametry 121°C/15min. I 134°C/3,5min.?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 5**

Dotyczy Pakiet nr 9, pozycja nr 8: Czy Zamawiający dopuści etykiety o wymiarach 85x35? Tak nieznaczna różnica w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność wyrobu.

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza również etykiety o wymiarach 85x35.**

**Pytanie nr 6**

Dotyczy Pakiet nr 9, pozycja nr 9: Czy Zamawiający dopuści testy zgrzewu z naniesioną substancją w kolorze czarnym do zastosowania z opakowaniem papierowo-foliowym?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza również testy zgrzewu z naniesioną substancją w kolorze czarnym do zastosowania z opakowaniem papierowo-foliowym.**

*Zapytanie nr 16 z dnia 27.05.2020 r.*

**Pytanie nr 1.**

**Pakiet 14 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści rury rozciągalne: 2 szt. – długość 180 cm, 1 szt. – długość 100 cm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 2**

**Pakiet 14 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści maski bez pierścienia mocującego?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 3**

**Pakiet 14 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści wagę filtra 29g?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również wagę filtra 29g.**

**Pytanie nr 4**

**Pakiet 14 pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści długość 2m?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również długość 2m.**

**Pytanie nr 5**

**Pakiet 14 pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści maskę o następującym opisie:

- wykonane z przezroczystego, nietoksycznego PCV
- regulowana blaszka na nos zapewnia wygodne dopasowanie
- wyposażony w dren o długości 210cm o przekroju gwiazdkowym zakończony uniwersalnym łącznikiem
- bez lateksu
- jednorazowego użytku?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również maskę o następującym opisie:**

- wykonane z przezroczystego, nietoksycznego PCV
- regulowana blaszka na nos zapewnia wygodne dopasowanie
- wyposażony w dren o długości 210cm o przekroju gwiazdkowym zakończony uniwersalnym łącznikiem
- bez lateksu
- jednorazowego użytku?

**Pytanie nr 6**

**Pakiet 14 pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści 15 cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również 15 cm.**

**Pytanie nr 7**

**Pakiet 14 pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6ml?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również nebulizator o pojemności 6ml.**

**Pytanie nr 8**

**Pakiet 14 pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o wadze 9g oraz skuteczności nawilżania 24mg H<sub>2</sub>O/l przy Vt 500 ml?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 9**

**Pakiet 14 pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjno/wirusowej 99,999%, waga 30g, sterylny?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również filtr mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjno/wirusowej 99,999%, waga 30g, sterylny**

**Pytanie nr 10**

**Pakiet 14 pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno-mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjno/wirusowej 99,999%, waga 29g, sterylny?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ lub zgodnie z odpowiedzią do pytania 9**

**Pytanie nr 11**

**Pakiet 14 pozycje 11-12**

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 11-12 z Pakietu 14 i utworzy z nich oddzielne Zadanie?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 12**

**Pakiet 14 pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści maskę wykonaną z PVC, biokompatybilność, nietoksyczna, przezroczysta, mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie, rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego, oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza, wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych, różne rozmiary, odpowiednie dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych, posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankieta, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia, kolor mankieta i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny, sterylna, pakowana pojedynczo?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również maskę wykonaną z PVC, biokompatybilność, nietoksyczna, przezroczysta, mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie, rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego, oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza, wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych, różne rozmiary, odpowiednie dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych, posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankieta, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia, kolor mankieta i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny, sterylna, pakowana pojedynczo.**

**Pytanie nr 14**

**Pakiet 14 pozycja 14**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 14 z Pakietu 14 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 15**

**Pakiet 16 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar otworu głównego 21mm x 26,5mm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 16**

**Pakiet 16 pozycja 2**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 2 z Pakietu 16 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

#### **Zapytanie nr 17 z dnia 28.05.2020 r.**

**Pytanie nr 1.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeżeli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych.**

**Dotyczy Parametry Techniczne:**

**Pytanie nr 3**

**Dotyczy pakietu nr 10:** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia zgodności z normą PN EN ISO 11607 cz. 2 dla rękawów papierowych, gdyż norma ta określa wymagania dotyczące rozwoju i walidacji procesu pakowania wyrobów medycznych. Jedynie cz. 1 w/w normy PN EN ISO 11607 określa wymagania dotyczące materiałów, systemów bariery sterylnej i systemów opakowaniowych.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 4**

**Dotyczy pakietu nr 10:** Czy Zamawiający dopuści rękaw w którym przenikalność powietrza wynosi min 10,29 um/Pa.s?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również rękaw w którym przenikalność powietrza wynosi min 10,29 um/Pa.s.**

**Pytanie nr 5**

**Dotyczy pakietu nr 10:** Czy Zamawiający dopuści rękaw którego wytrzymałość na rozciąganie w poprzek wynosi 3,9 KN/m?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również rękaw którego wytrzymałość na rozciąganie w poprzek wynosi 3,9 KN/m.**

**Pytanie nr 6**

**Dotyczy pakietu nr 10 pozycji C:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawów w rozmiarze 12cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie rękawów w rozmiarze 12cm.**

#### **Zapytanie nr 18 z dnia 01.06.2020 r.**

**Pytanie nr 1.**

**Pakiet 2 poz.15**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 2**

**Pakiet 2 poz.15**

Czy Zamawiający wymaga aby w/w przyrząd był wyposażony w dodatkowy element konstrukcyjny ( nie miejsce do wciskania) z miejscem na dren i igłę po użyciu.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 3**

**Pakiet 3 poz.1-4**

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawki posiadały tłok w kolorze kontrastującym innym niż biały/mleczny?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 4**

**Pakiet 3 poz.1-4**

Czy Zamawiający wymaga aby na cylindrze w/w strzykawek widniała nazwa producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 5**

**Pakiet 3 poz.4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek pakowanych po 80szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również w/w strzykawki pakowane po 80szt/op. z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.**

**Pytanie nr 6**

**Pakiet 3 poz.6**

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga 25szt strzykawek?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza nastąpiła omyłka pisarska, Zamawiający wymaga 2 szt. strzykawek. Modyfikacji ulega Formularz asortymentowo-cenowy.**

**Pytanie nr 7**

**Pakiet 3 poz.7**

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka była wyposażona w dwa funkcjonalne reduktory luer?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pakiet 3 poz.7**

Czy Zamawiający wymaga aby końcówka w/w strzykawki była ścięta pod kątem 45 stopni?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 9**

**Pakiet 3 poz.7**

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka posiadała dwustronną skalę?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 10**

**Pakiet 3 poz.7**

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka posiadała nazwę handlową na cylindrze?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 11**

**Pakiet 3 poz.9**

Czy Zamawiający wymaga aby koreczki miały trzpień poniżej krawędzi co znacznie zwiększy bezpieczeństwo i aseptykę pracy?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 12**

**Pakiet 3 poz.11**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu typu mini spike z filtrem bakteryjnym 1,2um bez zastawki.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 13**

**Pakiet 3 poz.13**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika tylko z optycznym identyfikatorem.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również kranik tylko z optycznym identyfikatorem.**

**Pytanie nr 14**

**Pakiet 3 poz.14**

Prosimy Zamawiającego o podanie konkretnych parametrów igieł, których wymaga.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga 0.5x25mm; 0,7-0,9x40 mm.**

**Pytanie nr 15**

**Pakiet 3 poz. 17**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły 0,40x20 zamiast 0,40x19mm.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 16**

**Pakiet 3 poz.18**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł 2,0x70mm.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 17**

**Pakiet 3 poz.19**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki bezpiecznej o pojemności 3ml zamiast 2ml.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również strzykawkę bezpieczną o pojemności 3ml zamiast 2ml.**

**Pytanie nr 18**

**Pakiet 3 poz.19-22**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 19**

**Pakiet 3 poz.24**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3-częściowej z rozszerzoną skalą 2-2,5ml.

**Odpowiedź: Tak , zamawiający dopuszcza również**

**Pytanie nr 20**

**Pakiet 3 poz.23,24**

Czy Zamawiający wymaga aby na cylindrze w/w strzykawek widniała nazwa producenta?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 21**

**Pakiet 27 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego , którego przestrzeń wewnętrzna zapewnia przepływ grawitacyjny na poziomie 320ml/min, przepływ uzyskany w mankiecie ciśnieniowym: 650ml/min, objętość wypełnienia 0,085ml, mały rozmiar i przezroczysta budowa ułatwia pracę personelowi medycznemu, prosty tor przepływu i równomierny wlew, kompatybilny z końcówkami luer i luer lock, posiada łatwą do dezynfekcji wstawkę silikonową, możliwość używania przez 7 dni i 600 wejść, nie zawiera lateksu i nie wchodzi w reakcję ze stosowanymi lekami, możliwość podawania krwi, tłuszczu i chemioterapeutyków.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również zawór bezigłowy, którego przestrzeń wewnętrzna zapewnia przepływ grawitacyjny na poziomie 320ml/min, przepływ uzyskany w mankiecie ciśnieniowym: 650ml/min, objętość wypełnienia 0,085ml, mały rozmiar i przezroczysta budowa ułatwia pracę personelowi medycznemu, prosty tor przepływu i równomierny wlew, kompatybilny z końcówkami luer i luer lock, posiada łatwą do dezynfekcji wstawkę silikonową, możliwość używania przez 7 dni i 600 wejść, nie zawiera lateksu i nie wchodzi w reakcję ze stosowanymi lekami, możliwość podawania krwi, tłuszczu i chemioterapeutyków.**

**Pytanie nr 22**

**Pakiet 27 poz.2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego z dwoma przedłużkami, długość całego zestawu : ok.9,5cm,objętość wypełnienia: 0,35ml, szybkość przepływu: 143ml/min, mały rozmiar i przezroczysta budowa ułatwia pracę personelowi medycznemu, prosty tor przepływu i równomierny wlew, kompatybilny z końcówkami luer i luer lock, posiada łatwą do dezynfekcji wstawkę silikonową, możliwość używania przez 7 dni i 500 wejść, nie zawiera lateksu i nie wchodzi w reakcję ze stosowanymi lekami, możliwość podawania krwi, tłuszczu i chemioterapeutyków.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również zawór bezigłowy z dwoma przedłużkami, długość całego zestawu : ok.9,5cm,objętość wypełnienia: 0,35ml, szybkość przepływu: 143ml/min, mały rozmiar i przezroczysta budowa ułatwia pracę personelowi medycznemu, prosty tor przepływu i równomierny wlew, kompatybilny z końcówkami luer i luer lock, posiada łatwą do dezynfekcji wstawkę silikonową, możliwość używania przez 7 dni i 500 wejść, nie zawiera lateksu i nie wchodzi w reakcję ze stosowanymi lekami, możliwość podawania krwi, tłuszczu i chemioterapeutyków.**

**Pytanie nr 23**

**Pakiet 27 poz.3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika trójdrożnego, wykonanego z poliwęglanu z możliwością podawania lipidów, objętość wypełnienia: 0,32ml, kranik wytrzymały na ciśnienie 4,5 bara , wszystkie ujścia zabezpieczone koreczkami, ,optyczny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty w formie strzałki (możliwość zmiany pozycji w zakresie 360 stopni), prosty tor przepływu.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również kranik trójdrożny, wykonany z poliwęglanu z możliwością podawania lipidów, objętość wypełnienia: 0,32ml, kranik wytrzymały na ciśnienie 4,5 bara , wszystkie ujścia zabezpieczone koreczkami, ,optyczny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty w formie strzałki (możliwość zmiany pozycji w zakresie 360 stopni), prosty tor przepływu**

Zarys

**Pytanie nr 1**

Pakiet 1, pozycja 5

Czy zamawiający dopuści ostrza ze stali węglowej bez wygrawerowanej nazwy producenta?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również ostrza ze stali węglowej bez wygrawerowanej nazwy producenta.**

**Pytanie nr 2**

Pakiet 1, pozycja 7,19,21,22,23,27

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji co umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 3**

Pakiet 1, pozycja 15

Czy zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu, worek do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komora zbiorcza 500 ml umożliwiająca dokładny pomiar diurezy (co 1 ml do 40 ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml), wyposażona w dwa filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki, Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu, worek do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komora zbiorcza 500 ml umożliwiająca dokładny pomiar diurezy (co 1 ml do 40 ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml), wyposażona w dwa filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki, Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika.**

**Pytanie nr 4**

Pakiet 1, pozycja 20

Czy zamawiający dopuści etykiety samoprzylepne o wymiarach 35x20 mm z nadrukiem pakowane po 1000 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań „w górę” do 3 opakowań?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 5**

Pakiet 1, pozycja 20

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji, co umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 6**

Pakiet 1, pozycja 24

Czy zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowane po 90 sztuk z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 15?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również kieliszki do leków pakowane po 90 sztuk z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 15.**

**Pytanie nr 7**

Pakiet 1, pozycja 26

Czy zamawiający dopuści golarki z ostrzem ze stali nierdzewnej jednokrotnego użytku z podwójnym nieruchomym ostrzem?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również golarki z ostrzem ze stali nierdzewnej jednokrotnego użytku z podwójnym nieruchomym ostrzem.**

**Pytanie nr 8**

Pakiet 1, pozycja 27

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji co umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 9**

Pakiet 1, pozycja 28

Czy zamawiający dopuści ostrza ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zamawiający omyłkowo wpisał 12 D. Zamawiający w tej pozycji oczekuje ostrzy 12 ze stali węglowej.**

**Pytanie nr 10**

Pakiet 1, pozycja 28

Czy zamawiający dopuści ostrza chirurgiczne bez wygrawerowanej nazwy producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający omyłkowo wpisał 12 D. Zamawiający w tej pozycji oczekuje ostrzy 12. Nazwa producenta może lecz nie musi być wygrawerowana na ostrzu**

**Pytanie nr 11**

Pakiet 1, pozycja 28

Czy zamawiający miał na myśli ostrza chirurgiczne pakowane po 100 sztuk?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby ostrza były pakowane w opakowanie zbiorcze po 100 szt.**

**Pytanie nr 12**

Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren Redona pakowany zwinięty w „ślimak”, dostępne w rozmiarach CH 10 – CH 18 (co 2)?

**Odpowiedź :Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 13**

Pakiet 2, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści dreny Redona w rozmiarach CH 12-18, długość 700 mm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również dreny Redona w rozmiarach CH 12-18, długość 700 mm.**

**Pytanie nr 14**

Pakiet 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści butlę Redona 200ml?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również butlę Redona 200ml.**

**Pytanie nr 15**

Pakiet 2, pozycje 5 - 6

Czy Zamawiający dopuści wysokociśnieniowe butelki z trwałą tłoczoną skalą w kolorze pojemnika, drenem o długości 125cm ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również wysokociśnieniowe butelki z trwałą tłoczoną skalą w kolorze pojemnika, drenem o długości 125cm.**

**Pytanie nr 16**

Pakiet 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści niskociśnieniowy system drenażu ran z mieszkiem ssącym o pojemności 50ml z łącznikiem dedykowanym dla drenu CH6 oraz drenem Redona CH6 o długości 50cm z trokarem ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 17**

Pakiet 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści niskociśnieniowy system drenażu ran z mieszkiem ssącym o pojemności 50ml z łącznikiem dedykowanym dla drenu CH8 oraz drenem Redona CH8 o długości 50cm z trokarem?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 18**

Pakiet 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany podwójnie folia, folia-papier?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również cewnik Foley'a sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany podwójnie folia, folia-papier.**

**Pytanie nr 19**

Pakiet 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a z balonem o pojemności 5-15ml, z plastikową zastawką, pakowany podwójnie folia, folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również cewnik Foley'a z balonem o pojemności 5-15ml, z plastikową zastawką, pakowany podwójnie folia, folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu.**

**Pytanie nr 20**

Pakiet 2, pozycje 15 - 17

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania z drenem o długości 150cm ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 21**

Pakiet 2, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści cewnik Thorax z trokarem aluminiowym, rozmiary CH 16 x 21cm, CH 20, 24, 28 x 34cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również cewnik Thorax z trokarem aluminiowym, rozmiary CH 16 x 21cm, CH 20, 24, 28 x 34cm.**

**Pytanie nr 22**

Pakiet 2, pozycja 25

Czy zamawiający dopuści cewnik urologiczny typu Nelaton o niesatynowej powierzchni oraz z jednolitym kolorowym konektorem odpowiadającym rozmiarowi cewnika?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również cewnik urologiczny typu Nelaton o niesatynowej powierzchni oraz z jednolitym kolorowym konektorem odpowiadającym rozmiarowi cewnika.**

**Pytanie nr 23**

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2ml ze skalą rozszerzoną do 2,5ml?



**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również strzykawkę 2ml ze skalą rozszerzoną do 2,5ml.**

**Pytanie nr 24**

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2ml ze skalą rozszerzoną do 2,2ml?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również strzykawkę 2ml ze skalą rozszerzoną do 2,2ml.**

**Pytanie nr 25**

Pakiet 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 5ml ze skalą rozszerzoną do 5,5ml?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również strzykawkę 5ml ze skalą rozszerzoną do 5,5ml.**

**Pytanie nr 26**

Pakiet 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 10ml ze skalą rozszerzoną do 11ml?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również strzykawkę 10ml ze skalą rozszerzoną do 11ml.**

**Pytanie nr 27**

Pakiet 3 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20ml ze skalą rozszerzoną do 22ml, pakowaną a'50 szt. z przeliczeniem ilości do 94 opakowań?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również strzykawkę 20ml ze skalą rozszerzoną do 22ml, pakowaną a'50 szt. z przeliczeniem ilości do 94 opakowań.**

**Pytanie nr 28**

Pakiet 3 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20ml ze skalą rozszerzoną do 22ml, pakowaną a'70 szt. z przeliczeniem „w górę” do ilości do 68 opakowań?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również strzykawkę 20ml ze skalą rozszerzoną do 22ml, pakowaną a'70 szt. z przeliczeniem „w górę” do ilości do 68 opakowań.**

**Pytanie nr 29**

Pakiet 3, pozycja 5 - 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp infuzyjnych ze skalą jednostronną?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również strzykawki do pomp infuzyjnych ze skalą jednostronną.**

**Pytanie nr 30**

Pakiet 3, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę opakowania strzykawek Janette a'25 szt. z przeliczeniem ilości do 68 opakowań?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również wycenę opakowania strzykawek Janette a'25 szt. z przeliczeniem ilości do 68 opakowań.**

**Pytanie nr 31**

Pakiet 3, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę opakowania koreczek do kaniul, sterylnych a'250 szt. z przeliczeniem ilości „w górę” do 8 pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również wycenę opakowania koreczek do kaniul, sterylnych a'250 szt. z przeliczeniem ilości „w górę” do 8 pełnych opakowań.**

**Pytanie nr 32**

Pakiet 3, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści aparat typu Mini Spike bez zastawki zwrotnej?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 33**

Pakiet 3, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści igłę j.u. w rozmiarze 0,3 x 13mm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 34**

Pakiet 3, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści igłę j.u. w rozmiarze 0,45 x 22mm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 35**

Pakiet 3, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 3 ml?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również strzykawkę o pojemności 3 ml.**

**Pytanie nr 36**

Pakiet 3, pozycja 19

Czy Zamawiający miał na myśli opakowanie 100 sztuk?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje strzykawek pakowanych po 100 szt.**

**Pytanie nr 37**

Pakiet 3, pozycja 20

Czy Zamawiający miał na myśli opakowanie 100 sztuk?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje strzykawek pakowanych po 100 szt.**

**Pytanie nr 38**

Pakiet 3, pozycja 21

Czy Zamawiający miał na myśli opakowanie 100 sztuk?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje strzykawek pakowanych po 100 szt.**

**Pytanie nr 39**

Pakiet 3, pozycja 22

Czy Zamawiający miał na myśli opakowanie 50 sztuk?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje strzykawek pakowanych po 100 szt.**

**Pytanie nr 40**

Pakiet 3, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 5ml bez rozszerzenia skali?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również strzykawkę 5ml bez rozszerzenia skali.**

**Pytanie nr 41**

Pakiet 3, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3ml bez rozszerzenia skali?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również strzykawkę 3ml bez rozszerzenia skali.**

**Pytanie nr 42**

Pakiet 4, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści pojemnik na preparaty histopatologiczne o pojemności 500 ml zamykane wieczkiem?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również pojemnik na preparaty histopatologiczne o pojemności 500 ml zamykane wieczkiem.**

**Pytanie nr 43**

Pakiet 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 15ml lub 30ml?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również pojemnik o pojemności 15 ml.**

**Pytanie nr 44**

Pakiet 4, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści pojemnik na mocz sterylny o pojemności 150 ml, skalowany do 100ml?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również pojemnik na mocz sterylny o pojemności 150 ml, skalowany do 100ml.**

**Pytanie nr 45**

Pakiet 4, pozycja 4

Czy zamawiający dopuści pojemnik na mocz o pojemności 150 ml, skalowany do 100ml?

**Odpowiedź Tak, Zamawiający dopuszcza również pojemnik na mocz o pojemności 150 ml, skalowany do 100ml.**

**Pytanie nr 46**

Pakiet 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 2,3L lub 3,0L ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również pojemnik o pojemności 2,3 l.**

**Pytanie nr 47**

Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wzierniki w pakowane po jednej sztuce w opakowaniu foliowym pakowane w opakowaniu zbiorczym po a'100 szt. z przeliczeniem "w górę" ilości do 47 opakowań?

**Odpowiedź Tak, Zamawiający dopuszcza również wzierniki w pakowane po jednej sztuce w opakowaniu foliowym pakowane w opakowaniu zbiorczym po a'100 szt. z przeliczeniem "w górę" ilości do 47 opakowań.**

**Pytanie nr 48**

Pakiet 5, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne typu Cusco o szerokości części wąskiej dla rozmiaru S: 24 mm ; dla rozmiaru M: 26 mm; dla rozmiaru L:30 mm

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 49**

Pakiet 5, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne rozmiar XS o długości 107 mm i szerokości 20 mm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 50**

Pakiet 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne sterylne?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 51**

Pakiet 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne pakowane a'100 szt. z przeliczeniem ilości „w górę” do 8 opakowań?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 52**

Pakiet 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne sterylne w kolorze miotełki różowo-białej?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również szczoteczki cytologiczne sterylne w kolorze miotełki różowo-białej.**

**Pytanie nr 53**

Pakiet 5, pozycja 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu badań klinicznych?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 54**

Pakiet 5, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści szczoteczki do wymazów cytologicznych zarejestrowane jako wyrób medyczny, posiadające niezbędną dokumentację: CE, Deklarację Zgodności, dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Biobójczych będące potwierdzeniem wprowadzenia produktu do obrotu. W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o uzasadnienie, gdyż zgodnie z polskim prawem nie ma obowiązku prowadzenia badań klinicznych na powyższy wyrób.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby szczoteczki do wymazów cytologicznych zarejestrowane jako wyrób medyczny, posiadały niezbędną dokumentację: CE, Deklarację Zgodności, dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Biobójczych będące potwierdzeniem wprowadzenia produktu do obrotu.**

**Pytanie nr 55**

Pakiet 5, pozycja 6

Czy zamawiający w wyżej wymienionej pozycji miał na myśli opakowanie zamiast sztuki podanej w tabeli lub też zaokrąglenie do pełnej ilości sztuk (54 sztuki) staz automatycznych?

**Odpowiedź: Zamawiający zaokrągli sztuki umieszczone w tabeli do 54 sztuk.**

**Pytanie nr 56**

Pakiet 5, pozycja 8

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie parametrów anoskopu.

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje rurek anoskopowych jednorazowego użytku z obturatorem o rozmiarze 85xØ20mm. Moduł wykonany z termoplastiku przyjaznego pacjentowi. Rurka endoskopowa zbudowana jest z materiału przewodzącego światło. Zaokrąglony dystalny koniec obturatora rurki endoskopowej.**

**Pytanie nr 57**

Pakiet 5, pozycja 10

Czy zamawiający oczekuje szpatulek do języka sterylnych czy niesterylnych?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje szpatulek do języka niesterylnych.**

**Pytanie nr 58**

Pakiet 5, pozycja 12

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji co umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 59**

Pakiet 6, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zbrojoną bez znaku skracania rurki?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 61**

Pakiet 6, pozycja 4

Czy zamawiający dopuści prowadnicę jednorazową o długości całkowitej 310 mm i rozmiarze 6Fr?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 62**

Pakiet 6, pozycja 6

Czy zamawiający dopuści cewnik do kontrolowanego odsysania z dwoma bocznymi otworami końcowymi o łagodnie wyoblonych krawędziach o długości 50 cm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 63**

Pakiet 6, pozycja 8

Czy zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer CH12 o długości 16 cm, pakowany pojedynczo folia-papier bez drenu lub drenem dołączanym osobno?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również końcówkę do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer CH12 o długości 16 cm, pakowany pojedynczo folia-papier z drenem dołączanym osobno**

**Pytanie nr 64**

Pakiet 6, pozycja 9

Czy zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego zgiętą z drenem o długości 210 cm CH24?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 65**

Pakiet 6, pozycja 10

Czy zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego z drenem o długości 210 cm CH24?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również końcówkę do odsysania pola operacyjnego z drenem o długości 210 cm CH24.**

**Pytanie nr 66**

Pakiet 6, pozycja 11

Czy zamawiający dopuści przedłużacz do odsysania pola operacyjnego o długości 210 cm CH 24 lub CH30?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również przedłużacz do odsysania pola operacyjnego o długości 210 cm CH 24.**

**Pytanie nr 67**

Pakiet 6, pozycja 11

Czy zamawiający dopuści przedłużacz do odsysania pola operacyjnego bez specjalnego „żebrowania” wzmacniającego dren po jego zewnętrznej stronie?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 68**

Pakiet 15, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic w rozmiarze XL w opakowaniu a'180 z przeliczeniem zaoferowanej ilości na 56 opakowań?

**Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza również wycenę rękawic w rozmiarze XL w opakowaniu a'180 z przeliczeniem zaoferowanej ilości na 56 opakowań.**

**Pytanie nr 69**

Pakiet 17, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści nerkę medyczną jednorazowego użytku o właściwościach wodoodpornych do 4 h, wymiarach 245x115x50 mm i maksymalnej pojemności 900 ml?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również nerkę medyczną jednorazowego użytku o właściwościach wodoodpornych do 4 h, wymiarach 245x115x50 mm i maksymalnej pojemności 900 ml.**

**Pytanie nr 70**

Pakiet 17, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści kaczkę męską o wymiarach 245x105x125 mm o czasie nasiąkania do 4h?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również kaczkę męską o wymiarach 245x105x125 mm o czasie nasiąkania do 4h.**

**Pytanie nr 71**

**Pakiet 18, pozycja 1-3, 6**

Czy Zamawiający dopuści serwety o odporności na przenikanie cieczy 120 cmH2O i odporności na rozerwanie na sucho/mokro 110/100 kPa, chłonność 600%?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 72**

**Pakiet 18, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 90 x 120 cm z centralnym otworem samoprzylepnym o średnicy 8cm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 73**

**Pakiet 18, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 120 x 170 cm, z centralnym otworem samoprzylepnym o średnicy 12cm, wykonaną z włókniny SMS, ze wzmocnieniem SM w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy 110 cm H2O w strefie krytycznej, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 205,6/199,4 kPa?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 74**

**Pakiet 18, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepna 10x50 cm, o gramaturze 68g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również taśmę samoprzylepna 10x50 cm, o gramaturze 68g/m2.**

**Pytanie nr 75**

**Pakiet 18, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo 80 x 140 cm, z warstwą chłonną 60 x 140 cm, folia PE 50g/m<sup>2</sup>, włóknina 30g/m<sup>2</sup>, łączna gramatura 80g/m<sup>2</sup>, wytrzymałość na rozdarcie w strefie krytycznej na sucho/ mokro 108/95 kPa.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 76****Pakiet 18, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści sterylną kieszeń samoprzylepną jednokomorową w rozmiarze 30 x 40 cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również sterylną kieszeń samoprzylepną jednokomorową w rozmiarze 30 x 40 cm.**

**Pytanie nr 77**

Pakiet 18, pozycja 9

Czy zamawiający dopuści czepek wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również czepek wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>.**

**Pytanie nr 78**

Pakiet 18, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści czepek z gumką zawierającą lateks?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również czepek z gumką zawierającą lateks.**

**Pytanie nr 79**

Pakiet 18, pozycja 9-11

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści podanie ceny za op.=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości.**

**Pytanie nr 80**

Pakiet 18, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści czepek dla osób z dłuższymi włosami, otok: włóknina typu Spunlace 45g/m<sup>2</sup>,denko: polipropylen 25g/m<sup>2</sup>, wkładka chłonna pot 5-warstwowa wykonana z włókniny typu Spunlace 38g/m<sup>2</sup>, oddychający. Wysokość czepka 30,5 cm +/- 1cm, wysokość części czołowej 6,5cm +/- 1 cm, opakowanie a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również dopuści czepek dla osób z dłuższymi włosami, otok: włóknina typu Spunlace 45g/m<sup>2</sup>,denko: polipropylen 25g/m<sup>2</sup>, wkładka chłonna pot 5-warstwowa wykonana z włókniny typu Spunlace 38g/m<sup>2</sup>, oddychający. Wysokość czepka 30,5 cm +/- 1cm, wysokość części czołowej 6,5cm +/- 1 cm, opakowanie a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorze niebieskim**

**Pytanie nr 81****Pakiet 18, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 x 45 cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również serwetę w rozmiarze 45 x 45 cm.**

**Pytanie nr 82****Pakiet 18, pozycja 12, 13**

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z laminatu PP/PE o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również serwetę wykonaną z laminatu PP/PE o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>.**

**Pytanie nr 83****Pakiet 18, pozycja 12, 13**

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z laminatu PP/PE o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również serwetę wykonaną z laminatu PP/PE o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>.**

**Pytanie nr 84****Pakiet 18, pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści sterylną ściereczkę w rozmiarze 40 x 40 cm, pakowaną a'1 szt?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również sterylną ściereczkę w rozmiarze 40 x 40 cm, pakowaną a'1 szt.**

**Pytanie nr 85****Pakiet 18, pozycja 15**

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny – obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 105 g/m<sup>2</sup>, i wymiarach 35 x 80 cm, zintegrowane z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 161 g/m<sup>2</sup>.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 280.3/252 kPa. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym >981 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 3.5log<sub>10</sub>. Chłonność wzmocnienia min. 715%. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie.

Opakowanie typu TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Skład zestawu:

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, (taśma samoprzylepna niedzielona)
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, (taśma samoprzylepna niedzielona)
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm,
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 40 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również zestaw uniwersalny – obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 105 g/m<sup>2</sup>, i wymiarach 35 x 80 cm, zintegrowane z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 161 g/m<sup>2</sup>.**

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 280.3/252 kPa. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym >981 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 3.5log<sub>10</sub>. Chłonność wzmocnienia min. 715%. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie.

Opakowanie typu TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Skład zestawu:

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, (taśma samoprzylepna niedzielona)
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, (taśma samoprzylepna niedzielona)
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm,
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 40 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm


Pytanie nr 86

**Pakiet 18, pozycja 15**

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną do zabiegów okulistycznych 100 x 100 cm z otworem 10 x 10 cm, wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 25cm x 25cm. Serweta owinięta w serwetę wzmocnioną na stół instrumentalny o wymiarach 100 cm x 150 cm.



100x100cm  
1szt./pc.




100x150cm  
1szt./pc.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 87

**Pakiet 18, pozycja 15**

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną do zabiegów okulistycznych 120 x 170 cm z otworem 10 x 10 cm, wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z 2 torbami do zbiórki płynów. Serweta owinięta w serwetę wzmocnioną na stół instrumentalny o wymiarach 100 cm x 150 cm.



120x170cm  
1szt./pc.



100x150cm  
1szt./pc.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również serwetę operacyjną do zabiegów okulistycznych 120 x 170 cm z otworem 10 x 10 cm, wypełnioną folią operacyjną, zintegrowaną z 2 torbami do zbiórki płynów. Serweta owinięta w serwetę wzmocnioną na stół instrumentalny o wymiarach 100 cm x 150 cm.**

**Pytanie nr 88**

**Pakiet 19**

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne na wezwanie?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również próbki niesterylne na wezwanie**

**Pytanie nr 89**

**Pakiet 19, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii o składzie:

Serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm, 2-warstwowy laminat typu hot-melt w kolorze niebieskim, całkowita gramatura 80g/m2	1
Ręcznik 30x30cm	2
Fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Rozmiar fartucha oznaczony poprzez kolorową lamówkę i nadruk z rozmiarówką. Mankiety z dzianiny o długości 7,5 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	1
Serweta na stół Mayo 80 x 140 cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu, gramatura całkowita 80g/m2, rozmiar wzmocnienia 60 x 140 cm, w kolorze czerwonym.	1
Fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Gramatura wzmocnienia 40g/m2. Długość fartucha 157 cm. Rozmiar fartucha oznaczony poprzez kolorową lamówkę i nadruk z rozmiarówką. Mankiety z dzianiny o długości 7,5 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	2
Serweta chirurgiczna 2-warstwowa laminat PP/PE o gramaturze 60 g/m2 150x180cm	1
Ortopedyczna osłona na kończynę 30x60 cm, 2 taśmy samoprzylepne foliowe	1
Osłona na kamerę wykonana z przezroczystej folii 16x250cm	1
Ostrze nr 11	2
Igła 21G 0,8x40mm zielona	1
Pojemnik na igły i ostrza, magnetyczny, 30 miejsc	1
Opatrunek pooperacyjny 5x7cm	2
Tupfer gazowy z nitką RTG (50 x 50 cm)	5
Kompres z gazy 17-nitkowej 8-warstwowy z nitką RTG 10x10cm	30
Dren Redona Ch 12 70cm z elementem kontrastującym w RTG	1
Butelka Redona 200ml High-Vac	1
Serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 230x320cm - laminat polipropylen/polietylen o gramaturze min. 57,5 g/m2 - chłonność 600% - odporność na rozerwanie na sucho/mokro 120/110 kPa) - spełnia wymogi normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni	1

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 90**

**Pakiet 19, pozycja 2**

**Czy Zamawiający dopuści zestaw do żyłaków o składzie:**

Serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm, 2-warstwowy laminat typu hot-melt w kolorze niebieskim, całkowita gramatura 80g/m2	1
---	---

Ręcznik wysoko chłonne 30 x 30 cm	2
Fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Rozmiar fartucha oznaczony poprzez kolorową lamówkę i nadruk z rozmiarówką. Mankiety z dzianiny o długości 7,5 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	1
Fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Długość fartucha 157 cm. Rozmiar fartucha oznaczony poprzez kolorową lamówkę i nadruk z rozmiarówką. Mankiety z dzianiny o długości 7,5 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	2
Ośłona na stopę o wymiarach 30 x 60 cm	1
Ostrze nr 15	1
Licznik igieł i ostrzy, podwójny magnes, zamykany, plastikowy	1
Elastyczna zapinka do bandaża	2
Bandaż elastyczny szerokość 15cm, długość 5 m (do każdego bandaża 2 zapinki do mocowania)	3
Opatrunek 15 x 10 z częścią opatrunkową 5 x 10 cm	1
Tupfer gazowy z nitką RTG (50 x 50 cm)	5
Kompres 10 x 10 cm z gazy 17 nitkowej 8 warstwowy z nitką RTG, biały	30
Serweta gazowa 45x45cm ( po praniu wstępnym), 20 nitkowa z tasiemką i z chipem RTG biała	10
Taśma samoprzylepna 10 x 50 cm, nieprzemakalna	3
Serweta chirurgiczna o wymiarach 150 x 100 cm z laminatu PP/PE o gramaturze 60 g/m2	1
Serweta chirurgiczna o wymiarach 200 x 260 cm z wcięciem w kształcie litery U (8,5x85 cm) z warstwą chłonną w strefie krytycznej parametry: wykonana z hydrofobowej włókniny SMS, gramatura 50g/m2, wzmocnienie z warstwy SM. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 140g/m2, chłonność we wzmocnionej strefie 680%), odporność na rozerwanie na sucho/mokro 205,6/199,4 kPa	1
Serweta chirurgiczna wzmocniona samoprzylepna o wymiarach 240 x 150 cm, zintegrowana z organizatorem przewodów - laminat dwuwarstwowy: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 60 g/m2. Wokół pola operacyjnego , na każdej z serwet wzmocnienie z warstwy SM. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 140 g/m2, chłonność 680%, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 110/100 kPa.	1

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 91**

**Pakiet 19, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do przepukliny o składzie:

Serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm, 2-warstwowy laminat typu hot-melt w kolorze niebieskim, całkowita gramatura 80g/m2	1
Ręcznik 30x30cm	2
Fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Rozmiar fartucha oznaczony poprzez kolorową lamówkę i nadruk z rozmiarówką. Mankiety z dzianiny o długości 7,5 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	1
Fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Długość fartucha 157 cm. Rozmiar fartucha oznaczony poprzez kolorową lamówkę i nadruk z rozmiarówką. Mankiety z dzianiny o długości 7,5 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	2
Taśma samoprzylepna włókninowa 10x50cm	1
Skalpel nr 15	2
Pojemnik na igły mały	1
Tupfer gazowy z nitką RTG (50 x 50 cm)	5
Kompres z gazy 17-nitkowej 8-warstwowy z nitką RTG 10x10cm	20
Opatrunek pooperacyjny 10x20cm	1
Serwety z gazy 20-nitkowej 4-warstwowe z chipem RTG białe 45x45cm ( po praniu wstępnym )	2
Samoprzylepna serweta 2-warstwowa 75x75cm , - laminat polipropylen/polietylen o gramaturze min. 57,5 g/m2 - chłonność 600% - odporność na rozerwanie na sucho/mokro 110/100 kPa - spełnia wymogi normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni	2



Samoprzylepna serweta 2-warstwowa 180x180cm laminat dwuwarstwowy: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 60 g/m2. Wokół pola operacyjnego wzmocnienie z warstwy SM. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 140 g/m2(140g/m2), chłonność 680%, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 110/100 kPa	2
---	---

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 92**

**Pakiet 19, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów na ręce o składzie:

Serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm, 2-warstwowy laminat typu hot-melt w kolorze niebieskim, całkowita gramatura 80g/m2	1
Fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Rozmiar fartucha oznaczony poprzez kolorową lamówkę i nadruk z rozmiarówką. Mankiety z dzianiny o długości 7,5 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	1
Fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Długość fartucha 157 cm. Rozmiar fartucha oznaczony poprzez kolorową lamówkę i nadruk z rozmiarówką. Mankiety z dzianiny o długości 7,5 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	1
Taśma samoprzylepna włókninowa 10x50cm	1
Skalpel nr 15	1
Strzykawka 3-częściowa Luer 10ml	1
Igła 0,50x40mm (pomarańczowa)	1
Pojemnik na igły mały 11,5x5,5x1,5 cm	1
Tupfer gazowy z nitką RTG (50 x 50 cm)	5
Kompres z gazy 17-nitkowej 8-warstwowy z nitką RTG 10x10cm	30
Serweta operacyjna 2-warstwowa 75x90cm o gramaturze 60 g/m2	1
Samoprzylepna serweta 2-warstwowa 90 x 120 cm z przylepnym otworem o średnicy 10 cm, gramatura 60g/m2 - chłonność 600% - odporność na rozerwanie na sucho/mokro 110/100 kPa - spełnia wymogi normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni	1

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 93**

**Pakiet 19, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wklucia PP o składzie:

Serweta operacyjna 2-warstwowa 75x90cm (owiniecie zestawu)	1
Zacisk - chwytak do materiału gazowego 18 cm zielony, plastikowy	1
Strzykawka 3-częściowa Luer 2 ml	1
Strzykawka 3-częściowa Luer-Lock 5ml	1
Igła 0,50x40mm (pomarańczowa)	1
Igła 1,20x40mm	1
Opatrunek foliowy z ramką 6 x 7 cm	1
Tupfer gazowy z nitką RTG (50 x 50 cm)	5
Kompres z gazy 17-nitkowej 8-warstwowy z nitką RTG 10x10cm	10
Samoprzylepna serweta 2-warstwowa 45 x 75 cm z otworem przylepnym o średnicy 6 x 8 cm, gramatura 40g/m2, odporność na wypychanie na sucho 50 kPa	1

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 94**

**Pakiet 19, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii o składzie:

Serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm, 2-warstwowy laminat typu hot-melt w kolorze niebieskim, całkowita gramatura 80g/m2	1
Ręczniki 30x30cm	2
Fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Rozmiar fartucha oznaczony poprzez kolorową lamówkę i nadruk z rozmiarówką. Mankiety z dzianiny o długości 7,5	1

cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ	
Serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu, gramatura całkowita 80g/m2, rozmiar wzmocnienia 60 x 140 cm, w kolorze czerwonym	1
Fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Długość fartucha 157 cm. Rozmiar fartucha oznaczony poprzez kolorową lamówkę i nadruk z rozmiarówką. Mankiety z dzianiny o długości 7,5 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	2
Kieszeń na narzędzia 30x40cm, dwukomorowa, foliowa, przezroczysta	2
Taśma samoprzylepna włókninowa 10x50cm	1
Taśma samoprzylepna typu rzep (velcro) 2 x 22 cm, składająca się z dwóch części – haczyka i pętelki, na jednej części znajduje się taśma lepna	1
Ośłona na przewody/kamerę składana teleskopowo 14x250cm foliowa, przezroczysta	1
Skalpel nr 10	2
Strzykawka 20ml 3-częściowa Luer	1
Pojemnik na igły 30 miejsc	1
Tupfer gazowy z nitką RTG 50 x 50 cm	5
Kompres z gazy 17-nitkowej 8-warstwowy z nitką RTG 10x10cm	30
Opatrunek 10x8cm	4
Przedłużenie do ssaka CH24, dł. 300 cm	1
Dren Redona Ch.14 70cm	1
Butelka Redona 200ml HV	1
Serweta do laparoskopii 200/270 x 300 cm, wzmocniona, zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem przyklepnym o wymiarach 25 x 30 cm oraz 8 organizerami typu rzep, laminat dwuwarstwowy o gramaturze 56g/m2, gramatura w strefie krytycznej 136g/m2, chłonność 680%, odporność na rozerwanie sucho/mokro 180/172 kPa. Wokół pola operacyjnego wzmocnienie z warstwy SM.	1

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 95**

**Pakiet 28, pozycja 2**

Czy zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o wysokości 12 cm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 96**

**Pakiet 28, pozycja 3**

Czy zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o wysokości 220 mm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również pojemnik na odpady medyczne o wysokości 220 mm.**

**Pytanie nr 97**

**Pakiet 28, pozycja 5**

Czy zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o pojemności 0,2 L?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 98**

**Pakiet 29, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z bardzo miękkiej włókniny Spunlace 40 g/m<sup>2</sup> w kolorze białym, warstwa wewnętrzna z poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe. Rozmiar 110 x 210 cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również koc ogrzewający jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z bardzo miękkiej włókniny Spunlace 40 g/m<sup>2</sup> w kolorze białym, warstwa wewnętrzna z poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe. Rozmiar 110 x 210 cm.**

**Pytanie nr 99**

**Pakiet 30, pozycja 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMS. Rozmiar oznaczony literowo, oraz za pomocą kolorowej lamówki, adekwatnej do rozmiaru, mankiety 7,5 cm z dzianiny. Oznakowanie rozmiaru w postaci kolorowej lamówki i nadruku z rozmiarówką. Fartuch podwójnie pakowany – owinięcie z serwety włókninowej. Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne typu TAG. W opakowaniu 2 ręczniki w rozmiarze 30 x 30 cm.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również fartuch z włókniny SMS. Rozmiar oznaczony literowo, oraz za pomocą kolorowej lamówki, adekwatnej do rozmiaru, mankiety 7,5 cm z dzianiny.**

Oznakowanie rozmiaru w postaci kolorowej lamówki i nadruku z rozmiarówką. Fartuch podwójnie pakowany – owinięcie z serwety włókninowej. Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne typu TAG. W opakowaniu 2 ręczniki w rozmiarze 30 x 30 cm.

**Pytanie nr 100**

**Pakiet 30, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 138 cm dla rozmiaru XL, lub o długości 157 cm dla rozmiaru XXL (tolerancja +/- 3 cm)?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również długości 157 cm**

**Pytanie nr 101**

**Pakiet 30, pozycja 3**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

#### **Zapytanie nr 20 z dnia 01.06.2020 r.**

**Pytanie nr 1**

Pakiet nr 11

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna posiadała w instrukcji użytkowania potwierdzenia bakteriobójczości na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP, Ecoli oraz Klebsiella pneumoniae, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych? Potwierdzenie różnego rodzaju parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE.

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

#### **Zapytanie nr 21 z dnia 01.06.2020 r.**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 5 poz.3 do odrębnego pakietu?

Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**