



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów

02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, sekretariat: tel. 22 643-74-44, tel. / fax. 22 641-52-14  
centrala: 22 641-67-59, 22 641-29-94, 22 643-03-99, Regon: 017185839, NIP 951-19-98-375,  
e-mail: biuro@zozursynow.pl, www.zozursynow.pl



**ZPORR**  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego



Wyróżnienie, które  
zobowiązuje



**Warszawa, dnia 31.01.2014r.**

**Nr sprawy SPZOZ.U.53/2014**

## ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa -Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „**dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą automatycznego analizatora**” (Nr sprawy SPZOZ.U.53/2014) wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Treść zapytań wraz z odpowiedziami zamieszczono poniżej.

### **Zapytanie nr 1 z dnia 24.01.2014r.**

1. Prosimy o zmianę zapisu pkt. 4 par. 1 projektu umowy na: „.....Zamawiający gwarantuje zakup minimum **80%** wartości umowy”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na gwarancję zakupu minimum 60% wartości umowy. Modyfikacji ulegają następujące zapisy:

1) SIWZ, pkt. 4 ppkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamawiający zastrzega sobie realizację przez Wykonawcę składanych zamówień na asortyment określony w załączniku Nr 1, przy czym zamówione ilości będą wynikały z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą być różne od określonych w tym załączniku. Zamawiający gwarantuje zakup minimum 60% wartości przedmiotu zamówienia.”

2) załącznik nr 6 do SIWZ „projekt umowy”, par 1 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamawiający zastrzega sobie realizację przez Wykonawcę składanych zamówień na asortyment określony w załączniku Nr 1, przy czym zamówione ilości będą wynikały z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą być różne od określonych w tym załączniku. Zamawiający gwarantuje zakup minimum 60% wartości umowy.”

2) Prosimy o wyrażenie zgody na pozostawienie okresu gwarancji 1 roku dla oferowanego analizatora, natomiast prosimy o wyrażenie zgody na min. 4 miesięczny termin ważności pozostałego przedmiotu zamówienia (odczynniki, kalibratory, kontrole etc).

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na minimalny 4 miesięczny termin ważności materiałów zużywalnych (odczynniki, kalibratory, kontrole etc). Modyfikacji ulegają

następujące zapisy:

1) SIWZ, pkt. 4 ppkt 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca udzieli gwarancji na materiały zużywalne będące przedmiotem zamówienia na okres ważności podany na opakowaniu przez producenta, ale nie krótszy niż 4 miesiące od momentu dostarczenia zamówienia Zamawiającemu.”

2) załącznik nr 6 do SIWZ „projekt umowy”, par 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ważności podany przez producenta, ale nie krótszy niż 4 miesiące od momentu dostarczenia Zamawiającemu.”

3. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę terminu wymiany towaru wadliwego z 3 dni na 5 dni roboczych?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wymiany towaru wadliwego z 3 dni na 5 dni roboczych. Modyfikacji ulegają następujące zapisy:

1) załącznik nr 6 do SIWZ „projekt umowy”, par 3 pkt 1c otrzymuje następujące brzmienie: „wymiany w ciągu 5 dni roboczych dostarczonego przedmiotu umowy, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego jego wad lub niezgodności z zamówieniem.”

4. Czy w związku z regulacją art. 144 ust.1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczalności wprowadzenia zmian w brzmieniu przedstawionym poniżej?

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
- przedmiotowym/ produkt zamienny
- sposobu konfekcjonowania (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
- liczby opakowań
- wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy:
  - wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony
  - wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wyprodukowanego w 2012 roku?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora wyprodukowanego w 2012 roku.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kontrola do HbA1C była liofilizowana?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby kontrola do HbA1C była liofilizowana.