



SPZOZ Warszawa-Ursynów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
W a r s z a w a - U r s y n ó w

ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa, Regon: 017185839, NIP: 951-19-98-375
sekretariat: tel. 22 643 74 44; tel./fax 22 641 52 14; centrala: 22 641 67 59,
22 641 29 94, 22 643 03 99, e-mail: biuro@zozursynow.pl, www.zozursynow.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



Wyróżnienie, które
zobowiązuje



Warszawa, dnia 09.12.2014r.

Nr sprawy SPZOZ.U.670/2014

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa -Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „**zakup materiałów medycznych jednorazowego użytku**” (Nr sprawy SPZOZ.U.670/2014) wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Treść zapytań wraz z odpowiedziami zamieszczono poniżej.

Ważne!!! W przypadku zaofiarowania asortymentu innego niż określony w załączniku nr 1 do SIWZ, a dopuszczonego w wyniku udzielonych poniżej odpowiedzi, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz rozbieżności pomiędzy asortymentem pierwotnie wymaganym a asortymentem dopuszczonym w drodze odpowiedzi na zapytania (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w zał. Nr 1 po modyfikacji 2). W przypadku dopuszczonej zmiany wielkości opakowań, Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia w rubryce „ilość” odpowiednich zmian wynikających z przeliczenia oferowanej ilości w opakowaniu zbiorczym. W przypadku niezłączenia do oferty listy z zaofiarowanym asortymentem odmiennym niż pierwotny, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje asortyment zgodny z pierwotnym formularzem asortymentowo cenowym, tj. załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Zapytanie nr 1 z dnia 17.11.2014r.

1. Czy Zamawiający miał na myśli w **Pakiecie Nr 6 poz. 3 i 4** szczoteczki do pobierania wymazów odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami Dyrektywy Europejskiej oraz z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, niesterylnych szczoteczek do cytologii posiadających badania kliniczne potwierdzające ich skuteczność w badaniach masowych.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z **Pakietu Nr 6 poz.3 i 4** ?
Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczbie oferentów, a tym samym, pozwoli Zamawiającemu wyłonić najkorzystniejszą ofertę.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 2 z dnia 18.11.2014r.

Pakiet nr 8

Pozycja nr 2

- Prosimy o dopuszczenie podkładów o szerokości 50cm z perforacją co 50cm, 50mb z możliwością przeliczenia rolek na 568 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podkłady o szerokości 48cm - 50cm z perforacją co 36cm lub 38cm lub 50cm, 40mb lub 50mb na roli. Kolor biały lub niebieski lub zielony. Przy czym zamawiana ilość podkładów 40mb na roli zgodnie z SIWZ, 50mb na roli po przeliczeniu 568 sztuk/rolek. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

Pozycja nr 3

- Prosimy o dopuszczenie podkładów o szerokości 50cm z perforacją co 36 cm lub 50cm, 50mb z możliwością przeliczenia rolek na 80 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podkłady o szerokości 48cm - 50cm z perforacją co 36cm lub 38 cm lub 50cm, 40mb lub 50mb na roli. Kolor biały lub niebieski lub zielony. Przy czym zamawiana ilość podkładów 40mb na roli zgodnie z SIWZ, 50mb na roli po przeliczeniu 80 sztuk/rolek. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ

Pozycja nr 4

- Prosimy o dopuszczenie prześcieradeł wykonanych z jednej warstwy chłonnej celulozy i warstwy folii.

- Prosimy o dopuszczenie podkładów o szerokości 39cm , o długości rolki 47 mb (a' 94 podkładów) z możliwością przeliczenia rolek na 170 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podkłady o szerokości 38cm - 39cm z perforacją co 36cm lub 50cm, 40mb lub 47mb lub 50mb na roli. Kolor biały lub zielony lub niebieski. Przy czym zamawiana ilość podkładów 40mb na roli zgodnie z SIWZ, 47mb na roli po przeliczeniu 170 sztuk/rolek, 50mb na roli po przeliczeniu 160 sztuk/rolek, Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

Pozycja nr 2 i 13

Prosimy o wydzielenie pozycji **2 i 13** – podkładów i prześcieradeł w osobny pakiet.

Jesteśmy hurtownią higieniczną (nie medyczną) i zajmujemy się bezpośrednio dystrybucją podkładów przez co możemy zaoferować lepszy jakościowo towar po niższej cenie, co umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli z pakietu nr 8 pozycje 2 do pakietu nr 29 i pozycje 13 do pakietu nr 30.

Pozycja nr 3 i 4

Prosimy o wydzielenie pozycji 3 i 4 – podkładów i prześcieradeł w osobny pakiet.

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli z pakietu nr 8 pozycje 3, 4 do pakietu nr 29

Zapytanie nr 3 z dnia 18.11.2014r.

Pakiet 4 pozycja 4

Zwracamy się o możliwość zaoferowania opakowania a"50 szt. z możliwością przeliczenia wymaganej ilości w pakiecie .

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ww. pozycji a"50szt lub 100szt. Przy czym zamawiana ilość strzykawkę a"50szt po przeliczeniu 160 opakowań, a"100szt zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4 pozycja 13

Zwracamy się o możliwość zaoferowania Kranik trójdrożny posiadający optyczny indyikator pozycji otwarty-zamknięty.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4 pozycja 16

Zwracamy się o możliwość zaoferowania Igła jednorazowego użytku do iniekcji sterylne 0,45 x 12 mm lub ,45 x 16 mm z nasadką Luer – LOCK.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. pozycji sterylne igły jednorazowego użytku do iniekcji 0,45x16mm lub 0,4x19mm. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ

Pakiet 4 pozycja 17

Zwracamy się o możliwość zaoferowania Igła jednorazowego użytku do iniekcji sterylne 0,3x 12 mm z nasadką Luer – LOCK o ostrzu długo ściętym LB/BL .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. pozycji sterylne igły jednorazowego użytku do iniekcji 0,3x12mm lub 0,3x13mm. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5 pozycja 2

Zwracamy się o możliwość zaoferowania pojemnik na odpady medyczne 1l; Wysokość min.12,5 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5 pozycja 3

Zwracamy się o możliwość zaoferowania Pojemnik na odpady medyczne 2l; Wysokość min.16 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 6 pozycja 2

Zwracamy się o możliwość zaoferowania Wziernik ginekologiczny o Szerokość części wąskiej na całej długości 25 mm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 19 pozycja 1

Zwracamy się o możliwość zaoferowania: Rękawice diagnostyczne nitylowe nielateksowe, bez-pudrowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu min. 0.11 mm, dłoni min. 0,06mm, mankiecie min. 0,05 mm ,siła zerwania przed starzeniem min. 6 N po starzeniu min. 6 N. W opakowaniu a'100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza: Rękawice diagnostyczne nitylowe nielateksowe, bezpudrowe. Grubość na palcu od min, 0,8mm, na dłoni min. 0,06mm, mankiecie min.0,05mm mierzona w pojedynczej grubości. Rolowany mankiety, teksturowane tylko na palcach, kolor niebieski, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III.Produkt zgodny z wymaganiami EN 455 części 1,2,3 oraz 4, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671, odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3, zgodne z normą EN 420, EN 388 .Współczynnik AQL dla szczelności 1.0 lub 1.5, bez zawartości protein, siła zerwania przed starzeniem min.6,0 N po starzeniu min. 60N, Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie a'200 sztuk (XS-L) oraz min. 180sztuk (XL)

Pakiet 19 pozycja 2

Zwracamy się o możliwość zaoferowania : Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,33 +/- 0,02mm ,na dłoni 0,32 mm+/- 0,02mm ,na mankiecie 0,22mm+/- 0,02mm, rozciągliwość przed starzeniem 650%, siła zrywająca przed starzeniem min 12 N.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza: Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane. Grubość pojedynczej ścianki na palcu min. 0,33 +/- 0,02mm ,na dłoni min. 0,32 mm+/- 0,02mm ,na mankiecie min. 0,22mm+/- 0,02mm, długość 295-300 mm, rozciągliwość przed starzeniem min.650%, siła zrywająca przed starzeniem min. 24N. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej. Opakowanie a'25 par, rozmiary S-XL.

Pakiet 19 pozycja 3

Zwracamy się o możliwość zaoferowania : Rękawice diagnostyczne, lateksowe, bezpydrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, z rolowanym mankietem, teksturowane jednorodnie na całej powierzchni dłoni i palców. Grubość pojedynczej ścianki na palcu min 0,11mm, dłoni min 0,09 mm .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza: Rękawice diagnostyczne, lateksowe, bezpydrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, z rolowanym mankietem, teksturowane jednorodnie na całej powierzchni dłoni i palców. Grubość pojedynczej ścianki na palcu min. 0,11mm, dłoni min0,09mm, mankiecie 0,08mm, długość 240mm. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 potwierdzone badaniami wytwórcy lub badaniami z jednostki niezależnej. Kolor naturalnego lateksu. Opakowanie a'100szt. Rozmiar XS, S, M, L, XL.

Zapytanie nr 4 z dnia 18.11.2014r.

Dot. § 2 ust.2 wzoru umowy

Prosimy o określenie terminu dostawy na min. 5 dni robocze. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to: odbiór przesyłki z magazynów, rozpakowanie i wysyłka do klienta.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy dotyczące terminów dostaw przedmiotu zamówienia. Wymagany maksymalny termin każdorazowej dostawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Dot. § 3 ust.1c wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu reklamacji z 3 na 5 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy dotyczące terminów reklamacji przedmiotu zamówienia. Wymagany maksymalny termin każdorazowej reklamacji nie może przekroczyć 5 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji przez Zamawiającego.

Dot. § 11 pkt 2 wzoru umowy

Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ pragniemy zwrócić się z uprzejmą prośbą o dokonanie zmiany w ww paragrafie umowy na brzmienie:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości **10% wartości niezrealizowanej części umowy;**
- nie dostarczenia w terminie zamówionego towaru - w wysokości **0,5% wartości niedostarczonego zamówienia** za każdy dzień zwłoki;

- odmowy dostarczenia zamówionego towaru – w wysokości **10% wartości niedostarczonej części zamówienia** za każdy dzień zwłoki **z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w umowie**;
- nie dostarczenia w terminie towaru wolnego od stwierdzonych wad – w wysokości **0,5% wartości reklamowanej części zamówienia** za każdy dzień zwłoki. Naszym zdaniem, kary umowne winny być **naliczane od wartości niezrealizowanych umów, dostaw czy reklamacji podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie** a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne. Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy dotyczące § 11 pkt 2 wzoru umowy w następujący sposób:

zapis pierwotny w brzmieniu:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umowy / wartości pakietu którego dotyczyło Zamówienie;
- nie dostarczenia w terminie zamówionego towaru – w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki;
- odmowy dostarczenia zamówionego towaru – w wysokości 10% wartości umowy / wartości pakietu którego dotyczyło Zamówienie;
- nie dostarczenia w terminie towaru wolnego od stwierdzonych wad – w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki”

zastępuje się zapisem w brzmieniu:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy;
- nie dostarczenia w terminie zamówionego towaru - w wysokości 0,5% wartości opóźnionego towaru, za każdy dzień zwłoki;
- odmowy dostarczenia zamówionego towaru – w wysokości 10% zamówionego towaru, a niedostarczonego towaru;
- nie dostarczenia w terminie towaru wolnego od stwierdzonych wad – w wysokości 0,5% wartości reklamowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia.”

Zapytanie nr 5 z dnia 21.11.2014r.

Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 29

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji nr 29 do odrębnego pakietu. Dreny tkankowe silikonowe są wysokospecjalistycznym sprzętem medycznym. Nie każdy dystrybutor sprzętu medycznego ma możliwość ich włączenia do swojej oferty. Obecny kształt pakietu może utrudnić a być może nawet uniemożliwić złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli do oddzielnego pakietu pozycję 29, w której dopuszcza dren tkankowy rozmiarze 400mm 20mm/ 7 kanalików, do utworzonego pakietu nr 31. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

Pytanie 2 Dotyczy zapisów umowy

W celu uniknięcia ewentualnych niejasności w trakcie trwania umowy zwracamy się z prośbą o modyfikację § 12 ust. 1 pkt 6 w sposób następujący:

„...zmian ustawowych w przepisach prawa podatkowego, powodujących konieczność zmiany stawek podatku dotyczącego sprzedaży towarów będących przedmiotem umowy, przy czym cena netto nie ulegnie zmianie, a cena brutto ulegnie zmianie, w wysokości i w terminie wynikającym z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę...”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Obecne zapisy we wzorze umowy gwarantują Wykonawcy wprowadzenie ww. zmian w trakcie trwania umowy.

Zapytanie nr 6 z dnia 21.11.2014r.

1. Paragraf 11 ust.2 tiret 3.

Prosimy o wykreślenie tego zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z udzieloną odpowiedzią w zapytaniu nr 4.

2. Prosimy o dodanie do umowy zapisu.

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 7 z dnia 24.11.2014r.

Pytanie 1

Dotyczy Pakiet 20 – poz. 1

Czy Zamawiający pozwoli zaoferować jednorazowe sterylne igły do ostrzykiwania o długości całkowitej **180 cm**, , średnica 1,8 mm, średnica igły wew. **0,5mm**, długość igły 4mm i 6mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy Pakiet 20 – poz. 3

Czy Zamawiający pozwoli zaoferować wielorazowe szczoteczki do mycia endoskopów o długość **2300mm** pakowane pojedynczo. (Obecnie w SIWZ wymagane rozmiary 2300 -2500mm)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania wielorazowych szczoteczek do mycia endoskopów o długość min. 2300mm pakowanych pojedynczo. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

Zapytanie nr 8 z dnia 25.11.2014r.

Dotyczy Pakiet nr 10, pozycja nr 1:

1. Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Umożliwi to złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli do oddzielnego pakietu pozycję nr 1 z pakietu nr 10, w której dopuszcza dren tkankowy rozmiarze 400mm 20mm/ 7 kanalików. Wydzielona pozycja utworzy pakiet nr 32. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ

2. Dotyczy Pakiet nr 10, pozycja nr 2:

Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawienia przez Wykonawcę potwierdzenia klasy przez niezależną organizację notyfikowaną z uwagi na to, iż;

- stawianie przez Zamawiającego takiego wymogu narusza przepis art. 30. ust. 1. i 4., ustawy Prawo zamówień publicznych, które w swej części między innymi zobowiązuje Zamawiającego do opisywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem Polskich Norm, co w tym przypadku Zamawiający obowiązany jest formułować swe wymogi w zgodzie z normą ISO 11140, która w całej swej treści nie przewiduje w żadnym przypadku wymogu certyfikowania wyrobów niemedyceńskich przez niezależne jednostki notyfikowane,

- takie postępowanie Zamawiającego uniemożliwia potencjalnym Wykonawcom złożenia ofert cenowo niższych nawet do kilkudziesięciu procent, co skutkuje zawyżoną wartością zadania, czym zaprzecza kryterium oceny ofert jakim jest 100% - cena jako realizację celów powołanej wyżej ustawy to jest efektywnego i gospodarnego dysponowania środkami publicznymi.

Wobec powyższego przedkładamy zapytanie o następującej treści;

Czy, Zamawiający miast wymaganego potwierdzenia klasy przez niezależną organizację notyfikowaną dopuści złożenie dokumentów o których mowa w § 6. ust.3., Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

Odpowiedź: Tak. Zamawiający odstępuje od wymogu przedstawienia przez Wykonawcę potwierdzenia klasy przez niezależną organizację notyfikowaną.

3. Dotyczy Pakiet nr 10, pozycja nr 2:

Sposób wykonania substancji wskaźnika nie ma wpływu na ocenę właściwości cyklu sterylizacji. Wskaźniki muszą jedynie dostarczyć wyraźnie dostateczny dowód ekspozycji po poddaniu działaniu czynnika sterylizującego o określonych parametrach (PNENISO 11140). Czy – wobec powyższego - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu klasy 5 o innym sposobie wykazania zmiany tj. poprzez jednoznaczną zmianę zabarwienia wskaźnika po procesie sterylizacji?

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie testu kl 5 z substancją wskaźnikową przesuwającą się w okienku lub poprzez jednoznaczną zmianę zabarwienia wskaźnika po procesie sterylizacji. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ

4. Dotyczy Pakiet nr 10, pozycja nr 2:

Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu badania parametrów punktu końcowego w 3 temperaturach dla każdej serii. Takie badania przeprowadzane są w przypadku testów biologicznych zawierających żywe mikroorganizmy gdzie poszczególne serie mogą nieznacznie się różnić, natomiast w przypadku testów chemicznych każda seria kalibrowana jest w ten sam sposób na konkretne parametry.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje w ww. pozycji od wymogu badania parametrów punktu końcowego w 3 temperaturach dla każdej serii. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

5. Dotyczy Pakiet nr 10, pozycja nr 2:

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie stosownie przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji, testy klasy 5 w opakowaniu po 500szt lub 250szt (po przeliczeniu 80 opakowań). Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

6. Dotyczy Pakiet nr 10, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 500 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie stosownie przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji, testy klasy 4 do sterylizacji parą wodną z substancją naniesioną na długości min.45mm, pakowane po 480szt w opakowaniu lub po 500szt w opakowaniu (w przeliczeniu 70 opakowań). Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

7. Dotyczy Pakiet nr 10, pozycja nr 4:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Asortyment należy do grupy produktów stosowanych w systemie dokumentacji. Umożliwi to złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli pozycję nr 4 z pakietu nr 10, do utworzonego pakietu nr 32.

8. Dotyczy Pakiet nr 10, pozycja nr 4:

Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania etykiet ze wskaźnikiem czy etykiet bez wskaźnika?

Odpowiedź: Tak, w ww. pozycji Zamawiający wymaga etykiet ze wskaźnikiem kontroli procesu sterylizacji. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ

9. Dotyczy Pakiet nr 10, pozycja nr 5 i 9:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie wymienionych pozycji do oddzielnego Pakietu. Podział pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty i zapewni udział w Pakiecie innym oferentom.

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli pozycję nr 5 i 9 z pakietu nr 10 do utworzonego pakietu nr 32.

10. Dotyczy Pakiet nr 10, pozycja nr 6: Czy Zamawiający dopuści testy kontrolujące proces mycia w jednej płaszczyźnie w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie stosownie przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza testy kontrolujące proces mycia w opakowaniach 100szt (ilość zgodna z SIWZ) i w opakowaniach po 200szt (po przeliczeniu 3 opakowania). Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

11. Dotyczy Pakiet nr 10, pozycja nr 7:

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie stosownie przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza asortyment w opakowaniach 100szt (ilość zgodna z SIWZ) i w opakowaniach po 200szt (po przeliczeniu 3 opakowania). Pozostałe warunki zgodne z SIWZ

12. Dotyczy Pakiet nr 10, pozycja nr 8:

Czy Zamawiający dopuści plomby w opakowaniu po 1000 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie stosownie przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza testy kontrolujące proces mycia w opakowaniach 500szt (ilość zgodna z SIWZ) i w opakowaniach po 1000szt (po przeliczeniu 6 opakowań). Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

13. Dotyczy Pakiet nr 11, pozycja nr 1-3:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu. Asortyment stanowią opakowania sterylizacyjne. Umożliwi to złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli pozycję nr 1 – 3 z pakietu nr 11 do utworzonego pakietu nr 33.

14. Dotyczy Pakiet nr 11, pozycja nr 1c:

Czy w miejsce rękawa o wymiarze 12cmx200m Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 12,5cmx200m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści rękaw o wymiarze min. 12cmx200cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

15. Dotyczy Pakiet nr 11, pozycja nr 1-3:

Czy Zamawiający dopuści rękawy posiadające oznaczenie nr serii oraz rozmiaru bez nr katalogowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawy posiadające oznaczenie nr serii oraz rozmiaru. Rękawy mogą lecz nie muszą posiadać oznaczonego nr katalogowego. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ

16. Dotyczy Pakiet nr 11, pozycja nr 1-3:

Czy Zamawiający wymaga rękawów o gramaturze papieru 70g/m², oraz posiadających folie złożoną z min.7 warstw? Wskazane parametry stanowią gwarancje najwyższej jakości oferowanych wyrobów, co jest niezbędne w tak istotnym procesie jakim jest sterylizacja.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rękawów o gramaturze min. 60g//m². Pozostałe parametry wymienione w zapytaniu zgodne z SIWZ

17. Dotyczy Pakiet nr 11, pozycja nr 2:

Czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 7,5cm x 3,8cm(zakładka) x 100m?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający w ww. pozycji dopuści również testy w opakowaniach po 250 szt. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

18. Dotyczy Pakiet nr 11, pozycja nr 3:

Czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 10cm x 5cm (zakładka) x 100m?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający w ww. pozycji dopuści rękaw w rozmiarze 10cm x 5cm x 100m z zakładką. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

19. Dotyczy wzoru umowy § 11, ust.2:

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy do 10 % wartości niezrealizowanej części umowy/pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z udzieloną odpowiedzią w zapytaniu nr 4.

20. Dotyczy wzoru umowy § 11, ust.2:

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej za odmowę dostarczenia zamówionego towaru do 10 % wartości niezrealizowanego zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z udzieloną odpowiedzią w zapytaniu nr 4.

Zapytanie nr 9 z dnia 25.11.2014r.

Pakiet nr 10, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści testy spełniające wymogi SIWZ, z substancją wskaźnikową naniesioną na długości ok. 45 mm? Aktualny wymóg substancji wskaźnikowej o dł. minimum 6 cm wskazuje na produkt będący w ofercie tylko jednego Wykonawcy, co ogranicza konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 8.

Pakiet nr 10, poz. 7:

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodność klasy wskaźnika z normą 11140-1 była potwierdzona przez organizację niezależną zarówno od producenta, jak i konsumenta, działającą w sposób obiektywny, posiadającą akredytację potwierdzającą kompetencje techniczne, uprawnioną do kontroli jakości i potwierdzenia, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom, jaką jest niezależna jednostka notyfikowana?

Tak postawiony wymóg gwarantuje wysoką jakość zaoferowanych produktów, zabezpieczając tym samym interesy Zamawiającego na wypadek ewentualnych roszczeń pacjentów. Jest on także zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (§6.1.2), jak również z Prawem Zamówień Publicznych (art. 7 i 29), ponieważ są w Polsce powszechnie dostępne i używane produkty nie tylko jednego producenta spełniające ww. wymóg.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 8.

Zapytanie nr 10 z dnia 26.11.2014r.

Pytanie 1

Dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji dostaw do 5 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 4.

Pytanie 2

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 1c)

Zwracamy się z prośbą o następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu:

„ (...) wymiany w ciągu 5 dni roboczych dostarczonego przedmiotu umowy, w przypadku uznania zasadności reklamacji Zamawiającego, dotyczącej wad lub niezgodności z zamówieniem.”.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 4.

Pytanie 3

Dotyczy zapisów umowy § 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy § 7

Prosimy o dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo potrącać wymagalne odsetki ustawowe z uiszczonych przez Zamawiającego należności (jeżeli płatność nastąpiła po terminie wskazanym w § 7 ust. 1) za dostarczony towar. Wykonawca poinformuje o wartości naliczonych odsetek wystawiając odpowiednią notę obciążeniową. Zamawiający zostanie wezwany do uregulowania płatności w wysokości równej skalkulowanego potrącenia”.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie SIWZ.

Pytanie 5

Dotyczy zapisów umowy § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ważności podany na opakowaniu przez producenta, ale nie krótszy niż 12 miesięcy od momentu dostarczenia Zamawiającemu, z zastrzeżeniem do pierwszego użycia dla asortymentu jednorazowego.”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Dotyczy zapisów umowy § 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z wymaganych 0,5% na 0,1% oraz z wymaganych 10% na 5%?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 4.

Pytanie 7

Dotyczy zapisów umowy § 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu: „(...) – nie dostarczenia w terminie zamówionego towaru, - w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki.”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 4.

Pytanie 8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja oraz nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Pytanie 9

Dotyczy Pakietu 20 – poz. 1

Czy Zamawiający pozwoli zaoferować jednorazowe sterylne igły do ostrzykiwania o długości całkowitej **180 cm**, , średnica 1,8 mm, średnica igły wew. **0,5mm**, długość igły 4mm i 6mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 7.

Pytanie 10

Dotyczy Pakietu 20 – poz. 3

Czy Zamawiający pozwoli zaoferować wielorazowe szczoteczki do mycia endoskopów o długość **2300mm** pakowane pojedynczo. (Obecnie w SIWZ wymagane rozmiary 2300 -2500mm)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 7

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu 25 poz.nr 23

Prosimy o wydzielenie powyższej pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie ofert przez większą liczbę oferentów.

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowa dzielona, owalną z zewnętrznym pierścieniem ekwipotencjalnym, na podłożu z pianki polietylenowej, która jest lepszym rozwiązaniem niż włóknina ponieważ zapobiega przedostawaniu się płynów wewnątrz elektrody, o powierzchni aktywnej łącznej 108cm² (85cm+23cm), do diatermi ERBE VIO ?

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli z pakietu nr 25 pozycje 23 do pakietu nr 34. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

Zapytanie nr 12 z dnia 26.11.2014r.

Pakiet 4, pozycja 14 - 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli z pakietu nr 4 pozycje 14-17 do pakietu nr 35.

Pakiet 4, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,45 x 16mm lub 0,45 x 22mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 3.

Pakiet 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 16cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 15ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza pojemnik histopatologiczny o pojemności 8-15ml. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 2000ml lub 2300ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza pojemnik histopatologiczny o pojemności 2300-2500ml. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie: prześcieradło 210x150cm, poszewka na kłodrę 210x16cm0, poszewka na poduszkę 70x80cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza komplet pościeli jednorazowej o składzie:

1szt- Prześcieradło min 130x200cm, 1 szt- poszewka na kłodrę min.140x200cm, 1szt. - poszewka na poduszkę min 70x80 w kolorze zielonym lub niebieskim. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ

Pakiet 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 48cm lub 50cm, perforowany co 38cm, w rolce o długości 50m z przeliczeniem ilości na 568 szt., spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 2.

Pakiet 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 48cm lub 50cm, perforowany co 38cm, w rolce o długości 50m z przeliczeniem ilości na 80 szt., spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 2.. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści podkłady dostępne w kolorze niebieskim i zielonym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podkłady w kolorach: biały, niebieski, zielony.

Pakiet 8, pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła wykonane z włókniny o gramaturze 35g/m² lub 45g/m², spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga prześcieradeł wykonanych z włókniny o gramaturze min. 30g/ m². Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści koszulę pacjenta wykonaną z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m², wkładaną przez głowę (bez troków), bez rozcięcia z przodu, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści koszulę pacjenta wykonaną z włókniny SMS w kolorze niebieskim, z rozcięciem na plecach zawiązywanym na dwie pary troków, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści spodenki w kolorze niebieskim lub granatowym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza spodenki w kolorach: zielony lub granatowy lub biały. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ

Pakiet 8, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści sterylny ręcznik wykonany z włókniny Spunlace w rozmiarze 40cm x 40cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ręcznik jednorazowy z chłonnej włókniny w rozmiarze min. 40x40cm. Ręcznik może być sterylny.

Pakiet 8, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści kapcie wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 110g/m², spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 9, pozycje 1, 3, 4, 5, 6

Czy Zamawiający dopuści igły o długości 90mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 9, pozycja 5 - 6

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby igły posiadały w uchwycie element zmieniający barwę w kontakcie z płynem mózgowo-rdzeniowym ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 9, pozycja 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 12, pozycje 1 - 2

Czy Zamawiający dopuści wchłanianą gazę hemostatyczną o pH 3 - 4, czasie wchłaniania 5 – 8 dni, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuści wchłanianą gazę hemostatyczną o pH poniżej 4, czasie wchłaniania niż 5 - 8 dni lub 7-14 dni. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

Pakiet 12, pozycja 3 - 5

Czy Zamawiający dopuści hemostatyk o czasie wchłaniania 3-4 tygodnie, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuści hemostatyk o czasie wchłaniania 3-4 lub 3-5 tygodni. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

Pakiet 27, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści niejałowe kompresy oczne w rozmiarze 55x75mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Według Zamawiającego pytanie dotyczy pakietu 26 pozycji 9. Tak, Zamawiający dopuści kompresy oczne w rozmiarze 55x75mm. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

Pakiet 27, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści jałowe kompresy oczne w rozmiarze 55x75mm, pakowane a'50 szt. z przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 27, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści jałowe kompresy oczne w rozmiarze 75x80mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Według Zamawiającego pytanie dotyczy pakietu 26 pozycji 9. Tak, Zamawiający dopuści jałowe kompresy oczne w rozmiarze 75x80mm. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

Pakiet 27, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści hypoalergiczne plastry poiniekcyjne, wykonane z rozciągliwej włókniny, w rozmiarze 2,5cm x 8,5cm, pakowane pojedynczo w opakowaniu typu dyspenser a'500 szt. z przeliczeniem ilości na 24 opakowania a'500 szt., spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Według Zamawiającego pytanie dotyczy pakietu 26 pozycji 19. Tak, Zamawiający dopuści hypoalergiczne plastry poiniekcyjne, wykonane z rozciągliwej włókniny w rozmiarze 2,5cm x 8.5 cm pakowane pojedynczo w opakowaniu typu dyspenser a' 500 sztuk, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Pakiet 27, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści włókninowy opatrunek wyspowy pakowany a'30 szt. z przeliczeniem ilości na 12,5 op., spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Według Zamawiającego pytanie dotyczy pakietu 26 pozycji 26. Tak, Zamawiający dopuści włókninowy opatrunek wyspowy pakowany a'30 szt. z przeliczeniem ilości na 12,5 op., spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Pakiet 27, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści włókninowy opatrunek wyspowy pakowany a'30 szt. z przeliczeniem ilości na 12,5 op., spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Według Zamawiającego pytanie dotyczy pakietu 26 pozycji 27. Tak, Zamawiający dopuści włókninowy opatrunek wyspowy pakowany a'30 szt. z przeliczeniem ilości na 12,5 op., spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Pakiet 27, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkową o składzie 50% bawełna i 50% wiskoza, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Według Zamawiającego pytanie dotyczy pakietu 26 pozycji 29. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 13 z dnia 27.11.2014r.

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitylowe nielateksowe, bezpudrowe, grubość na palcu 0,12mm, dłoni 0,07mm, mankiecie 0,05mm mierzona w pojedynczej grubości Rolowany mankiety, teksturowane tylko na palcach, kolor niebieski, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Produkt zgodny z wymaganiami EN 455 części 1,2,3 oraz 4, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671, odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3, zgodne z normą EN 420, EN 388 .Współczynnik AQL dla szczelności 1,0, bez zawartości protein, siła zerwania przed starzeniem min. 6,0 N po starzeniu min. 6,0 N, Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie a'200 sztuk (XS-XL).

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 3.

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,35-0,36mm, dłoni 0,33mm, mankiecie 0,24-0,25mm, długość 295-300 mm, rozciągliwość przed starzeniem 650%, siła zrywająca przed starzeniem min. 24N. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej. Opakowanie a'25 par, rozmiary S-XL.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 3.

Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu 19 poz. 3

Prosimy Zamawiającego aby dopuścił rękawice przebadane na przenikanie

substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, co zostanie potwierdzone raportem badania wytwórcy. Pozostałe parametry SIWZ zostaną zachowane.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 3.

Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu 2 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompresów 17 nitkowych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kompresów minimum 13 nitkowych. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu 2 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet pakowanych po 5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu 2 poz. 12,13, 14, 15, 16, 26, 27

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie wyżej wymienionych pozycji i utworzenie z nich nowego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli z pakietu nr 2 pozycje 12,13, 14, 15, 16, 26, 27 do pakietu nr 36

Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu 2 poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opatrunku w rozmiarze 20x 10cm?

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza opatrunek w rozmiarze 20x8-10cm. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu 2 poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opatrunku w rozmiarze 10x 12cm?

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza opatrunek w rozmiarze 10x12-15cm. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 9 dotyczy Pakietu 2 poz. 22,23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie przylepców w rozmiarze 2,5cm x9,00m?

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza przylepiec w rozmiarze 2,5cm x9,0 - 9,14m. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

Zapytanie nr 14 z dnia 27.11.2014r.

Dotyczy: wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ):

1. Ad. Par. 1 ust. 4

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:

Zamawiający zastrzega sobie realizację przez Wykonawcę składanych zamówień na

asortyment określony w załączniku Nr 1, przy czym zamówione ilości będą wynikały z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą być różne od określonych w tym załączniku. Zamawiający gwarantuje zakup minimum **80%** wartości przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

2. Ad par. 2 ust. 2

Prosimy o zmianę wymaganego terminu dostaw na 4 dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 4.

3. Ad par. 3 ust. 1c)

Prosimy o zmianę terminu wymiany wadliwego przedmiotu umowy na 5 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 4.

4. Ad par. 9

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący::

*Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne wynikające z tytułu wprowadzenia do obrotu towaru nie spełniającego wymogów określonych obowiązującymi przepisami i normami ~~ponosi~~ Wykonawca **ponosi na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych.***

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

5. Ad par. 11 ust. 2

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- *odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy;*
- *nie dostarczenia w terminie zamówionego towaru – w wysokości 0,2% wartości opóźnionego towaru, za każdy dzień zwłoki;*
- *odmowy dostarczenia zamówionego towaru – w wysokości 10% zamówionego, a nie dostarczonego towaru – za wyjątkiem sytuacji, gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 30 dni;*
- *nie dostarczenia w terminie towaru wolnego od stwierdzonych wad – w wysokości 0,2% wartości nie dostarczonego towaru, za każdy dzień zwłoki.*

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 4.

6. Ad par. 11 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisu na: *„Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w*

przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

7. Ad par. 12 ust. 1.6)

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

Wprowadzenia ustawowych zmian w przepisach podatkowych; wówczas zmianie ulegnie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 15 z dnia 27.11.2014r.

Pytania do asortymentu:

Pakiet 2, poz. 14-19, 31-32: Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji do oddzielnego pakietu, co umożliwi większej ilości Wykonawcom złożenie oferty konkurencyjnej cenowo.

Odpowiedź: Zamawiający wydzielił z pakietu nr 2 pozycje 12-16, 26 i 27 do pakietu nr 36. Pozycje nr 17-19, 31 i 32 wydzielono do pakietu nr 37.

Pakiet 2, poz. 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10x12 cm?

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza opatrunek w rozmiarze 10x12-15cm. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

Pakiet 2, poz. 21: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku do mocowania kaniul w rozm. 8 x 5,8 cm, reszta zgodna z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji opatrunek do mocowania kaniul w rozmiarze 8 x 5,8 - 6cm. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

Pakiet 2, poz. 30: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania waty celulozowej bielonej spełniającej wymagania ustawy o wyrobach medycznych? Wykonawca zadaje to pytanie w związku ze zdarzającymi się przypadkami oferowania przy takim opisie przedmiotu zamówienia ligniny szarej, nie spełniającej wymogów wyrobu medycznego?

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji wymaga zaoferowania waty celulozowej bielonej spełniającej wymagania ustawy o wyrobach medycznych.

Pakiet 2: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kompresów, których brzegi składane są do wewnątrz, co wyklucza ryzyko wysunięcia się luźnych nitek?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający w ww. pozycji wymaga zaoferowania kompresów, których brzegi składane są do wewnątrz. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

Pakiet 2, dot. wyrobów gazowych jałowych: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów sterylizowanych parą wodną – metodą najbezpieczniejszą dla pacjenta i personelu?

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji oczekuje zaoferowania jałowych wyrobów gazowych bez wskazania na metodę sterylizacji.

Pakiet 2, dot. kompresów jałowych: Czy Zamawiający wymaga, aby kompresy były zakwalifikowane do klasy IIa, reguła 7 – wyroby inwazyjne krótkotrwałego użytku, ponieważ przeznaczenie tego wyrobu ma być inwazyjne?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pakiet 11, poz. 1-3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości ofert konkurencyjnych cenowo?

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli z pakietu nr 11 pozycję nr 1 - 3 do utworzonego pakietu nr 33

Pakiet 11, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych o gramaturze 60g/m², grubości folii = 52 mikrony, wytrzymałości zgrzewu do 1,5N /15 mm, szerokości zgrzewu 10 mm, wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż na sucho: 100 N/15mm, wzdłuż na mokro: 20 N/15mm, w poprzek na sucho: 55 N/15mm, w poprzek na mokro: 10 N/15mm, na rękawie naniesione oznaczenia od strony folii i od strony papieru poza przestrzenią załadowniczą: kierunku otwierania, numeru serii, rozmiaru rękawa (długość, szerokość), nie posiadające jednak nadruku numeru katalogowego (numer katalogowy umieszczony jest na etykiecie rolki rękawa)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 8.

Pakiet 11, poz. 1 g: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozmiaru 38 cm x 200m?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rękawa w rozmiarze 35 lub 38cm x200m.

Pakiet 11, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów w rozm.: 75mm x 25mm x 100mb, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 11, poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów w rozm.: 100mm x 40mm x 100mb, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 15, poz. 1-3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty na wydzielony asortyment.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pakiet 15, poz. 1-3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie siatki monofilamentowej wykonanej z polipropylenu o gramaturze 80 -96g/m² (+/- 10 g/m²), grubości siatki 0,47 mm (+/- 10%)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pakiet 22, poz. 11, 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości ofert konkurencyjnych cenowo?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 22, poz. 11, 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartucha zgodnego z SIWZ, z dwoma etykietami przylepnymi, o odporności na przenikanie cieczy min. 36,9 H₂O, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro min. 45,8 kPa/ 43,5 kPa, poziom pylenia min. 1,22 Log 10, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga sterylnego fartucha chirurgicznego

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 26, poz. 1-2, 8-10, 15, 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości ofert konkurencyjnych cenowo?

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli z pakietu nr 26 ww. pozycje do osobnego pakietu, tj. pakietu nr 38

Pakiet 26, poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie siatek pakowanych po 1 szt., z przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za 1 szt.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 26 pozycja 3 siatek pakowanych po 1 szt., z przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za 1 szt

Pakiet 26, 5-7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opasek gipsowych pakowanych po 2 szt., z przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za 1 szt.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający w ww. pozycji wyrazi zgodę na zaferowanie opasek gipsowych pakowanych po 2 szt., z przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za 1 szt.

Pakiet 26, poz. 5-7: Czy Zamawiający wymaga zaferowania opasek o długości 3m?

Odpowiedź: Tak, w ww. pozycji Zamawiający wymaga zaferowania opasek o długości 3m.

Pakiet 26, poz. 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów w rozm. 15x15 cm, w opakowaniu 250 szt., z podaniem ceny za 500 szt – co umożliwi Zamawiającemu porównanie ofert?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 26, poz. 21: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców w opakowaniu 22 szt., z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem opakowań zgodnie z zasadami matematyki?

Odpowiedź: Tak, w ww. pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców w opakowaniu 22 szt., z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem opakowań zgodnie z zasadami matematyki.

Pakiet 26, poz. 22: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców w opakowaniu 11 szt., z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem opakowań zgodnie z zasadami matematyki?

Odpowiedź: Tak, w ww. pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców w opakowaniu 11 szt., z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem opakowań zgodnie z zasadami matematyki.

Pakiet 26, poz. 26: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozm. 10x8 cm, z wkładką chłonną w rozm. 5x4 cm?

Odpowiedź: Tak, w ww. pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozm. 10x8 cm, z wkładką chłonną w rozm. 5x4 cm.

Pakiet 26, poz. 27: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozm. 8x15 cm, z wkładką chłonną w rozm. 10x3,8 cm?

Odpowiedź: Tak, w ww. pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozm. 8x15 cm, z wkładką chłonną w rozm. 10x3,8 cm.

Pakiet 26, poz. 28: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opatrunku w rozm. 10x20 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania opatrunku w rozm. 10x20 cm.

Pytania do wzoru umowy:

1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak.

2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 2 wzoru umowy słowa „10% wartości umowy / wartości pakietu którego dotyczyło Zamówienie” zostały zastąpione słowami „10% niezrealizowanej wartości umowy / pakietu którego dotyczyło Zamówienie”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od niezrealizowanej wartości umowy/pakietu, nie zaś od wartości całej umowy/pakietu. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia do umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do niezrealizowanej wartości umowy/pakietu, a nawet mogłaby przewyższać niezrealizowaną wartość umowy/pakietu. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z udzieloną odpowiedzią w zapytaniu nr 4.

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 2 wzoru umowy słowa „0,5% wartości zamówienia” zostały zastąpione słowami „0,5% wartości towaru niedostarczonego w terminie”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za zwłokę w dostawie była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku gdyby dostawa została częściowo zrealizowana w terminie, a zwłoka dotyczyła tylko nieznaczącej części zamówienia, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towaru niedostarczonego w terminie, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość towaru niedostarczonego w terminie. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z udzieloną odpowiedzią w zapytaniu nr 4.

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 2 wzoru umowy słowa „10% wartości umowy / wartości pakietu którego dotyczyło Zamówienie” zostały zastąpione słowami „10% wartości niedostarczonego towaru”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odmowę dostarczenia towaru była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całej umowy/pakietu. W przeciwnym razie kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby przewyższać tę wartość. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z udzieloną odpowiedzią w zapytaniu nr 4.

5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 2 wzoru umowy słowa „0,5% wartości zamówienia” zostały zastąpione słowami „0,5% wartości towaru wadliwego”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za zwłokę w dostawie towaru wolnego od stwierdzonych wad była naliczana od wartości towaru wadliwego, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku gdyby dostawa została w znacznej części zrealizowana bez wad, a wady dotyczyły tylko nieznaczącej części zamówienia, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towaru wadliwego, a nawet mogłaby przewyższać tę wartość. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z udzieloną odpowiedzią w zapytaniu nr 4.

6. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 12 ust. 1 wzoru umowy został dodany podpunkt 7) o następującej (lub podobnej) treści: „*zmiany wielkości ceny w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%.*”?

Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość do podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „*mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone*”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 16 z dnia 27.11.2014r.

Pakiet 1 , poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu silikonowego z linią RTG w rozmiarach 15,18,20,21,24,26,27 i 30 gdyż dreny silikonowe występują tylko w tych rozmiarach

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania drenów silikonowych w rozmiarach 15,18,20,21,24,26,27 i 30. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

Pakiet 1 , poz.7

Czy Zamawiający wymaga aby zestaw był zestawem uniwersalnym do nebulizacji ciepłej i zimnej ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby zestaw do nebulizacji był zestawem do nebulizacji zimnej. Może również służyć do nebulizacji ciepłej. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Pakiet 1, poz. 8

Pyt 1/ Czy Zamawiający ma na myśli test mokry?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający oczekuje zaoferowania testu suchego.

Pyt 2/ Czy Zamawiający oczekuje aby testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem zabezpieczonym przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem specjalnym ogranicznikiem.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający oczekuje aby testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem zabezpieczonym przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem specjalnym ogranicznikiem.

Pakiet 2 , poz. 14

Czy Zamawiający wymaga samoprzylepnych pasków do zamykania ran w ilości 200 kopert a 3szt pasków ?

Odpowiedź: Pozycja została przeniesiona do pakietu nr 36. Zamawiający wymaga pasków do zamykania ran w ilości 200szt. 1 szt w rozumieniu zamawiającego to pojedyncze opakowanie zawierające 3 szt sterylnych pasków.

Pakiet 2 , poz. 15.

Czy Zamawiający wymaga samoprzylepnych pasków do zamykania ran w ilości 600 kopert a 6szt pasków?

Odpowiedź: Pozycja przeniesiona do pakietu nr 36. Zamawiający wymaga pasków do zamykania ran w ilości 600szt. 1 szt w rozumieniu zamawiającego to pojedyncze opakowanie zawierające 6 szt sterylnych pasków

Pakiet 3, poz. 18

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów IS z drenem o długości 150cm

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów posiadających inne zabezpieczenie kolca po użyciu niż otwór w zaciskaczu. Prosimy o dopuszczenie przyrządów, w których po zakończeniu zabiegu infuzji igłę komory kroplowej można umieścić wewnątrz zaciskacza rolkowego . Do zabezpieczenia igły po zabiegu służy również jej plastikowa osłonka , którą posiada każdy przyrząd.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wydzielił z pakietu nr 3 pozycje 18 do pakietu nr 39.

Pakiet 3, poz. 19

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów TS z drenem o długości 150cm

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi posiadających inne zabezpieczenie kolca po użyciu niż otwór w zaciskaczu. Prosimy o dopuszczenie przyrządów, w których po zakończeniu zabiegu infuzji igłę komory kroplowej można umieścić wewnątrz zaciskacza rolkowego . Do zabezpieczenia igły po zabiegu służy również jej plastikowa osłonka , którą posiada każdy przyrząd.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu .

Odpowiedź: Zamawiający wydzielił z pakietu nr 3 pozycje 19 do pakietu nr 39.

Pakiet 3, poz. 20

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów IS z drenem o długości 150cm

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów posiadających inne zabezpieczenie kolca po użyciu niż otwór w zaciskaczu. Prosimy o dopuszczenie przyrządów, w których po zakończeniu zabiegu infuzji igłę komory kroplowej można umieścić wewnątrz zaciskacza rolkowego . Do zabezpieczenia igły po zabiegu służy również jej plastikowa osłonka , którą posiada każdy przyrząd.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wydzielił z pakietu nr 3 pozycje 20 do pakietu nr 39.

Pakiet 3, poz. 29

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu tkankowego w rozmiarze 400mm x 20mm /x 7 kanalików

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dren tkankowy w rozmiarze 400mmx20mm/7kanalików.

Pakiet 4, poz.8,11,12 i 13

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, gdyż umożliwi to złożenie bardzo korzystnej oferty na tą pozycję a tym samym zapewni wybór najkorzystniejszej cenowo oferty .

Odpowiedź: Zamawiający wydzielił z pakietu nr 4 pozycje 8,11,12, 13 do pakietu nr 40.

Pakiet 4, poz. 12

Czy Zamawiający wymaga aby każde wyjście w kraniku było zabezpieczone koreczkiem i aby dren był wykonany z PCV nie zawierającego toksycznych ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pakiet 4, poz. 13

Czy kranik trójdrożny winien posiadać maksymalne wypełnienie 0,23ml i być wyposażony w kolorowe znaczniki – niebieski i czerwony – służące do identyfikacji linii żyłnej i tętniczej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pakiet 5, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników o poj. 15ml

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza pojemniki histopatologiczne o objętości 8-15 ml. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

Pakiet 6, poz. 3

Czy Zamawiający wymaga, zgodnie z zapisami Dyrektywy Europejskiej oraz z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, niesterylnych szczoteczek do cytologii posiadających badania kliniczne potwierdzające ich skuteczność w badaniach masowych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami Dyrektywy Europejskiej oraz z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, niesterylnych szczoteczek do cytologii posiadających badania kliniczne potwierdzające ich skuteczność w badaniach masowych.

Pakiet 6, poz. 4

Czy Zamawiający wymaga, zgodnie z zapisami Dyrektywy Europejskiej oraz z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, sterylnych szczoteczek do cytologii posiadających badania kliniczne potwierdzające ich skuteczność w badaniach masowych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami Dyrektywy Europejskiej oraz z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, niesterylnych szczoteczek do cytologii posiadających badania kliniczne potwierdzające ich skuteczność w badaniach masowych

Pakiet 8, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kpl. pościeli jednorazowej w rozmiarze
Prześcieradło 210x160cm
Poszwa 210 x 160cm
Poszewka 70 x 80cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 12

Pakiet 8, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła z włókniny 40g w rozmiarze 160x 210cm

Odpowiedź: Zamawiający wymaga prześcieradeł w rozmiarze 130-160x200-210cm. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ

Pakiet 9, poz. 1,2,3,4

Czy Zamawiający, podobnie jak w poz. nr 5 i 6 wymaga igieł z przezroczystym uchwytem z pryzmatem ułatwiającym identyfikację płynu mózgowordzeniowego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby igły z pozycji 1, 2 ,3, 4 posiadały przezroczystym uchwytem z pryzmatem ułatwiającym identyfikację płynu mózgowordzeniowego.

Pakiet 11, poz. 1c

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szerokości rękawa 10 lub 15cm , ponieważ rękaw o szerokości 12cm nie występuje przy parametrach zawartych w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga: Rękaw papierowo-foliowy płaski, długość 200m gramatura papieru minimum 60g/m², wskaźniki chemiczne do pary wodnej, tlenu etylenu i formaldehydu, oznaczenia i wskaźniki umieszczone na papierze pod folią, wszystkie oznaczenia poza przestrzenią załadowniczą i tylko od strony folii, nr serii i rozmiar podany na rękawie, oznaczenie CE podane na opakowaniu, wytrzymałość zgrzewu do 4,5N/15mm, szerokość zgrzewu min.1,1cm, wytrzymałość na rozciąganie minimum (N/15mm): wzdłuż na sucho - 96,8; wzdłuż na mokro - 28; w poprzek na sucho - 52,6; w poprzek na mokro - 15,7, zawartość chlorków max 0,1%, zawartość siarczynów max 0,25%. W rozmiarze minimum 12 cm x 200m.

Pakiet 11, poz. 2

Czy Zamawiający ma na myśli rękaw z zakładką 7,5cm x 2,5cm x 100m ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający w ww. pozycji ma na myśli rękaw z zakładką 7,5cm x 2,5cm x 100m.

Pakiet 11, poz. 3

Czy Zamawiający ma na myśli rękaw z zakładką 10cm x 5cm x 100m ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający w ww. pozycji ma na myśli rękaw z zakładką 10cm x 5cm x 100m.

Pakiet 25, poz. 4

Czy Zamawiający wymaga aby papiery do aparatu EKG model MAC-800 były papierami oryginalnymi, zalecanymi przez producenta aparatów EKG, gwarantujących bezawaryjne działanie sprzętu?

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji wymaga aby papiery do aparatu EKG model MAC-800 były papierami oryginalnymi, zalecanymi przez producenta aparatów EKG.

Pakiet 25, poz. 5

Czy Zamawiający wymaga aby papiery do kardiomonitora Philips Sure Signs VSV Recording były papierami oryginalnymi, zalecanymi przez producenta aparatów, gwarantujących bezawaryjne działanie sprzętu?

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji wymaga aby papiery do kardiomonitora Philips Sure Signs VSV Recording były papierami oryginalnymi, zalecanymi przez producenta aparatów.

Pakiet 25, poz. 8

Czy Zamawiający wymaga aby papiery Mitsubishi K65HM do aparatu USG typu SSA-550 A/E NEMIO-PRO były papierami oryginalnymi, wysokiej rozdzielczości , pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście zalecane przez producentów aparatu ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający w ww. pozycji wymaga aby papiery Mitsubishi K65HM do aparatu USG typu SSA-550 A/E NEMIO-PRO były papierami oryginalnymi, wysokiej rozdzielczości , pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście zalecane przez producentów.

Pakiet 25, poz. 9

Czy Zamawiający wymaga aby papiery Mitsubishi K61B do aparatu ECHOKARDIOGRAF wysiłkowy SSA-660A Ksario były papierami oryginalnymi, wysokiej rozdzielczości , pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście zalecane przez producentów aparatu ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający w ww. pozycji wymaga aby papiery Mitsubishi K61B do aparatu ECHOKARDIOGRAF wysiłkowy SSA-660A Ksario były papierami oryginalnymi, wysokiej rozdzielczości , pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście zalecane przez producentów aparatu

Pakiet 25, poz. 10

Czy Zamawiający wymaga aby papiery do videoprintera SONY UP-897 MD były wysokiej rozdzielczości , pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście i dużej skali szarości oraz były oryginalne zalecane przez producentów Videoprinterów ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający w ww. pozycji wymaga aby papiery do videoprintera SONY UP-897 MD były wysokiej rozdzielczości , pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście i dużej skali szarości oraz były oryginalne zalecane przez producentów Videoprinterów

Pakiet 25, poz. 11

Czy Zamawiający wymaga aby papiery do videoprintera Mitsubishi P93 E były wysokiej rozdzielczości , pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście i dużej skali szarości oraz były oryginalne zalecane przez producentów Videoprinterów ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby papiery do videoprintera Mitsubishi P93 E były wysokiej rozdzielczości , pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście i dużej skali szarości oraz były oryginalne zalecane przez producentów Videoprinterów.

Pakiet 25, poz. 16

Czy Zamawiający oczekuje żelu sterylnego, w saszetkach 5 g, bezbarwnego , odtłuszczonego , wyprodukowanego na bazie wody, sterylizowanego radiacyjnie?

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji oczekuje żelu sterylnego, w saszetkach 5g, bezbarwnego, odtłuszczonego , wyprodukowanego na bazie wody, sterylizowanego radiacyjnie.

Pakiet 25, poz. 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrod w rozmiarze 40x55mm.

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie elektrod w rozmiarze 40x55mm.

Pakiet 25, poz. 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrod w rozmiarze 44x30mm.

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie elektrod w rozmiarze 44x30mm.

Pakiet 25 , poz. 24

Czy Zamawiający ma na myśli elektrody jednorazowe do defibrylatora Philips HeartStart XL N3713A zalecane przez producenta, zgodnie z instrukcją użytkowania aparatu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga elektrod jednorazowych do defibrylatora Philips HeartStart XL N3713A zalecanych przez producenta, zgodnie z instrukcją użytkowania aparatu.

Dotyczy projektu Umowy

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. Nasza prośba podyktowana jest prognozami podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%.

Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE (zgodnie z tą normą, nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili obecnej).

Zgodnie z powyższym, przy zasadach jakie stosuje się przygotowując wyceny do przetargu (gdzie marże ustala się na bardzo niskim poziomie) - podniesienie stawki VAT o 15% jest dla większości dystrybutorów niemożliwe do zaakceptowania.

Konieczność utrzymania ceny brutto na niezmiennym poziomie spowoduje, że realizacja części umowy będzie odbywała się ze stratą dla Wykonawcy.

Biorąc pod uwagę powyższe, żadna z firm nie może pozwolić sobie na złożenie oferty z góry zakładając stratę, dlatego też już obecnie przy kalkulacji cen do przetargu należy wziąć pod uwagę ewentualną podwyżkę stawki VAT.

Z kolei to rozwiązanie jest niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje to przekroczenie szacunków do przetargu a następnie zakup sprzętu medycznego w wyższych cenach od początku trwania umowy, a nie od ewentualnej podwyżki stawki VAT.

Czy Zamawiający w ramach umowy dotyczącej niniejszego postępowania będzie akceptował zmianę cen jednostkowych brutto? Ceny netto pozostaną bez zmian ?

Zmiany umowy w zakresie o którym mowa wymagałyby formy pisemnej w postaci aneksu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Przewidziane przez Zamawiającego zamiany do umowy ujęte w § 12 załącznika nr 7 do SIWZ, przewidują sytuację opisaną powyżej.

Dotyczy SIWZ

Prosimy o wyrażenie zgody na zawarcie odrębnych umów do każdego z pakietu.

Zgodnie z przepisem art. 83 ust. 3 PZP, kiedy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej, wykonawca może złożyć oferty na jedną lub więcej części zamówienia. Brzmienie tego zapisu wskazuje, że mamy do czynienia nie z jedną, ale wieloma ofertami, które składa się odrębnie na każdą z części. Zamawiający w treści SIWZ podzielił opis przedmiotu zamówienia na zadania, należy je więc traktować jako odrębne i niezależne od siebie zamówienia oraz odrębne i niezależne od siebie oferty. W świetle powyższego uzasadnione jest, aby Umowa dotyczyła każdej oferty oddzielnie.

Odpowiedź: Zamawiający zawrze oddzielne umowy dla każdego z pakietów.

Zapytanie nr 17 z dnia 28.11.2014r.

Pakiet 14 poz. 2: Prosimy o odstąpienie od wymogu by wewnętrzna warstwa rękawic była nawilżana.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu, by wewnętrzna warstwa rękawic neoprenowych była nawilżana. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Pakiet 14 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic w rozmiarach od 5,5 do 9,0?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rękawic w rozmiarach 5,5 – 9,0. Pozostałe wymogi zgodne SIWZ.

Pakiet 22 pozycja 1: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie jałowej serwety dwuwarstwowej z taśmą samoprzylepną o wym. 90 x75 cm. Parametry serwety:

- laminat polipropylen + polietylen
- gramatura 57,5 g/m²
- spełnia wymogi normy **PN EN 13795 wymagania wysokie** na całej powierzchni
- odporność na wypychanie na sucho/mokro > 240 kPa
- Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.

Odpowiedź: W Pakiecie nr 22 poz 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jałowej serwety dwuwarstwowej (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) lub trójwarstwowej (włóknina wiskozowa + włóknina polipropylenowa + folia

polietylenowa) z taśmą lepłą o wym. 90x75 cm (tolerancja rozmiaru serwety +/-5 cm) wymagane parametry :

- gramatura min. 54g/m²
- odporność na penetrację płynów min. 125 cm H₂O
- odporność na rozerwnie na sucho/mokro min. 100/50 kPa
- zgodność z normą PN EN 13795:2013.

Opakowanie jednostkowe posiada minimum dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.

Pakiet 22 pozycja 2: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie jałowej serwety dwuwarstwowej o wymiarach 120 x 150 cm, wyposażonej w samoprzylepny otwór umieszczony decentralnie o wymiarach 7x10 cm.

- laminat polipropylen + polietylen
- gramatura 57,5 g/m²
- spełnia wymogi normy **PN EN 13795 wymagania wysokie** na całej powierzchni
- odporność na wypychanie na sucho/mokro > 240 kPa
- Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności

Odpowiedź: W Pakiecie nr 22 poz 2 Zamawiający wymaga zaoferowania jałowej serwety dwuwarstwowej (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o wym. 120x150 cm z samoprzylepnym otworem 5-7x7-10 cm mieszczącym się min. 45 cm od górnego końca serwety (tolerancja rozmiaru serwety +/-5 cm) wymagane parametry : gramatura: min. 54g/m², odporność na rozerwnie na sucho/mokro min 75/50 kPa, Zgodność z normą PN EN 13795:2013.

Opakowanie jednostkowe posiada minimum dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.

Pakiet 22 pozycja 3: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie jałowej serwety dwuwarstwowej wym. 90 x75 cm z samoprzylepnym otworem o średnicy 8 cm. Parametry serwety:

- laminat polipropylen + polietylen
- gramatura 57,5 g/m²
- spełnia wymogi normy **PN EN 13795 wymagania wysokie** na całej powierzchni
- odporność na wypychanie na sucho/mokro > 240 kPa
- Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności

Lub

jałowej serwety dwuwarstwowej wym. 90 x55 cm z samoprzylepnym otworem o wymiarach 10 x 15cm. Parametry serwety:

- laminat polipropylen + polietylen
- gramatura 57,5 g/m²
- spełnia wymogi normy **PN EN 13795 wymagania wysokie** na całej powierzchni
- odporność na wypychanie na sucho/mokro > 240 kPa

Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.

Odpowiedź: W Pakiecie nr 22 poz 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jałowej serwety dwuwarstwowej (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o wym. 75x90 cm z samoprzylepnym otworem 7-9 x 7-10cm lub z możliwością dostosowania średnicy otworu. wymagane parametry : gramatura: min. 54g/m², odporność na rozerwnie na sucho/mokro min 150/150 kPa, odporność na penetrację płynów min. 125 cm H₂O, Zgodność z normą PN EN 13795:2013. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.

Pakiet 22 pozycja 4: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie sterylnej włókninowej taśmy samoprzylepnej o wymiarach 9x50 cm, (pakowana po 1 szt.). Zachowując wymaganą ilość 500 sztuk.

Odpowiedź: W Pakiecie nr 22 poz 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jałowej taśmy lepnej 9-10x49-50cm, dwuwarstwowa, Pakowana po 2 lub po 1 szt z zachowaniem wymaganej liczby sztuk. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pakiet 22 pozycja 5: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie sterylnego pokrowca na stolik Mayo wymiarach 80 x145cm, w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny propylenowej (strefa krytyczna) o wymiarach 70 x 85 cm Złóżenie osłony pozwala na aplikację z zachowaniem zasad aseptyki. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.

Odpowiedź: W Pakiecie nr 22 poz 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnej osłony na stolik Mayo 79 -80 x 145 cm z warstwą chłonną na powierzchni 65-75x85 cm lub na całej serwecie z włókniny wiskozowej lub polipropylenowej, wymagane parametry:gramatura: min. 54g/m²; odporność na rozerwnie na sucho/mokro min 120/80kPa odporność na penetrację płynów min. 125 cm H₂O Zgodność z normą PN EN 13795:2013. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.

Pakiet 22 pozycja 6: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie jałowej serwety dwuwarstwowej o wym. 150 x 180 cm. Parametry serwety:

- laminat polipropylen + polietylen
- gramatura 57,5 g/m²
- spełnia wymogi normy **PN EN 13795 wymagania wysokie** na całej powierzchni
- odporność na wypychanie na sucho/mokro > 240 kPa
- Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.

Odpowiedź: W Pakiecie nr 22 poz 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnej serwety chirurgicznej trójwarstwowej lub dwuwarstwowej o wym. 150x175 cm (tolerancja rozmiaru serwety +/-5 cm), wymagane parametry :gramatura: min. 57,5g/m², odporność na penetrację płynów min 125 cm H₂O, odporność na rozerwnie na sucho/mokro min 100/50 kPa, Zgodność z normą PN EN 13795:2013. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.

Pakiet 22 pozycja 8: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie sterylne go pokrowca na ramię C wykonanego z przezroczystej folii PE o wym. 90x225 cm zakończony elastyczną gumką.

Odpowiedź: W Pakiecie nr 22 poz 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie osłony jałowej z folii przezroczystej na aparat RTG ściąganej gumką wymiarach 90-100 cm x 150-225cm. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Pakiet 22 pozycja 9: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie sterylnej kieszeni jednokomorowej o wymiarach 38 x 40 cm.

Odpowiedź: W Pakiecie nr 22 poz 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kieszeni samoprzylepnej jednokomorowej na narzędzia chirurgiczne z polietylenu w rozmiarze 40-43x35-38 cm. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Pakiet 22 pozycja 10: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie sterylnej kieszeni samoprzylepnej do przechwytywania płynów, wyposażona w sito, sztywnik i zawór do podłączenia drenu, w rozmiarze 50 x 55cm.

Odpowiedź: W Pakiecie nr 22 poz 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kieszeni samoprzylepnej do przechwytywania płynów, wyposażona w sztywnik i zawór do podłączenia drenu w rozmiarze 50-60 x 55x60 cm. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Pakiet 22 pozycja 11: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego, zapewniającego wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonanego

z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMS, o właściwościach hydrofobowych; szwy fartucha w całości wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch jest złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne

z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep o wymiarach 3 x 14 cm, mankiety

o długości 8 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch jest zgodny z normą PN EN 13795 1-3 wymagania standardowe. Rozmiar fartucha jednocześnie oznaczający jego długość: 150 cm (analogiczny do obowiązujących norm rozmiaru XL). Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami samoprzylepnymi, wewnętrzne owinięcie z włókniny celulozowej, dodatkowo pakowane z dwoma wysoko chłonnymi ręczniczkami

Odpowiedź: W Pakiecie nr 22 poz 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z lekkiej i przewiewnej włókniny SMS (trzy lub czterowarswowy) lub SMMS posiadającego miękkie mankiety z dziany poliestrowej lub innej; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z min. dwiema (jedną dwudzielną) etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 13795-1-3 wymagania standardowe. Rozmiar XL /150cm. Wymagane parametry dla włókniny SMS: gramatura fartucha min. 35g/m², dporność na penetrację płynów min 32,4 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min 149/125 kPa, Zgodność z normą PN EN 13795:2013.

Pakiet 22 pozycja 12: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego, zapewniającego wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonanego z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMS, o właściwościach hydrofobowych; szwy fartucha w całości wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch jest złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep o wymiarach 3 x 14 cm, mankiety o długości 8 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch jest zgodny z normą PN EN 13795 1-3 wymagania standardowe. Rozmiar fartucha jednocześnie oznaczający jego długość: 130 cm (analogiczny do obowiązujących norm rozmiaru L). Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami samoprzylepnymi, wewnętrzne owinięcie z włókniny celulozowej, dodatkowo pakowane z dwoma wysoko chłonnymi ręczniczkami.

Odpowiedź: W Pakiecie nr 22 poz 12 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z lekkiej i przewiewnej włókniny SMS (trzy lub czterowarswowy) lub SMMS posiadającego miękkie mankiety z dziany poliestrowej lub innej; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z min. dwiema (jedną dwudzielną) etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 13795-1-3 wymagania standardowe. Rozmiar L. /130cm. Wymagane parametry dla włókniny SMS: gramatura fartucha min. 35g/m², dporność na penetrację płynów min 32,4 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min 149/125 kPa, Zgodność z normą PN EN 13795:2013.

;

Pakiet 22 pozycja 14: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie fartucha higienicznego wykonanego z włókniny polipropylenowej. Nietoksyczny, niepłyjący. Kolor zielony. Rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji wymaga zaoferowania fartucha higienicznego wykonanego z włókniny polipropylenowej. Nietoksyczny, niepylący. Rękaw wykończony gumką lub mankietem. Kolor zielony lub niebieski, w rozmiarach: L, XL lub uniwersalnym.

Pakiet 22 pozycja 14: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha z rękawem wykończonym gumką, rozmiar uniwersalny, kolor zielony?

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji wymaga zaoferowania fartucha higienicznego wykonanego z włókniny polipropylenowej. Nietoksyczny, niepylący. Rękaw wykończony gumką lub mankietem. Kolor zielony lub niebieski, w rozmiarach: L, XL lub uniwersalnym.

Pakiet 22 pozycja 15: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie maski z trokami, trójwarstwowej, odpornej na przesiąkanie, hypoalergicznnej, pakowanej

w kartonik w formie podajnika. Na pudełku: numer referencyjny, numer LOT, numer normy parametry:

- współczynnik BFE > 98%
- pakowana po 50 sztuk
- zgodna z normą PN EN 14683 II

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji wymaga zaoferowanie maski z trokami, trójwarstwowej, odpornej na przesiąkanie, hypoalergicznnej, pakowanej w kartonik w formie podajnika. Na pudełku: numer referencyjny, numer LOT, numer normy, parametry:

- współczynnik BFE nie mniej niż 98%
- pakowana po 50 sztuk
- zgodna z normą PN EN 14683 II

Pakiet 22 pozycja 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka tylko w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie czepka w kolorze zielonym lub niebieskim.

Pakiet 22 pozycja 20, 21: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji 20, 21 oraz stworzenie z nich odrębnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli z pakietu nr 22 pozycje 20 i 21 do pakietu nr 41.

Pakiet 22 pozycja 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bluzy chirurgicznej wykonanej z włókniny bawełnopodobnej spunbond o gramaturze 50 g/m², antystatycznej, niepyłającej, oddychającej, przeznaczona do stosowania przez personel medyczny w środowisku Bloku Operacyjnego? Bluza posiadająca krótki rękaw kieszeń na piersi, dwie kieszenie boczne na dole bluzy? Bluza spełnia wymogi normy PN EN 13795 dla ubrań chirurgiczny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie bluzy chirurgicznej wykonanej z włókniny bawełnopodobnej spunbond o gramaturze 50 g/m², antystatycznej,

niepylającej, oddychającej, przeznaczona do stosowania przez personel medyczny w środowisku Bloku Operacyjnego? Bluza posiadająca krótki rękaw kieszeń na piersi, dwie kieszenie boczne na dole bluzy? Bluza spełnia wymogi normy PN EN 13795 dla ubrań chirurgicznych. Rozmiary XS, S, M, L, XL. W kolorach: zielony lub niebieski.

Pakiet 22 pozycja 21: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodni chirurgicznych wykonanych z włókniny bawełnopodobnej spunbond o gramaturze 50 g/m², antystatycznej, niepylającej, oddychającej, przeznaczona do stosowania przez personel medyczny w środowisku Bloku Operacyjnego? Spodnie ściągane tasiemką, dwie kieszenie boczne. Spodnie spełniają wymogi normy PN EN 13795 dla ubrań chirurgicznych.

Odpowiedź: Zamawiający Zamawiający dopuszcza zaoferowanie spodni chirurgicznych wykonanej z włókniny bawełnopodobnej spunbond o gramaturze 50 g/m², antystatycznej, niepylającej, oddychającej, przeznaczona do stosowania przez personel medyczny w środowisku Bloku Operacyjnego? Spodnie ściągane tasiemką, dwie kieszenie boczne. Spodnie spełniają wymogi normy PN EN 13795 dla ubrań chirurgicznych.

Rozmiary XS, S, M, L, XL. W kolorach: zielony lub niebieski.

Pakiet 22 pozycja 22: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji 22 i stworzenie z niej odrębnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli z pakietu 22 pozycje 22 do pakietu nr 42.

Pakiet 22 pozycja 22: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bluzy chirurgicznej z długim rękawem, wykonanej z włókniny bawełnopodobnej spunbond o gramaturze 50 g/m², antystatycznej, niepylającej, oddychającej? Bluza przeznaczona jest do stosowania przez personel medyczny w środowisku Bloku Operacyjnego, zgodna z wymaganiami normy PN EN 13795. Bluza posiada długi rękaw, wyposażona jest w dwie kieszenie, zapinana na zatrzaski, mankiety wykończone ściągaczem, oraz elastyczną gumkę w dolnej części bluzy.

- Kolor niebieski

- dostępne rozmiary: M, L.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie bluzy chirurgicznej z długim rękawem, wykonanej z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 49- 50 g/m², antystatycznej, niepylającej, oddychającej. Bluza przeznaczona jest do stosowania przez personel medyczny w środowisku Bloku Operacyjnego, zgodna z wymaganiami normy PN EN 13795. Bluza posiada długi rękaw, wyposażona jest w dwie kieszenie, zapinana na zatrzaski, mankiety wykończone ściągaczem lub ściągaczem i gumką. Zamawiający dopuszcza, aby bluza posiadała elastyczną gumkę w dolnej części bluzy

- Kolor niebieski lub zielony

- dostępne rozmiary: minimum M, L.

Pakiet 22 pozycja 23: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie sterylnej serwety chirurgicznej o wymiarach 38 x 45 cm wykonanej z

dwuwarstwowego pełno barierowego laminatu (polipropylen i polietylen) (zgodna z PN EN 13795 1-3 wymagania standardowe). Serwetę cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>min 100 cm H₂O

Lub

Sterylna serweta chirurgiczna o wymiarach 45 x 75 cm wykonana z dwuwarstwowego pełno barierowego laminatu (polipropylen i polietylen) (zgodna z PN EN 13795 1-3 wymagania standardowe). Serwetę powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>min 100 cm H₂O.

Odpowiedź: W Pakiecie nr 22 poz 23 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety chirurgicznej w rozmiarze 38-50x45-60 cm dwuwarstwowej, Wymagane parametry:gramatura min. 40,2g/m², Zgodność z normą PN EN 13795 1-3

Pakiet 22 pozycja 24: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie sterylnej serwety chirurgicznej o wymiarach 75x90 cm wykonanej z dwuwarstwowego pełno barierowego laminatu (polipropylen i polietylen) (zgodna z PN EN 13795) Serwetę cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>min 100 cm H₂O.

Odpowiedź: W Pakiecie nr 22 poz 24 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety chirurgicznej 75x90 cm dwuwarstwowej, gramatura: min. 53g/m². Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Pakiet 22 pozycja 25: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji 25 i stworzenie z niej odrębnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli pozycje 25 do pakietu nr 43

Pakiet 22 pozycja 26: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnych ściereczek pakowanych po 2 sztuk tj. 4000 sztuk = 2000 opakowań lub 4000 opakowań = 8000 sztuk?

W przypadku potwierdzenia, że Zamawiający wymaga zaoferowania 4000 sztuk (2000 op.) zwracamy się z pytaniem o możliwość przeliczenia ilości sztuk na opakowania i podanie ceny za opakowanie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania 4000 opakowań sterylnych ściereczek po 1 szt w opakowaniu. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 2 szt ściereczek w opakowaniu liczonych przez oferenta jako opakowanie z 1 szt.

Pakiet 22 pozycja 27: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu uniwersalnego o składzie:

- a) 4 x ręczniki 30x40 cm, wykonane z chłonnej, wzmacnianej włókniny celulozowej
o gramaturze 60g/m²
- b) 1 x osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- c) 1 x włókninowa taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
- d) 2 x samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm
- e) 1 x samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm
- f) 1 x samoprzylepna serweta operacyjna, 150 x 250cm, wyposażona w zintegrowane organizatory przewodów (4 szt.), taśma samoprzylepna o długości min. 100 cm

g) 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu),
Dotyczy pozycji d, e, f: serwety są wykonane z laminatu 3-warstwowego (strefa krytyczna) (włóknina polipropylenowa + włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 112,5g/m², oraz strefa mniej krytyczna laminat dwuwarstwowy o gramaturze 57,5 g/), a także posiadać dodatkowe wzmocnienia, w strefie krytycznej,
w postaci warstwy chłonnej. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy **PN EN 13795 wymagania wysokie**, odporny na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymały na wypychanie na mokro > 260 kPa, szybkość absorpcji 46% (badane według ISO 9073-11), klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału). Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek.

Lub

sterylnego zestawu uniwersalnego o składzie:

- a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- b) 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
- c) 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
- d) 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm
- e) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm
- f) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm

Wykonany z laminatu dwuwarstwowego (hydrofilowa włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m². Materiał obłożenia spełniający wymagania **normy PN EN 13795 wymagania wysokie**, odporne na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymały na wypychanie na mokro > 260 kPa, szybkość absorpcji (spływ cieczy) 80% (badane według ISO 9073-11), klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramu, oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej
np. strzałką.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania Zestawu Uniwersalnego, czyli Sterylnego zestawu obłożeń wykonanego z dwu lub trzywarstwowego laminatu, w którym minimum jedna warstwa to pełnobarierowa włóknina polipropylenowa zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze min. 23g/m². Jedną z warstw materiału stanowi folia PE. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 124cm H₂O oraz odporność na rozerwanie >255kPa (zgodnie z EN 13938-1). Każdy zestaw musi posiadać kartę informacyjną z opisem komponentów i etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu VentBag lub opakowanie typu papier-folia

Skład zestawu:

- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo od 79 lub 80 x 145 cm
- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki wzmocniona 140 lub 150 x 190 cm (opakowanie zestawu)
- 1 serweta samoprzylepna 200 x 170 cm lub 150x250cm lub 240x150cm
- 1 serweta samoprzylepna 175 x 170 cm lub 175x180cm lub 175x175cm
- 2 ręczniki celulozowe o rozmiarach pomiędzy: 30-33 x 33-40 cm

1 taśma samoprzylepna w rozmiarze: 9-10 x 49-50 cm
2 serwety samoprzylepne 90 x 75 cm

Pakiet 23 pozycja 1: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie **sterylnego zestawu do artroskopii o następującym składzie:**

1. 1 x serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu)
2. 1 x fartuch chirurgiczny (SMMS) rozmiar 130 cm
3. 2 x wzmocniony fartuch chirurgiczny (SMMS) rozmiar 150 cm
4. 1 x zamykany plastikowy pojemnik na ostre narzędzia
5. 1 x Osłona na kamerę 16 x250cm (składana teleskopowo)
6. 30 x Gaziki 10 x 10 cm XRD 17 nitkowe 8 warstwowe z nitką RTG, białe
7. 5 x tufier gazowy 44,5 x 44,5 cm, 20 nitkowy z nitką RTG, biały
8. 2 x ostrze nr 11
9. 2 x opatrunek włókninowy 5x7cm (część chłonna 2,5 x4cm)
10. 1 x pokrowiec na stół Mayo 80x145 cm (wzmocniony - 3 warstwy w strefie krytycznej)
11. 1 x dren redona CH12
12. 1 x butla redona 200 ml
13. 1 x Igła podskórna 21G 40mm, zielona
14. 2 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
15. 1 x osłona na kończynę o wymiarach 33x55 cm
16. 2 x ręczniki wysoko chłonne 30 x 40 cm
17. 1 x serweta o wymiarach 225x320cm, wyposażona w samouszczelniający otwór z neoprenu z o średnicy 6 cm, serweta zintegrowana jest z workiem przechwytyjącym płyny, który również posiada samouszczelniający otwór z neoprenu z otworem 7 cm, zawór do podłączenia drenu oraz sztywnik do modelowania brzegów. Serweta wyposażona jest w organizatory przewodów typu rzep.

Parametry:

- laminat dwuwarstwowy o gramaturze 57,5 g/m²
- odporność na wypychanie na mokro > 260 kPa
 - zgodna z normą PN EN 13795 wymagania wysokie
- 18. 1 x serweta chirurgiczna o wymiarach 150 x 180 cm (pod pacjenta)

Zestaw spełnia wymogi obowiązującej normy PN EN 13795. Ułożenie poszczególnych komponentów zgadza się z wymogami SIWZ.

Odpowiedź: W Pakiecie 23 poz 1 Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o powyższych parametrach. Uogólniony opis i wymagania dotyczące ww pozycji ujęte zostały w zmodyfikowanym załączniku nr 1 do SIWZ .

Pakiet 23 pozycja 2: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie **sterylnego zestawu do operacji barku o następującym składzie:**

1. 1 x serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu)
2. 1 x fartuch chirurgiczny (SMMS) rozmiar 130 cm
3. 2 x wzmocniony fartuch chirurgiczny (SMMS) rozmiar 150 cm
4. 1 x pokrowiec na stół Mayo 80x145 cm (wzmocniony - 3 warstwy w strefie krytycznej)
5. 1 x zamykany plastikowy pojemnik na ostre narzędzia

6. 30 x Gaziki 10 x 10 cm XRD 17 nitkowe 8 warstwowe z nitką RTG, białe
7. 5 x tupfer gazowy 44,5 x 44,5 cm, 20 nitkowy z nitką RTG, biały
8. 1 x skalpel nr 11
9. 2 x opatrunek włókninowy 5x7cm (warstwa chłonna 2,5 x4cm)
- 10.1 x strzykawka 10ml, 2-częściowa
- 11.1 x strzykawka 20ml, 2-częściowa
- 12.2 x Igła podskórna 21G 40mm, zielona
- 13.2 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm, nieprzemakalna
- 14.1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 24 x 80 cm
- 15.1 x serweta do operacji stawu barkowego o wymiarach 225 x 380), posiadająca samouszczelniający otwór w kształcie gruszki o wymiarach 11,5 x 12,5cm. Nad otworem znajduje się część samoprzylepna pozwalająca na dodatkowe zabezpieczenie serwety (strona od pacjenta), oraz organizatory przewodów typu rzep (min. 3 szt.) (strona od operującego) . Serweta posiada także zintegrowany okalający worek do przechwytywania płynów (270 stopni), wyposażony w sztywnik i zawór do podłączenia drenu.

Parametry:

- laminat dwuwarstwowy o gramaturze 57,5 g/m²
- odporność na wypychanie na mokro > 260 kPa

Wszystkie elementy ułożone warstwowo według wymagań zamawiającego określonych w SIWZ.

Odpowiedź: W Pakiecie 23 poz 2 Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o powyższych parametrach. Uogólniony opis i wymagania dotyczące ww pozycji ujęte zostały w zmodyfikowanym załączniku nr 1 do SIWZ .

Pakiet 23 pozycja 3: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do operacji żyłaków o następującym składzie:

1. 1 x serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu)
2. 1 x fartuch chirurgiczny (SMMS) rozmiar 130 cm
3. 2 x fartuch chirurgiczny (SMMS) rozmiar 130 cm
4. 1 x zamykany plastikowy pojemnik na ostre narzędzia
5. 30 x Gaziki 10 x 10 cm XRD 17 nitkowe 8 warstwowe z nitką RTG, białe
6. 5 x tupfer gazowy 44,5 x 44,5 cm, 20 nitkowy z nitką RTG, biały
7. 2 x ostrze nr 15
8. 1 x samoprzylepny opatrunek włókninowy 15x 10 cm z częścią opatrunkową 5 x 11cm
9. 3 x bandaż elastyczny szerokość 15cm, długość 5 m
10. 2 x Elastyczna zapinka do bandaża
11. 10 x Serweta gazowa 40x40cm, 20 nitkowa z tasiemką i z chipem RTG biała
- 12.3 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm, nieprzemakalna
13. 1 x osłona na stopę o wymiarach 24 x 37,5 cm, wyposażona w taśmy samoprzylepne, wykonana z laminatu dwuwarstwowego.
- 14.2 x ręczniki wysoko chłonne 30 x 40 cm
- 15.1 x serweta chirurgiczna o wymiarach 150 x 100 cm
- 16.1x Serweta chirurgiczna o wymiarach 200x260 cm z wcięciem w kształcie litery U (10x100 cm) z warstwą chłonną w strefie krytycznej

parametry:

- strefa krytyczna – gramatura 112,5 g/m², mniej krytyczna 57,5 g/m²
- odporność na wypychanie na mokro > 260 kPa

17. Serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 250x150 cm wzmocniona w strefie krytycznej, wyposażona w organizatory przewodów.

Dotyczy pozycji 2 i 3:

fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMS, szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch jest złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep o wymiarach 3 x 14 cm, mankiety o długości 8 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch jest zgodny z normą PN EN 13795 1wymagania standardowe
Wszystkie elementy ułożone warstwowo według wymagań zamawiającego określonych w SIWZ.

Odpowiedź: W Pakiecie 23 poz 3 Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o powyższych parametrach. Uogólniony opis i wymagania dotyczące ww pozycji ujęte zostały w zmodyfikowanym załączniku nr 1 do SIWZ .

Pakiet 23 pozycja 4: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do przepukliny o następującym składzie:

1. 1 x serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu)
2. 1 x fartuch chirurgiczny (SMMS) rozmiar 130 cm
3. 2 x fartuch chirurgiczny (SMMS) rozmiar 150 cm
4. 1 x zamykany plastikowy pojemnik na ostre narzędzia
5. 20 x Gaziki 10 x 10 cm XRD 17 nitkowe 8 warstwowe z nitką RTG, białe
6. 5 x tuffer gazowy 44,5 x 44,5 cm, 20 nitkowy z nitką RTG, biały
7. 2 x ostrze do skalpela nr 15
8. 1 x samoprzylepny opatrunek włókninowy 10x20 cm z częścią opatrunkową 5 x 16cm
9. 2 x ręczniki wysoko chłonne 30 x 40 cm
10. 2 x Serweta gazowa 40x40cm, 20 nitkowa z tasiemką i z chipem RTG biała
11. 1 x taśma samoprzylepna 9 x 50 cm
12. 2 x serweta chirurgiczna o wymiarach 75 x 75 cm
13. 1 x serweta chirurgiczna o wymiarach 150 x 180 cm (dodatkowo wzmocniona w strefie krytycznej)
14. 1 x serweta chirurgiczna o wymiarach 150 x 180 cm (dodatkowo wzmocniona w strefie krytycznej)

Dotyczy pozycji 13,14:

- strefa krytyczna – gramatura 112,5 g/m², mniej krytyczna 57,5 g/m²
- odporność na wypychanie na mokro > 260 kPa
- zgodne z wymaganiami normy **PN EN 13795 wymagania wysokie**
- laminat trójwarstwowy (strefa krytyczna), dwuwarstwowy pozostała część serwety

Dotyczy pozycji 2 i 3:

fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMS, o właściwościach; szwy fartucha w całości wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch jest złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep o wymiarach 3 x

14 cm, mankiety o długości. 8 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch jest zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Wszystkie elementy ułożone warstwowo według wymagań zamawiającego określonych w SIWZ.

Odpowiedź: W Pakiecie 23 poz 4 Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o powyższych parametrach. Uogólniony opis i wymagania dotyczące ww pozycji ujęte zostały w zmodyfikowanym załączniku nr 1 do SIWZ .

Pakiet 23 pozycja 5: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do zabiegów na ręce o następującym składzie:

1. 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu), min. rozmiary warstwy chłonnej 70 x 190 cm
2. 1 x fartuch chirurgiczny (SMMS) rozmiar 130 cm (L)
3. 1 x fartuch chirurgiczny (SMMS) rozmiar 150 cm (XL)
4. 1 x zamykany plastikowy pojemnik na ostre narzędzia
5. 30 x Gaziki 10 x 10 cm XRD 17 nitkowe 8 warstwowe z nitką RTG, białe
6. 5 x tupper gazowy 44,5 x 44,5 cm, 20 nitkowy z nitką RTG, biały
7. 1 x ostrze do skalpela nr 15
8. 1 x taśma samoprzylepna 9 x 50 cm
9. 1 x strzykawka 10ml, 2-częściowa
10. 1 x Igła 25G 40 mm Pomarańczowa
11. 1 x serweta chirurgiczna 75 x 90 cm
12. 1 x serweta chirurgiczna 120 x 150 cm, wyposażona w samoprzylepny owalny otwór o wymiarach 7x10cm . Serweta wykonana jest z chłonnego laminatu dwuwarstwowego (polipropylen + polietylen), odporność na wypychanie na mokro > 260 kPa

Dotyczy pozycji 2 i 3:

fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMS, o właściwościach; szwy fartucha w całości wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch jest złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep o wymiarach 3 x 14 cm, mankiety o długości. 8 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch jest zgodny z normą PN EN 13795 1-3 wymagania standardowe

Wszystkie elementy ułożone warstwowo według wymagań zamawiającego określonych w SIWZ.

Odpowiedź: W Pakiecie 23 poz 5 Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o powyższych parametrach. Uogólniony opis i wymagania dotyczące ww pozycji ujęte zostały w zmodyfikowanym załączniku nr 1 do SIWZ .

Pakiet 35 pozycja 6: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do wkłucia PP o następującym składzie:

1. 1x Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa nieprzemakalna o wymiarach 75x90 cm (owinięcie zestawu)
2. 1 x Strzykawka 5 ml 3 częściowa luer lock
3. 1 x Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa samoprzylepna do znieczulenia przewodowego o wymiarach 60 x75 cm z otworem samoprzylepnym 10 cm
4. 1 x Igła 25G 40 mm pomarańczowa
5. 1 x Strzykawka 3 ml 3 częściowa l/s
6. 1 x Igła 18G 40 mm różowa
7. 10 x Gaziki 10x10 cm, 17 nitkowe, 8 warstwowe, białe
8. 1 x opatrunek włókninowy 5x7 cm (2,5x4 cm)
9. 1 x pean plastikowy o długości 24,5 cm
10. 5 x tupper gazowy 44,5 x 44,5 cm, 20 nitkowy z nitką RTG, biały

Wszystkie elementy ułożone warstwowo według wymagań zamawiającego określonych w SIWZ.

Odpowiedź: W Pakiecie 23 poz 6 Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o powyższych parametrach. Uogólniony opis i wymagania dotyczące ww pozycji ujęte zostały w zmodyfikowanym załączniku nr 1 do SIWZ

Pakiet 23 pozycja 7: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do Laparoskopii o następującym składzie:

1. 1 x serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu)
2. 1 x fartuch chirurgiczny (SMMS) rozmiar 130 cm
3. 2 x fartuch chirurgiczny (SMMS) rozmiar 150 cm
4. 1x Osłona na stół Mayo 80 x145 cm
5. 5 x tupper gazowy 44,5 x 44,5 cm, 20 nitkowy z nitką RTG, biały
6. 2 x ręczniki wysoko chłonne 30 x 40 cm
7. 4x Opatrunek włókninowy 10x8 cm (6x4cm)
8. 1 x zamykany plastikowy pojemnik na ostre narzędzia
9. 1 x strzykawka 20ml, 2-częściowa
10. 2 x ostrze do skalpela nr 10
11. 30 x Gaziki 10 x 10 cm XRD 17 nitkowe 8 warstwowe z nitką RTG, białe
12. 1 x Czyścik do elektrody 5x5cm
13. 1 x dren Redona 14Ch 50 cm 15 cm XRD
14. 1 x przedłużenie do ssaka 25Ch 3,5M
15. 1 x butelka Redona 200ml
16. 1 serweta chirurgiczna do zabiegów laparoskopowych z zintegrowanym ekranem anestetycznym, w kształcie litery "T" 200/260x335 cm, z samoprzylepnym otworem w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 28x32cm otoczonym warstwą chłonną w strefie krytycznej. Obłożenie wyposażone w organizatory przewodów.

parametry dla strefy krytycznej:

- gramatura: 112,5 g/m²

- odporność na wypychanie na mokro >260 kPa

17. 1 x organizator przewodów typu rzep o wymiarach 2,5 x 20/24 cm

18. 2 x kieszeń samoprzylepna dwukomorowa o wymiarach 38 x 40 cm

19. 1 x taśma samoprzylepna 9 x 50 cm,

20. 1 x transparentna osłona na kamerę z perforowaną końcówką 13x250cm

Dotyczy pozycji 2 i 3:

fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMS, o właściwościach; szwy fartucha w całości wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch jest złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep o wymiarach 3 x 14 cm, mankiety o długości 8 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch jest zgodny z normą PN EN 13795. Wszystkie elementy ułożone warstwowo według wymagań zamawiającego określonych w SIWZ.

Odpowiedź: W Pakiecie 23 poz 7 Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o powyższych parametrach. Uogólniony opis i wymagania dotyczące ww pozycji ujęte zostały w zmodyfikowanym załączniku nr 1 do SIWZ

Pakiet 23 pozycja 8: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do plastyki krocza o następującym składzie:

1. 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu), min. rozmiary warstwy chłonnej 70 x 190 cm
2. 2 x fartuch chirurgiczny (SMMS) rozmiar 130 cm
3. 1 x fartuch chirurgiczny (SMMS) rozmiar 150 cm
4. 40 x Gaziki 10 x 10 cm XRD 17 nitkowe 8 warstwowe z nitką RTG, białe
5. 5 x tupfer gazowy 44,5 x 44,5 cm, 20 nitkowy z nitką RTG, biały
6. 2 x ostrze do skalpela nr 10
7. 1 x zamykany plastikowy pojemnik na ostre narzędzia
8. 1 x taśma samoprzylepna 9 x 50 cm
9. 2 x ręczniki wysoko chłonne 30 x 40 cm
10. 1 x serweta ginekologiczna o wymiarach 240/260 x 230 cm, wyposażona w samoprzylepny otwór w okolicach krocza o wymiarach 10 x 15 cm, otoczony warstwą chłonną. Serweta posiada także zintegrowany worek do przechwytywania płynów wyposażony w zawór do podłączenia drenu i sztywnik.

Parametry

- strefa krytyczna – gramatura 112,5 g/m², mniej krytyczna 57,5 g/m²
- odporność na wypychanie na mokro > 260 kPa
- zgodne z wymaganiami normy **PN EN 13795 wymagania wysokie**
- laminat trójwarstwowy (strefa krytyczna), dwuwarstwowy pozostała część serwety

Dotyczy pozycji 2 i 3:

fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMS, o właściwościach; szwy fartucha w całości wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch jest złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep o wymiarach 3 x 14 cm, mankiety o długości 8 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch jest zgodny z normą PN EN 13795. Wszystkie elementy ułożone warstwowo według wymagań zamawiającego określonych w SIWZ.

Odpowiedź: W Pakiecie 23 poz 7 Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o powyższych parametrach. Uogólniony opis i wymagania dotyczące ww pozycji ujęte zostały w zmodyfikowanym załączniku nr 1 do SIWZ

Pakiet 23 pozycja 9: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do mastektomii o następującym składzie:

1. 2 x ręczniki wysoko chłonne 30 x 40 cm
2. 1 x fartuch chirurgiczny (SMMS) rozmiar 130 cm
3. 2 x fartuch chirurgiczny (SMMS) rozmiar 150 cm
4. 5 x tupfer gazowy 44,5 x 44,5 cm, 20 nitkowy z nitką RTG, biały
5. 30 x Gaziki 10 x 10 cm XRD 17 nitkowe 8 warstwowe z nitką RTG, białe
6. 1 x ostrze do skalpela nr 15
7. 1 x zamykany plastikowy pojemnik na ostre narzędzia
8. 5 x Serweta gazowa 40x40cm, 20 nitkowa z tasiemką i z chipem RTG biała
9. 1 x Igła podskórna 22G 40mm (czarna)
- 11.1 x taśma samoprzylepna 9 x 50 cm
- 10.2 x serweta chirurgiczna, samoprzylepna o wymiarach 75 x 90 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (trzy warstwy).
11. 1 x serweta chirurgiczna, samoprzylepna o wymiarach 175 x 180 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (trzy warstwy), w pozostałej części serweta jest wykonana z laminatu dwuwarstwowego
12. 1 x serweta chirurgiczna, samoprzylepna o wymiarach 150x 250cm, wzmocniona w strefie krytycznej (trzy warstwy), w pozostałej części serweta jest wykonana z laminatu dwuwarstwowego. Serweta wyposażona jest w organizatory przewodów.
13. 1 x miska 500 ml, wykonana z polipropylenu
14. 1 x miska 1000 ml, wykonana z polipropylenu
15. 1 x opatrunek 10 x 15 cm
16. 1 x serweta na stół instrumentarium 150 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Parametry (dotyczy pozycji 10,11,12)

- strefa krytyczna – gramatura 112,5 g/m², mniej krytyczna 57,5 g/m²
 - odporność na wypychanie na mokro > 260 kPa
 - zgodne z wymaganiami normy **PN EN 13795 wymagania wysokie**
- laminat trójwarstwowy (strefa krytyczna), dwuwarstwowy pozostała część serwety

Odpowiedź: W Pakiecie 23 poz 9 Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o powyższych parametrach. Uogólniony opis i wymagania dotyczące ww pozycji ujęte zostały w zmodyfikowanym załączniku nr 1 do SIWZ .

Pozytywne odpowiedzi na nasze pytania podniosą konkurencyjność postępowania i umożliwią Państwu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby otrzymanych ofert, a także pozwolą na zaoszczędzenie środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

Zapytanie nr 18 z dnia 28.11.2014r.

Zapytanie 1 dot. Pakiet 22 poz. 7

Czy zamawiający dopuści sterylny pokrowiec na aparaturę w rozm. 17x250cm wykonany z przezroczystej folii PE?

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji wymaga sterylny pokrowiec na aparaturę w rozm. 16-17x250cm wykonany z przezroczystej folii PE.

Zapytanie 2 dot. Pakiet 23 wszystkie pozycje

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie próbek niesterylnych w ilości 1 sztuka dla każdej pozycji?

Odpowiedź: Tak. W ww. pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie próbek niesterylnych w ilości 1 sztuka dla każdej pozycji.

Zapytanie 3 dot. Pakiet 23 poz. 1 (Zestaw do Mastektomii)

Czy nie nastąpiła oczywista omyłka i czy zestaw nie powinien być w Pakiecie 23w poz. Nr 9?

Odpowiedź: Tak. W ww. pozycji Zamawiający popełnił omyłkę w numeracji pozycji w Pakiecie 23. Zestaw do Mastektomii to Pozycja 9 w Pakiecie 23

Zapytanie 4 dot. Pakiet 22 poz. 27

Czy zamawiający dopuści Sterylny Zestaw Uniwersalny wykonany z chłonnego nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego (strefa krytyczna), zgodnego z normą EN13795 1,2,3 o gramaturze min. 55g/m². Jedną z warstw materiału stanowi folia PE. Skład i wymiary zgodne z wymaganiami zamawiającego. W zestawie znajdują się dodatkowe dwa ręczniki celulozowe o wymiarze min. 18x25 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania Zestawu Uniwersalnego, czyli Sterylnego zestawu obłożeń wykonanego z dwu lub trzywarstwowego laminatu, w którym minimum jedna warstwa to pełnobarierowa włóknina polipropylenowa zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze min. 23g/m². Jedną z warstw materiału stanowi folia PE. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 150cm H₂O oraz odporność na rozerwanie >255kPa (zgodnie z EN 13938-1). Każdy zestaw musi posiadać kartę informacjisystemem komponentów i etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu VentBag lub opakowanie typu papier-folia

Skład zestawu:

1 serweta do nakrycia stolika Mayo od 79 lub 80 x 145 cm

1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki wzmocniona 140 lub 150 x 190 cm (opakowanie zestawu)

1 serweta samoprzylepna 200 x 170 cm lub 150x250cm lub 240x150cm

1 serweta samoprzylepna 175 x 170 cm lub 175x180cm lub175x175cm

2 ręczniki celulozowe o rozmiarze pomiędzy:30-33 x 33-40 cm

1 taśma samoprzylepna w rozmiarze: 9-10 x 49-50 cm

2 serwety samoprzylepne 90 x 75 cm

Zapytanie nr 19 z dnia 28.11.2014r.

Pakiet 26, poz.28

Czy Zamawiający w pozycji nr 28 oczekuje włókninowego opatrunku wyspowego w rozmiarze 10 x 20cm .

Odpowiedź: Opis przedstawiony przez Zamawiającego nie precyzuje rozmiaru opatrunku.

Zapytanie nr 20 z dnia 28.11.2014r.

1. Dotyczy Pakietu nr 8: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji 1,2,3,4,6 i stworzenie z nich osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wydzielił z pakietu nr 8 pozycje 2,3,4 do pakietu nr 29. Z pozycji 1 i 6 utworzy pakiet nr 44.

2. Dotyczy Pakietu nr 8 pozycja 1: Czy zamawiający wymaga, aby pościel była wykonana z włókniny dwuwarstwowej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby pościel była z włókniny minimum dwuwarstwowej.

3. Dotyczy Pakietu nr 8 pozycja 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu pościeli jednorazowej wykonanej z włókniny trójwarstwowej (100% polipropylen), kolor niebieski składającej się z:

1 x poszwa – 140cm x 210 cm

1x poszwa na poduszkę 90cm x 80cm

1x prześcieradło 130cm x 210cm

Całość opakowa w zgrzewaną torebkę foliowa wyposażoną w etykietę identyfikującą wyrób?

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza komplet pościeli jednorazowej z włókniny minimum dwuwarstwowej o składzie:

1szt- Prześcieradło min 130x200cm, 1 szt- poszewka na kłódę min.140x200cm,

1szt. - poszewka na poduszkę min 70x80 w kolorze zielonym lub niebieskim.

Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ

4. Dotyczy Pakietu nr 8 pozycja 2: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu ochronnego na roli, wykonanego z bibuły wzmocnionej folią, o szerokości 49cm, perforacja co 36cm, 50m na roli (kolor biały od strony chłonnej i niebieski od strony folii PE, gramatura 40g/m²)? Zachowanie przelicznika m.b. zgodnie z wymogami SIWZ tj. wymagane 710 rolek x 40 m.b. = 28400m.b.

Oferowane – 28400m.b. /50m.b. = 568 rolek.

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza podkłady o szerokości 48cm - 50cm z perforacją co 36cm lub 38cm lub 50cm, 40mb lub 50mb na roli. Kolor biały lub niebieski lub zielony. Przy czym zamawiana ilość podkładów 40mb na roli zgodnie z SIWZ, 50mb na roli po przeliczeniu 568 sztuk/rolek. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ

5. Dotyczy Pakietu nr 8 pozycja 3: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu ochronnego na roli, wykonanego z bibuły wzmocnionej folią, o szerokości 49cm, perforacja co 36cm, 50m na roli, (kolor biały od strony chłonnej i niebieski od strony folii PE, gramatura 40g/m²)? Zachowanie przelicznika m.b. zgodnie z wymogami SIWZ tj.:

Wymagane – 100 rolek x 40m.b. = 4000 m.b.,
Oferowane – 4000m.b. / 50m.b.= 80 rolek.

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza podkłady o szerokości 48cm - 50cm z perforacją co 36cm lub 38 cm lub 50cm, 40mb lub 50mb na roli. Kolor biały lub niebieski lub zielony. Przy czym zamawiana ilość podkładów 40mb na roli zgodnie z SIWZ, 50mb na roli po przeliczeniu 80 sztuk/rolek.
Pozostałe warunki zgodne z SIWZ

6. Dotyczy Pakietu nr 8 pozycja 4: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu ochronnego na roli, wykonanego z bibuły wzmocnionej folią, o szerokości 39cm, perforacja co 36cm, 50m na roli, (kolor biały od strony chłonnej i niebieski od strony folii PE, gramatura 40g/m²)? Zachowanie przelicznika m.b. zgodnie z wymogami SIWZ tj.:

Wymagane – 200 rolek x 40m.b. = 8000m.b.
Oferowane – 8000m.b. / 50m.b. = 160 rolek

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza podkłady o szerokości 38cm - 39cm z perforacją co 36cm lub 50cm, 40mb lub 47mb lub 50mb na roli. Kolor biały lub zielony lub niebieski. Przy czym zamawiana ilość podkładów 40mb na roli zgodnie z SIWZ, 47mb na roli po przeliczeniu 170 sztuk/rolek, 50mb na roli po przeliczeniu 160 sztuk/rolek, Pozostałe warunki zgodne z SIWZ

7. Dotyczy Pakietu nr 8 pozycja 4 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła jednorazowego z włókniny, PP spunbond, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, o wymiarach 160cm x 210 cm, kolor niebieski, gramatura 30g/m²?

Odpowiedź. W Pakiecie 8 pozycja 4 nie ma włókninowych prześcieradeł jednorazowych. Produkt ten znajduje się w Pakiecie 8 pozycja 6. Zamawiający wymaga prześcieradeł wykonanych z włókniny o gramaturze min. 30g/ m². Rozmiar minimum 130x200cm. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ

Pozytywne odpowiedzi na nasze pytania podniosą konkurencyjność postępowania i umożliwią Państwu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby otrzymanych ofert a także pozwoli na zaoszczędzenie środków przeznaczonych na realizację zamówienia.