



SPZOZ Warszawa-Ursynów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
W a r s z a w a - U r s y n ó w

ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa, Regon: 017185839, NIP: 951-19-98-375
sekretariat: tel. 22 643 74 44; tel./fax 22 641 52 14; centrala: 22 641 67 59,
22 641 29 94, 22 643 03 99, e-mail: biuro@zozursynow.pl, www.zozursynow.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



Wyróżnienie, które
zobowiązuje



Warszawa, dnia 28.12.2015r.

Nr sprawy SPZOZ.U.831/2015

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „**zakup materiałów medycznych jednorazowego użytku**” (Nr sprawy SPZOZ.U.831/2015) wpłynęły zapytania do SIWZ.

Ważne!!! W przypadku zaoferowania asortymentu innego niż określony w załączniku nr 1 do SIWZ, a dopuszczonego w wyniku udzielonych poniżej odpowiedzi, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz rozbieżności pomiędzy asortymentem pierwotnie wymaganym a asortymentem dopuszczonym w drodze odpowiedzi na zapytania (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w zał. Nr 1 po modyfikacji 1). W przypadku dopuszczonej zmiany wielkości opakowań, Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia w rubryce „ilość” odpowiednich zmian wynikających z przeliczenia oferowanej ilości w opakowaniu zbiorczym. W przypadku niezłączenia do oferty listy z zaoferowanym asortymentem odmiennym niż pierwotny, Zamawiający uzna że Wykonawca oferuje asortyment zgodny z formularzem asortymentowo cenowym, tj. załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Treść zapytań wraz z odpowiedziami zamieszczono poniżej.

Zapytanie nr 1 z dnia 25.11.2015r.

Dotyczy: Pakiet 5:

poz. 2- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników o wysokości 12 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z warunkami SIWZ.

poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników o pojemności 500ml z pokrywą szczelnie zamykaną na wcisk?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza ww. pozycji zaoferowanie pojemników o pojemności 500ml z pokrywą szczelnie zamykaną na wcisk. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników o pojemności 15ml?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza ww. pozycji zaoferowanie pojemników o pojemności 15ml. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 11 i 18 ww. zakresie.

poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników na mocz sterylnych o pojemności nominalnej 125ml i użytkowej 120ml?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza ww. pozycji zaoferowanie pojemników o pojemności od 100ml do 125ml. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

poz. 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników na mocz o pojemności nominalnej 125ml i użytkowej 120ml?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza ww. pozycji zaoferowanie pojemników o pojemności od 100ml do 125ml. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

poz. 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników na mocz o pojemności 3000ml?

Odpowiedź: Pozycja 9 Pakietu nr 5 to pojemniki na preparat histopatologiczny **a nie** pojemniki na mocz jak wskazano w zapytaniu. W przypadku pojemników na preparat histopatologiczny z pozycji jw. Zamawiający Wyraża zgodę na zaoferowanie pojemników o pojemności 2500-3000ml. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 2 z dnia 25.11.2015r.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z **Pakietu Nr 6 poz. 7,8,9,10 i 11**? Wydzielenie w/w pozycji z pakietu pozwoli na utworzenie pakietu z jednej grupy asortymentowej co umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 3 z dnia 25.11.2015r.

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 2 pozycji nr 1-13, 33-35? Pozytywna odpowiedź umożliwi nam udział w postępowaniu oraz pozwoli na zaoferowanie korzystnych dla szpitala cen.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 pozycji 4 Kompresów jałowych 8-warstwowych 7,5 x 7,5 cm wykonanych z gazy **17-** nitkowej? Pozytywna odpowiedź umożliwi nam udział w postępowaniu oraz pozwoli na zaoferowanie korzystnych dla szpitala cen.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ww. pozycji zaoferowanie kompresów jałowych 8-warstwowych 7,5 x 7,5 cm wykonanych z gazy 17- nitkowej. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 4 z dnia 27.11.2015r.

Pyt. 1 Pakiet 22

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności wyodrębni z **pakietu 22** do odrębnego pakietu np **22A** pozycję 1 , 2 i dopuści:

DOT POZ 1 - Jednorazowe sterylne igły do ostrzykiwania wykorzystywane podczas endoskopii górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego do podawania leków, płynów fizjologicznych i tuszu podczas wykonywania tatuażu oraz do ostrzykiwania krwawiących naczyń. Igły zabezpieczone teflonową osłonką ułatwiającą penetrację i chroniącą przed zagięciem. Długość 2300mm , średnica 2,3mm, średnica igły wew. 0,5mm lub 0,7 mm, długość igły 5mm.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 10 i 20 ww. zakresie.

DOT POZ 2 - Ustnik dla dorosłych – rozmiar wew otwór 22/27 mm Jednorazowy, Z opaską mocującą Nie zawiera lateksu, Niesterylny, półtwardy o anatomicznej strefie zgryzu. Kształt ustnika oraz wykorzystany materiał powinny zapewnić maksymalną ochronę pacjenta i endoskopu. Zalecany do gastrokopii, posiada regulowane mocowanie nie powodujące dyskomfortu, ucisku na policzki i twarz pacjenta.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pyt. 2 Pakiet 27

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności wyodrębni z **pakietu 27** do odrębnego pakietu np **27A** pozycję 2 i dopuści:

Klipsownica jednorazowa, z funkcją rotacji do kolonoskopowego zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów. Długość 230cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm. Sterylne. Każda sztuka pakowana oddzielnie. Ilość sztuk w opakowaniu 10 szt.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 5 z dnia 26.11.2015r.

Pytanie do pakietu nr 23 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści nerkę jednorazowego użytku o wym. 280 x 165 x 45 mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie nerki jednorazowego użytku o wymiarach: 255-280 x 140-165 x 45-48mm. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Pytanie do pakietu nr 23 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści kaczkę o pojemności 875 ml i wym. 260 x 105 x 125 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ww. pozycji zaoferowanie kaczki o pojemności 850-875ml o wymiarach: 188-260 x 105-110 x 65-125mm. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Zapytanie nr 6 z dnia 27.11.2015r.

Pakiet 10 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści pakiety typu Bowie-Dick w opakowaniach po 30 sztuk?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ww. pozycji zaoferowanie pakietów typu Bowie-Dick w opakowaniach po 20szt – ilość opakowań 50 lub po 30 sztuk – ilość opakowań po przeliczeniu 34. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pakiet 10 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki klasy 5 w opakowaniach po 250 sztuk?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ww. pozycji zaoferowanie wskaźników klasy 5 w opakowaniach po 200 szt. – ilość opakowań 50 lub po 250 szt – ilość opakowań po przeliczeniu 40. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pakiet 10 pozycja 3: Sposób umieszczenia substancji wskaźnikowej na pasku nie ma wpływu na wynik monitorowania procesu sterylizacji, w związku z powyższym czy Zamawiający dopuści wskaźniki o innym ułożeniu substancji?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza wskaźniki chemiczne klasy 4 o dowolnym ułożeniu substancji wskaźnikowej. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pakiet 10 pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści nie brudzące pakietów, nie laminowane wskaźniki wieloparametrowe?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 10 pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki skuteczności mycia mechanicznego z substancją umieszczoną na metalowej płytce? Wraz ze wskaźnikami dostarczymy bezpłatnie odpowiednio ilość przyrządów.

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza wskaźniki skuteczności mycia mechanicznego z substancją umieszczoną na metalowej płytce (wymagane nieodpłatne dostarczenie przyrządów do umieszczenia wskaźnika) lub podłożu z tworzywa sztucznego. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pakiet 10 pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki obustronnie laminowane?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza wskaźniki jedno lub obustronnie laminowane. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pakiet 10 pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki samoprzylepne?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza wskaźniki samoprzylepne lub nie.

Pakiet 10 pozycja 8: Do jakich kontenerów mają być stosowane plomby?

Odpowiedź: Plomby stosowane do kontenerów Aesculap B. Braun.

Pakiet 10 pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści plomby w opakowaniach po 1000 sztuk?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza plomby w opakowaniach po 500 szt – 12 opakowań lub po 1000szt – po przeliczeniu 6 opakowań.

Pakiet 10 pozycja 9: Prosimy o podanie przybliżonych wymiarów etykiet do kontenerów.

Odpowiedź: Etykiety do kontenerów B Brown o wymiarach 60x40mm.

Pakiet 10 pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści etykiety w opakowaniach po 500 sztuk?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza etykiety samoprzylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji do kontenerów Aesculap B, Braun w opakowaniach po 1000 szt – 4 opakowania lub po 500 szt – po przeliczeniu 8 opakowań.

Pakiet 10 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści pakiety typu Bowie-Dick z ośmioma miejscami informacyjnymi?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza pakiety typu Bowie Dick z 6 lub 8 miejscami informacyjnymi.

Zapytanie nr 7 z dnia 30.11.2015r.

Zapytanie 1: Paragraf 11 ust.2 tiret 3. Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały: odmowy dostarczenia zamówionego towaru – w wysokości 1% zamówionego towaru, a niedostarczonego towaru.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 8 z dnia 03.12.2015r.

Dot. § 11 pkt wzoru umowy

Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ pragniemy zwrócić się z uprzejmą prośbą o dokonanie zmiany w w/w paragrafie umowy na brzmienie:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- odmowy dostarczenia zamówionego towaru – w wysokości 10% wartości niedostarczonej części zamówienia za każdy dzień zwłoki z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w umowie;

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 9 z dnia 02.12.2015r.

Pakiet nr 10

Poz. 1 Czy zamawiający dopuści test, który posiada 8 miejsc informacyjnych? Umożliwi to pełen opis procesu sterylizacji ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 6 pytanie 12.

Poz.2 Czy zamawiający dopuści test pakowany po 250 sztuk?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 6 pytanie 2.

Poz. 8 Prosimy o doprecyzowanie do jakiego typu kontenerów zaoferować plomby? Czy to mają być plomby z tworzywa czy papierowe?

Odpowiedź: Plomby stosowane do kontenerów Aesculap B. Braun, plastikowe

Poz.9 Prosimy o doprecyzowanie do jakiego typu kontenerów zaoferować etykiety? Czy mają to być etykiety wkładane od góry czy z boku?

Odpowiedź: Etykiety stosowane do kontenerów Aesculap B. Braun, wkładane z boku, samoprzylepne.

Zapytanie nr 10 z dnia 01.12.2015r.

Pakiet nr 22

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 Zadania 22 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 1,9 mm, długość 230 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Tak, w ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igieł o średnicy 1,9 mm, długość 230 cm. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 4 i 20 ww. zakresie.

Zapytanie nr 11 z dnia 08.12.2015r.

Pakiet 4, pozycje 14 - 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 23 ww. zakresie.

Pakiet 4, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,3mm x 13mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza igły 0,3mm x 12-13mm Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pakiet 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o wysokości 16cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 15ml lub 30ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 1 i 18 ww. zakresie.

Pakiet 5, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 2000ml lub 2300ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza pojemnik na preparaty histopatologiczne o pojemności 2300- 2500ml. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pakiet 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wzierniki pakowane pojedynczo w opakowania foliowe, w opakowaniach zbiorczych a'100 szt. z przeliczeniem ilości na 96 opakowań, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza wzierniki pakowane pojedynczo w opakowania foliowe, w opakowaniach zbiorczych a'100 szt. z przeliczeniem ilości na 96 opakowań, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Pakiet 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wzierniki z trzpieniem w kolorze białym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza wzierniki z trzpieniem w kolorze białym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Pakiet 6, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki /miotelka fioletowo-biała/ nieposiadające badań klinicznych, w opakowaniach a'100 szt. z przeliczeniem ilości na 35 opakowań, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 7, pozycje 10 - 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ..

Pakiet 7, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką w rozmiarze CH 23 oraz drenem w rozmiarze CH 24, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 7, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do odsysania pola operacyjnego w rozmiarze CH 24, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie: prześcieradło 210x150cm, poszewka na kołdrę 210x16cm0, poszewka na poduszkę 70x80cm?

Odpowiedź: Zamawiający ww. pozycji dopuszcza komplet pościeli o składzie: prześcieradło 200-240x150-180cm, poszewka na kołdrę/koc 200-210x150-160cm, poszewka na poduszkę 70x80cm. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pakiet 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 48cm lub 50cm, perforowany co 38cm, w rolce o długości 50m z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 48cm lub 50cm, perforowany co 38cm, w rolce o długości 50m z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści podkłady dostępne w kolorze niebieskim i zielonym?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza podkłady dostępne w kolorze niebieskim i zielonym. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pakiet 8, pozycja 2-4

Czy Zamawiający dopuści podkłady dostępne w kolorze białym?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza podkłady dostępne w kolorze białym. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pakiet 8, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła wykonane z włókniny o gramaturze 35g/m² lub 45g/m², spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: W ww. pozycji Zamawiający dopuszcza prześcieradła wykonane z włókniny o gramaturze 40g/m² lub 45g/m², spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Pakiet 8, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści koszulę pacjenta wykonaną z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m², wkładaną przez głowę (bez troków), bez rozcięcia z przodu, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający ww. pozycji dopuszcza jednorazową koszulę pacjenta wykonaną z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m², wkładaną przez głowę (bez troków), bez rozcięcia z przodu lub z rozcięciem i wiązaną na troki. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pakiet 8, pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na koszulę:

- Wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m²
- Rękaw krótki, wiązana na troki przy szyi i w pasie (inne wersje dostępne na zamówienie)
- Dostępny w rozmiarach: S, M, L, XL, XXL (inne rozmiary dostępne na zamówienie)
- Jednorazowego użytku
- Niejałowa

Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią powyżej.

Pakiet 8, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści koszulę pacjenta wykonaną z włókniny SMS w kolorze niebieskim, z rozcięciem na plecach zawiązywanym na dwie pary troków?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią powyżej.

Pakiet 8, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści spodenki w kolorze niebieskim lub granatowym?

Odpowiedź: Ww. pozycji Zamawiający dopuszcza spodenki w kolorze jedynie niebieskim lub zielonym zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści sterylny ręcznik wykonany z włókniny Spunlace w rozmiarze 40cm x 40cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8, pozycja 9

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od spodu gąbczastego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8, pozycja 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koloru białego.

Odpowiedź: Ww. pozycji Zamawiający dopuszcza śliniaki stomatologiczne w kolorze niebieskim lub białym.

Pakiet 8, pozycja 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie śliniaczków 50 szt. z przeliczeniem ilości. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy do pełnych ilości?

Odpowiedź: Ww. pozycji Zamawiający dopuszcza śliniaki stomatologiczne pakowane po 100 szt – 10 opakowań lub po 50 szt – po przeliczeniu 20 opakowań. Przeliczenie zaokrąglić do pełnych ilości – opakowań.

Pakiet 12, pozycje 1 - 2

Czy Zamawiający dopuści wchłanianą gazę hemostatyczną o pH 3 - 4, czasie wchłaniania 5 – 8 dni, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuści wchłanianą gazę hemostatyczną o pH 3 - 4, czasie wchłaniania 5 – 8 dni, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ.

Pakiet 12, pozycja 3 - 5

Czy Zamawiający dopuści hemostatyk o czasie wchłaniania 3-4 tygodnie, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuści wchłaniania 3-4 tygodnie, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Pakiet 12, pozycja 1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na hemostatyk pakowany a'20szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy do pełnych ilości?

Odpowiedź Tak, ww. pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na hemostatyk pakowany a'20szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Zamawiane produkty proszę zaokrąglić do pełnych opakowań- po przeliczeniu poz 1- 3 op poz 2- 3 op.

Pakiet 12, pozycja 3,4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na hemostatyk pakowany a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy do pełnych ilości?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na hemostatyk pakowany a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Zamawiane produkty proszę zaokrąglić do pełnych opakowań- po przeliczeniu poz 3- 3 op poz 4- 6 op.

Pakiet 12, pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na hemostatyk pakowany a'5szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy do pełnych ilości?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na hemostatyk pakowany a'5szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Zamawiane produkty proszę zaokrąglić do pełnych opakowań- po przeliczeniu 12op.

Pakiet 14, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści igłę do biopsji w rozmiarach 14G/100mm, 14G/150mm i 16G/100mm, o regulowanej głębokości penetracji 10 i 20mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: W pakiecie 14 nie ma pozycji 17. Jeśli Wykonawca miał na myśli pozycję nr 12 z pakietu nr 14 Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 14, pozycja 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: j.w.

Pakiet 23, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści nerkę o wymiarach: dł. 280mm x szer. 165mm x wys. 45mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią nr 1 w zapytaniu nr 5.

Pakiet 23, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kaczkę okrągłą o pojemności 875ml, o wymiarach całkowitych ok.: dł. 260mm x szer. 110mm x wys. 120mm, jak na poniższym zdjęciu, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?



Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią nr 12 w zapytaniu nr 5.

Pakiet 30 Poz. 7-8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 5,5cm x 7,5cm?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycjach Zamawiający dopuszcza rozmiar 5,5cm x 7,5cm. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pakiet 30 Poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompresów ocznych pakowanych a'50szt. z przeliczeniem ilości. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy do pełnych ilości?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza kompresy oczne pakowane a'50szt. z przeliczeniem ilości. Przeliczając ilości należy zaokrąglić do pełnych ilości/opakowań.

Pakiet 30 Poz.13,14

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 30 poz. 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na watę o składzie 50% bawełny 50% wiskozy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 12 z dnia 08.12.2015r.

Pakiet 15 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic w rozmiarach od 5,5 do 9,0?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic w rozmiarach od 5,5 do 9,0. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pakiet 24 pozycja 1: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie jałowej serwety dwuwarstwowej z taśmą samoprzylepną o wym. 90 x75 cm. Parametry serwety:

- laminat polipropylen + polietylen
- gramatura 57,5 g/m²
- odporność na przenikanie cieczy 125 cm H₂O
- odporność na wypychanie na sucho/mokro > 240 kPa

- spełnia wymogi normy **PN EN 13795 wymagania wysokie** na całej powierzchni

Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jałowej serwety dwuwarstwowej z taśmą samoprzylepną o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pakiet 24 pozycja 2: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie jałowej serwety dwuwarstwowej o wymiarach 120 x 150 cm, wyposażonej w samoprzylepny otwór umieszczony decentralnie o wymiarach 7x10 cm.

- laminat polipropylen + polietylen
- gramatura 57,5 g/m²
- odporność na wypychanie na sucho/mokro > 240 kPa
- odporność na przenikanie cieczy 125 cm H₂O

- spełnia wymogi normy **PN EN 13795 wymagania wysokie** na całej powierzchni Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jałowej serwety dwuwarstwowej dwuwarstwowej o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pakiet 24 pozycja 3: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie jałowej serwety dwuwarstwowej wym. 90 x75 cm z samoprzylepnym otworem o średnicy 8 cm. Parametry serwety:

- laminat polipropylen + polietylen
- gramatura 57,5 g/m²
- odporność na wypychanie na sucho/mokro > 240 kPa
- odporność na przenikanie cieczy 125 cm H₂O

- spełnia wymogi normy **PN EN 13795 wymagania wysokie** na całej powierzchni

Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności

Lub

jałowej serwety dwuwarstwowej wym. 90 x55 cm z samoprzylepnym otworem o wymiarach 10 x 15cm. Parametry serwety:

- laminat polipropylen + polietylen
- gramatura 57,5 g/m²
- odporność na wypychanie na sucho/mokro > 240 kPa
- odporność na przenikanie cieczy 125 cm H₂O

- spełnia wymogi normy **PN EN 13795 wymagania wysokie** na całej powierzchni

Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jałowej serwety dwuwarstwowej dwuwarstwowej o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pakiet 24 pozycja 4: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie sterylnej włókninowej taśmy samoprzylepnej o wymiarach 9x50 cm, gramatura 57,5 g/m². Taśma pakowana a' 1 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnej włókninowej taśmy samoprzylepnej o powyższych parametrach z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pakiet 24 pozycja 5: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie sterylne go pokrowca na stolik Mayo wymiarach 80 x 145cm, w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny propylenowej (strefa krytyczna) o wymiarach wzmocnienia 75 x 90 cm. Grubość folii 55 mikronów, gramatura wzmocnienia polipropylenowego: 30 g/m². Odporność na przenikanie cieczy 150 cm H₂O. Serweta spełnia wymogi normy **PN EN 13795**.

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylne go pokrowca na stolik Mayo o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pakiet 24 pozycja 6: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie jałowej serwety dwuwarstwowej o wym. 150 x 180 cm. Parametry serwety:

- laminat polipropylen + polietylen
- gramatura 57,5 g/m²
- odporność na wypychanie na sucho/mokro > 240 kPa
- odporność na przenikanie cieczy 125 cm H₂O

- spełnia wymogi normy **PN EN 13795 wymagania wysokie** na całej powierzchni

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jałowej serwety dwuwarstwowej o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pakiet 24 pozycja 8: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu co umożliwi Państwu uzyskanie konkurencyjnej oferty na rynku.

Odpowiedź W pozycji 8 pakiet 24 omyłkowo wpisano kieszeń samoprzylepną do przechwytywania płynów Pozycja ta znajduje się w pakiecie 28 pozycja 5. Zamawiający dokonuje modyfikacji i w miejscu tym zamieszcza asortyment o parametrach sterylna samoprzylepna kieszeń z polietylenu na narzędzia jedno lub dwukomorowa o wymiarach: 40-43x35-38 cm +/-2cm.

Pakiet 24 pozycja 9: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego, wykonanego z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMS (czterowarstwowy). Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha jednocześnie oznaczający jego długość: 150 cm-odpowiednio XL. Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami samoprzylepnymi, wewnętrzne owinięcie z włókniny celulozowej, pakowane z dwoma wysoko chłonnymi ręczniczkami. Odporność

na penetrację płynów 32,4 cm H₂O, poziom pylenia 2,9 log 10 (liczby cząstek). Fartuch jest zgodny z normą PN EN 13795. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha chirurgicznego o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pakiet 24 pozycja 10: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego, wykonanego z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMS (czterowarstwowy). Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha jednocześnie oznaczający jego długość: 130 cm-odpowiednio L. Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami samoprzylepnymi, wewnętrzne owinięcie z włókniny celulozowej, pakowane z dwoma wysoko chłonnymi ręczniczkami. Odporność na penetrację płynów 32,4 cm H₂O, poziom pylenia 2,9 log 10 (liczby cząstek). Fartuch jest zgodny z normą PN EN 13795. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha chirurgicznego o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pakiet 24 pozycja 11: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie fartucha higienicznego wykonanego z włókniny polipropylenowej. Nietoksyczny, niepylący, kolor zielony, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha higienicznego o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pakiet 24 pozycja 11: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha z rękawem wykończonym gumką, rozmiar uniwersalny, kolor zielony?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pakiet 24 pozycja 12: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie maski z trokami, trójwarstwowej, odpornej na przesiąkanie, hypoalergicznej, pakowanej w kartonik w formie podajnika. Na pudełku: numer referencyjny, numer LOT, numer normy parametry:

- współczynnik BFE > 98%
- pakowana po 50 sztuk
- zgodna z normą PN EN 14683 II

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maski o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pakiet 24 pozycja 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka tylko w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czepka tylko w kolorze zielonym. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pakiet 24 pozycja 17: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie dwuwarstwowej sterylnej serwety chirurgicznej 38 x 45 cm o gramaturze 40,2 g/m² lub dwuwarstwowej sterylnej serwety chirurgicznej 45 x 75 cm o gramaturze 40,2 g/m²?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dwuwarstwowej sterylnej serwety chirurgicznej o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pakiet 24 pozycja 18: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie dwuwarstwowej sterylnej serwety chirurgicznej 75 x 90 cm o gramaturze 40,2 g/m² ?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dwuwarstwowej sterylnej serwety chirurgicznej o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pakiet 24 pozycja 20: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie **sterylnego zestawu uniwersalnego o składzie:**

- a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- b) 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
- c) 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
- d) 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm
- e) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm
- f) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm

Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (hydrofilowa włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m². Chłonność 499%. Odporność na penetrację płynów 125 cm H₂O, odporność na rozerwanie > 260 kPa. Klej repositionowany umożliwiający swobodne odklejenie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału. Materiał obłożenia spełniający wymagania **normy PN EN 13795 wymagania wysokie**. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramu, oraz wyraźnie oznaczony środek serwety główną strzałką.

Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnej serwety uniwersalnej o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 16 ww. zakresie.

Pakiet 25 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej serwety do artroskopii zgodnego z SIWZ, z tą różnicą, że:

- Zestaw zawiera jedną taśmę lepłą z folii polietylenowej o wym. 10 x 50cm;
- Fartuch niewzmocniony z SMMSa o dł. 130 cm posiada odporność na przenikanie cieczy 32,4 cm H₂O oraz widoczną przed rozłożeniem naklejkę pozwalającą na identyfikację rozmiaru.
- 2 fartuchy wzmocnione z SMMSa o dł. 150 cm również posiadają widoczną przed rozłożeniem naklejkę pozwalającą na identyfikację rozmiaru.

Wszystkie fartuchy wewnątrz zestawu bez opakowania jednostkowego zewnętrznego, które opisuje Zamawiający.

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oferowanie sterylnej serwety do artroskopii o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pakiet 25 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do operacji żyłaków zgodnego z SIWZ, zawierającego fartuchy, których odporność na przenikanie cieczy wynosi 32,4 cm H₂O. Indywidualne oznakowanie rozmiaru każdego fartucha w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem. Wszystkie fartuchy wewnątrz zestawu bez opakowania jednostkowego zewnętrznego, które opisuje Zamawiający.

Wszystkie elementy ułożone warstwowo według wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ.

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do operacji żyłaków o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pakiet 25 pozycja 3: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do przepukliny zgodnego z SIWZ z tą różnicą, że:

- 2 serwety samoprzylepne 75 x 75 cm wykonane są z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57,5 g/m²

- odporność na przenikanie cieczy fartuchów wynosi 32,4 cm H₂O. Indywidualne oznakowanie rozmiaru każdego fartucha w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem. Wszystkie fartuchy wewnątrz zestawu bez opakowania jednostkowego zewnętrznego, które opisuje Zamawiający.

Wszystkie elementy ułożone warstwowo według wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ.

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do przepukliny o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 16 ww. zakresie.

Pakiet 25 pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do zabiegów na ręce zgodnego z SIWZ, z tą różnicą, że:

- Serweta 75 x 90 cm zbudowana jest z laminatu dwuwarstwowego, w którym warstwa włókninowa (polipropylen) posiada gramaturę 30 g/m², a folia polietylenowa ma grubość 25 mikronów
- odporność na przenikanie cieczy fartuchów wynosi 32,4 cm H₂O. Indywidualne oznakowanie rozmiaru każdego fartucha w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem. Wszystkie fartuchy wewnątrz zestawu bez opakowania jednostkowego zewnętrznego, które opisuje Zamawiający.

Wszystkie elementy ułożone warstwowo według wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ.

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do zabiegów na ręce o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pakiet 25 pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do wkłucia zgodnego z SIWZ, z tą różnicą, że

- Plastikowy pean do materiału opatrunkowego ma długość 18,5 cm i kolor zielony
- Serweta dwuwarstwowa samoprzylepna do wkłucia ma otwór okrągły o średnicy 10 cm, gramaturę 40,2 g/m² i odporność na przenikanie cieczy 102 H₂O? Wszystkie elementy ułożone warstwowo według wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ.

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do wkłucia o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pakiet 25 pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do laparoskopii zgodnego z SIWZ z tą różnicą, że:

- Organizator przewodów zbudowany jest z dwóch taśm z włókniny spunlace o minimalnej długości 25 cm przymocowanych do taśmy lepnej o wym. 9 x 11 cm
- Kieszenie na materiał opatrunkowy są zaoferowane osobno (niezintegrowane z serwetą główną do laparoskopii)
- odporność na przenikanie cieczy fartuchów wynosi 32,4 cm H₂O. Indywidualne oznakowanie rozmiaru każdego fartucha w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem. Wszystkie fartuchy wewnątrz zestawu bez opakowania jednostkowego zewnętrznego, które opisuje Zamawiający.

Wszystkie elementy ułożone warstwowo według wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ.

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do laparoskopii o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pakiet 25 pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do plastyki krocza zgodnego z SIWZ z tą różnicą, że:

- odporność na przenikanie cieczy fartuchów wynosi 32,4 cm H₂O. Indywidualne oznakowanie rozmiaru każdego fartucha w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem. Wszystkie fartuchy wewnątrz zestawu bez opakowania jednostkowego zewnętrznego, które opisuje Zamawiający.

Wszystkie elementy ułożone warstwowo według wymagań zamawiającego określonych w SIWZ.

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do plastyki krocza o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pakiet 25 pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do mastektomii zgodnego z SIWZ z tą różnicą, że:

- Ręczniki chłonne mają wym. 30 x 40 cm
- odporność na przenikanie cieczy fartuchów wynosi 32,4 cm H₂O. Indywidualne oznakowanie rozmiaru każdego fartucha w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem. Wszystkie fartuchy wewnątrz zestawu bez opakowania jednostkowego zewnętrznego, które opisuje Zamawiający.
- serweta chirurgiczna 90 x 75 cm zbudowana jest z laminatu dwuwarstwowego z dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej, łączna gramatura obszaru wzmocnionego 112,5 g/m², odporność na przenikanie płynów > 125 cm H₂O
- serweta chirurgiczna 180 x 175 cm zbudowana jest z laminatu dwuwarstwowego z dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej, łączna gramatura obszaru wzmocnionego 112,5 g/m², odporność na przenikanie płynów > 125 cm H₂O
- serweta chirurgiczna 150 x 250 cm zbudowana jest z laminatu dwuwarstwowego z dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej, łączna gramatura obszaru wzmocnionego 112,5 g/m², odporność na przenikanie płynów > 125 cm H₂O
- taśma samoprzylepna dwuwarstwowa ma wymiar 9 x 50 cm
- serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm zbudowana jest z folii o grubości 50 mikronów i warstwy chłonnej o gramaturze min. 27 g/m²

Wszystkie elementy ułożone warstwowo według wymagań zamawiającego określonych w SIWZ.

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do mastektomii o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 16 ww. zakresie.

Pakiet 28 pozycja 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bluzy chirurgicznej wykonanej z włókniny bawełnopodobnej spunbond o gramaturze 50 g/m², antystatycznej, niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego? Bluza posiadająca krótki rękaw, kieszeń na piersi, dwie kieszenie boczne na dole bluzy? Dostępne rozmiary XS- XXL. Bluza spełnia wymogi normy PN EN 13795 dla ubrań chirurgicznych.

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie bluzy chirurgicznej o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pakiet 28 pozycja 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodni chirurgicznych wykonanych z włókniny bawełnopodobnej spunbond o gramaturze 50 g/m², antystatycznej, niepylącej, oddychającej, przeznaczona do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego? Spodnie ściągane tasiemką, dwie kieszenie boczne. Dostępne rozmiary XS- XXL. Spodnie spełniają wymogi normy PN EN 13795 dla ubrań chirurgicznych.

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie spodni chirurgicznych o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pakiet 28 pozycja 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bluzy chirurgicznej z długim rękawem, wykonanej z włókniny bawełnopodobnej spunbond o gramaturze 50 g/m², antystatycznej, niepylącej, oddychającej? Bluza przeznaczona jest do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego, zgodna z wymaganiami normy PN EN 13795.

Bluza posiada długi rękaw, wyposażona jest w dwie kieszenie, zapinana na zatrzaski, mankiety wykończone ściągaczem, oraz elastyczną gumkę w dolnej części bluzy.

- Kolor niebieski

- dostępne rozmiary: M, L.

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie bluzy chirurgicznej o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pakiet 28 pozycja 4, 5: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu co umożliwi Państwu uzyskanie konkurencyjnej oferty na rynku.

Odpowiedź Tak, Zamawiający wydzieli z pakietu 28 pozycję 4 i 5 i utworzy z nich pakiet 33.

Zapytanie nr 13 z dnia 08.12.2015r.

Dotyczy Pakiet nr 11: Czy Zamawiający dopuści rękawy posiadające oznaczenie nr serii oraz rozmiaru bez nr katalogowego?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawów posiadających oznaczenie nr serii oraz rozmiaru bez nr katalogowego. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Dotyczy Pakiet nr 11: Czy Zamawiający dopuści rękawy o gramaturze papieru 70g/m²? Wyższa gramatura papieru stanowi gwarancje najwyższej jakości oferowanych wyrobów.

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawów o gramaturze papieru 70g/m². Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Dotyczy Pakiet nr 11: Czy Zamawiający dopuści rękawy o szerokości zgrzewu 1cm? Tak nieznaczna różnica w żaden sposób nie wpłynie na jakość czy funkcjonalność wyrobu

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawów o szerokości zgrzewu 1cm. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Dotyczy Pakiet nr 11, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 7,5cm x 3,8cm(zakładka) x 100m?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawów w rozmiarze 7,5cm x 3,8cm(zakładka) x 100m. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Dotyczy Pakiet nr 11, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 10cm x 5cm (zakładka) x 100m?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawów w rozmiarze w rozmiarze 10cm x 5cm (zakładka) x 100m. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Zapytanie nr 14 z dnia 09.12.2015r.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 16, poz. nr 1, 2, 3:

Siatkę polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, o dwukierunkowej elastyczności, grubość siatki 0,42 mm, porowatość 748-924 µm, gramatura 107 g/m², w rozmiarze:

- poz. nr 1- 8 x 15 cm (specyfikacja 8 x 13 cm),
- poz. nr 2- zgodnym z SIWZ,
- poz. nr 3- 25 x 35,5 cm (specyfikacja wymaga 35 x 22 cm) ?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycjach Zamawiający dopuszcza zaoferowanie siatkę o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 16, poz. nr 4, 5:

Siatkę częściowo wchłaniającą, składającą się w 25 % z niewchłaniającego polipropylenu (PP) włókna monofilament oraz w 75 % z wchłaniającego włókna monofilament z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji w ciągu dwóch lat, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m², gramatura po wchłonięciu 20 g/m², grubość siatki 0,6 mm, porowatość średnia 1059 µm, porowatość max. 2030 µm, w rozmiarze:

- poz. nr 4- 6 x 11 cm (specyfikacja wymaga 12 x 8 cm prawostronna),
- poz. nr 5- 5 x 11 cm anatomicznie ukształtowana bez otworu (specyfikacja wymaga 12 x 8 cm lewostronna) ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 16, poz. nr 6:

Siatkę przeciwwrostową, wewnątrztrzewnową, z możliwością bezpośredniego położenia na jelita, miękką, niewchłaniającą, 2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetyleny (ePTFE) z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), o grubości 0,55 mm, gramaturze średniej 108 g/m², porowatości średniej 830 µm, w rozmiarze 14 x 18 cm (specyfikacja wymaga 20 x 15 cm) ?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycjach Zamawiający dopuszcza zaoferowanie siatkę o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

W razie nie wyrażenia zgody na którąkolwiek z w/w pozycji zwracamy się z prośbą o jej/ich wydzielenie i utworzenie odrębnego Pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji z pakietu nr 16.

Zapytanie nr 15 z dnia 11.12.2015r.

1. Ad. Par. 1 ust. 4

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:

Zamawiający zastrzega sobie realizację przez Wykonawcę składanych zamówień na asortyment określony w załączniku Nr 1, przy czym zamówione ilości będą wynikały z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą być różne od określonych w tym załączniku. Zamawiający gwarantuje zakup minimum 80% wartości przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

2. Ad par. 9

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący::

Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne wynikające z tytułu wprowadzenia do obrotu towaru nie spełniającego wymogów określonych obowiązującymi przepisami i normami ~~ponosi~~—Wykonawca **ponosi na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych.**

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

3. Ad. par. 11 ust. 2

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy;
- nie dostarczenia w terminie zamówionego towaru – w wysokości 0,2% wartości opóźnionego towaru, za każdy dzień zwłoki;
- odmowy dostarczenia zamówionego towaru – w wysokości 10% zamówionego, a nie dostarczonego towaru – za wyjątkiem sytuacji, gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 30 dni;
- nie dostarczenia w terminie towaru wolnego od stwierdzonej wad – w wysokości 0,2% wartości nie reklamowanej części zamówienia, za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

4. Ad par. 11 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisu na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

5. Ad par. 12 ust. 1.6)

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

Wprowadzenia ustawowych zmian w przepisach podatkowych; wówczas zmianie ulegnie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 16 z dnia 11.12.2015r.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Pakiet 25:

Zgodnie z pkt 4. 9 SIWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania przedłożenia próbek zaoferowanego asortymentu w ofercie Wykonawcy, w celu potwierdzenia jego zgodności z wymogami SIWZ. Czy w przypadku zaistnienia w/w sytuacji Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie próbek niesterylnych w ilości 1 sztuka dla każdej pozycji?

Odpowiedź: Tak, w przypadku zaistnienia konieczności przedłożenia próbek zaoferowanego asortymentu z pakietu nr 25 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie próbek niesterylnych w ilości 1 sztuka dla każdej pozycji.

Dotyczy: Pakiet 15, poz. 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o poniższych parametrach:

Sterylna, apirogenna, rękawica chirurgiczna lateksowa bezpudrowa koloru słomkowego. Kształt anatomiczny, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, pakowane parami. Mankiet antypoślizgowy, rolowany. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerową powłoką hydrożelową Biogel. Grubość rękawicy na palcu 0,24mm. Długość rękawic: 283-301 mm (/+20mm/-10mm) w zależności od rozmiaru. Zawartość ekstrahowanych protein lateksu wg zmodyfikowanej metody Lowry,ego EN 455/ ASTM D5712: <40µg/g. AQL po zapakowaniu <0,65. Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu 13N. Odporność na przenikanie wirusów: test z bakteriofagami ASTM F1671. Rozmiary: 5,5-9 do swobodnego wyboru przez zamawiającego w czasie trwania umowy. Pakowane w opakowaniu zbiorczym po minimum 40 opakowań (1 op= 1 para).

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Dotyczy: Pakiet 15, poz. 2:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o poniższych parametrach:

Sterylna, syntetyczne rękawice chirurgiczne wykonane z polichloroprenu. Apirogenne. Kolor słomkowy. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerową powłoką hydrożelową Biogel. Mankiet rolowany. Grubość na palcu 0,21 mm, Długość rękawic: 283- 301 mm (/+20mm/-10mm) w zależności od rozmiaru. Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu: 14N. Anatomiczny kształt., pakowane parami w opakowaniu wewnętrznym i opakowaniu foliowym zewnętrznym z laminatu poliestru i polietylenu o niskiej gęstości. Odporność na przenikanie wirusów : test z bakteriofagami ASTM F1671. AQL po zapakowaniu <0,65. Rozmiary 5,5-9 do swobodnego wyboru przez zamawiającego w czasie trwania umowy. Pakowane w opakowaniu zbiorczym po minimum 40 opakowań (1 op= 1 para).

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Dotyczy: Pakiet 15, poz. 3:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o poniższych parametrach:

Sterylna, apirogenna, rękawica chirurgiczna lateksowa bezpudrowa koloru zielonego. Kształt anatomiczny, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, pakowane parami. Mankiet antypoślizgowy, rolowany. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerową powłoką hydrożelową Biogel. Grubość rękawicy na palcu 0,24mm. Długość rękawic: 283-301 mm (+20mm/-10mm) w zależności od rozmiaru. Zawartość ekstarhowanych protein lateksu wg zmodyfikowanej metody Lowry,ego EN 455/ ASTM D5712 <40µg/g. AQL po zapakowaniu <0,65. Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu 12N. Odporność na przenikanie wirusów: test z bakteriofagami ASTM F1671. Rozmiary 5,5-9 do swobodnego wyboru przez zamawiającego w czasie trwania umowy. Pakowane w opakowaniu zbiorczym po minimum 40 opakowań (1 op= 1 para).

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Dotyczy: Pakiet 15, poz. 4:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o poniższych parametrach:

Sterylna, apirogenna, rękawica chirurgiczna lateksowa bezpudrowa koloru słomkowego. Kształt anatomiczny, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, pakowane parami. Mankiet antypoślizgowy, rolowany. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerową powłoką hydrożelową Biogel. Grubość rękawicy na palcu 0,22mm. Długość rękawic :283-301 (+20mm/-10mm.) w zależności od rozmiaru. Zawartość ekstrahowanych protein lateksu wg zmodyfikowanej metody Lowry,ego EN 455/ ASTM D5712 <20µg/g. AQL po zapakowaniu <0,65. Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu 15N. Odporność na przenikanie wirusów: test z bakteriofagami ASTM F1671. Rozmiary 5,5-9 do swobodnego wyboru przez zamawiającego w czasie trwania umowy. Pakowane w opakowaniu zbiorczym po minimum 40 opakowań (1 op= 1 para).

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Dotyczy: Pakiet 15, poz. 5:

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 15 pozycji nr 5 i umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Tak skonstruowany pakiet uniemożliwia naszej firmie – producentowi wysokiej jakości wyrobów medycznych przeznaczonych na salę operacyjną złożenie oferty na dostawy wyrobów określonych w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a **spowoduje większą konkurencyjność**, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 5 z pakietu 15 i przenosi ją do nowo utworzonego pakietu nr 34.

Dotyczy: Pakiet 24, poz. 7:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sterylnego pokrowca na aparaturę w rozm. 17x250cm wykonany z przezroczystej folii PE.

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnego pokrowca o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Dotyczy: Pakiet 24, poz. 20:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Sterylnego Zestawu Uniwersalnego wykonanego z chłonnego nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego (strefa krytyczna), zgodnego z normą EN13795 1,2,3

o gramaturze min. 55g/m² oraz z czterema ręcznikami celulozowymi. Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaferowanie Sterylnego Zestawu Uniwersalnego o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 12 ww. zakresie.

Dotyczy: Pakiet 25, poz. 3 (zestaw do przepukliny):

Czy Zamawiający dopuści białą Serwetę gazową 40x40cm 20nitkową z tasiemką zawierającą **chip** RTG?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaferowanie serwety o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 12 ww. zakresie.

Dotyczy: Pakiet 25, poz. 4 (zestaw do zabiegów na ręce):

Czy Zamawiający dopuści zamykany pojemnik o rozmiarze 11,5x4,5x1 cm, 20ct magnetyczny?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 12 ww. zakresie.

Dotyczy: Pakiet 25, poz. 8 (zestaw do mastektomii):

Czy Zamawiający dopuści białą Serwetę gazową 40x40cm 20nitkową z tasiemką zawierającą **chip** RTG?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaferowanie serwety o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 12 ww. zakresie.

Dotyczy: Pakiet 25, poz. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8:

W opisach sterylnych fartuchów chirurgicznych Zamawiający umieścił poniższą informację o opakowaniu:

„Opakowanie folia-papier z min. dwiema (jedną dwudzielną) etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami.”

Pragniemy poinformować, iż wymienione fartuchy wchodzi w skład całego zestawu i nie są pakowane w osobne opakowania. Fartuchy są złożone z całym zestawem z zachowaniem wszelkich norm i przepisów. Opakowanie zbiorcze całego zestawu są opakowaniami foliowo-papierowymi posiadającymi min. dwie etykiety przylepne. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o usunięcie w/w zdania z opisów wszystkich fartuchów wymienionych w Pakiecie 25.

Odpowiedź: Ww. pozycjach Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów opisów przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie zapisów: „Opakowanie folia-papier z min. dwiema (jedną dwudzielną) etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami” dotyczących wszystkich fartuchów.

Zapytanie nr 17 z dnia 14.12.2015r.

Pytanie nr 1 dotyczące Pakietu 21 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rękawice nieznacznie różniące się opisem, tj:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe o grubości pojedynczej ścianki na palcu 0,12mm, dłoni 0,08 mm, na mankiecie 0,06mm. Rolowany mankiety, teksturowane tylko na palcach, kolor niebieski, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Przebadane na przenikalność min. 8 substancji chemicznych na co najmniej 2 poziomie ochrony potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Informacja o substancjach oraz poziomie ochrony nadrukowana na

opakowaniu. Informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji na co najmniej poziomie 1 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu lub dołączone badania). Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu. Produkt zgodny z wymaganiami EN 455 części 1,2,3 oraz 4. Zgodne z normą ASTM F1671 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3, zgodne z normą EN 420, EN 388. Współczynnik AQL dla szczelności 1,0, bez zawartości protein, siła zerwania przed starzeniem min. 6,5 N, po starzeniu min. 6,5 N. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie a'200 sztuk (XS-XL).

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 22 ww. zakresie.

Pytanie nr 2 dotyczące Pakietu 21 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubościach: 0,36-0,37mm na palcu, 0,32-0,33 na dłoni, 0,24-0,25mm na mankiecie, o dł. 301-306mm, rozciągliwość 650% przed starzeniem, siła zrywu min. 27.14N przed starzeniem. Pozostałe parametry SIWZ zostaną zachowane.

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 22 ww. zakresie.

Zapytanie nr 18 z dnia 14.12.2015r.

Dotyczy Pakietu nr 1

Pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Drenu silikonowego z linią RTG rozmiar CH 15, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 30. długość 500mm.

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie drenów o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pozycja 16

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Drenów Kehra T CH8 – 20.

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie drenów o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Dotyczy Pakietu 3

Pozycja 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów IS z drenem o długości min. 180cm.

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przyrządu do przetaczania płynów IS z drenem o długości min. 180cm.. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 23 ww. zakresie.

Pozycja 16

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 16 Przyrząd do przetaczania płynów IS bursztynowy do oddzielnego pakietu. Umożliwi to złożenie oferty konkurencyjnej cenowo.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 23 ww. zakresie.

Dotyczy Pakietu 5

Pozycja 6

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania pojemnika na preparat histopatologiczny o pojemności 15ml z nakrętką

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemnika na preparat histopatologiczny o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 12 ww. zakresie.

Dotyczy Pakietu 8

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kompletu pościeli jednorazowej w skład której wchodzi:

Prześcieradło 210x160 cm

Poszwa na koc 210x160 cm

Poszwa na poduszkę 70x80 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komplet pościeli o składzie: prześcieradło 200-240x150-180cm, poszewka na koldrę/koc 200-210x150-160cm, poszewka na poduszkę 70x80cm

Dotyczy Pakietu 31

Pozycja 4

Czy Zamawiający wymaga aby papiery do aparatu EKG model MAC-800 były papierami oryginalnymi, zalecanymi przez producenta aparatów EKG, gwarantujących bezawaryjne działanie sprzętu?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający wymaga zaoferowanie oryginalnego papieru do EKG model MAC-800.

Pozycja 5

Czy Zamawiający wymaga aby papiery do kardiomonitora Philips Sure Signs VSV Recording były papierami oryginalnymi, zalecanymi przez producenta aparatów, gwarantujących bezawaryjne działanie sprzętu?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający wymaga aby papiery do kardiomonitora Philips Sure Signs VSV Recording były papierami oryginalnymi, zalecanymi przez producenta aparatów, gwarantujących bezawaryjne działanie sprzętu.

Pozycja 8

Czy Zamawiający wymaga aby papiery Mitsubishi K65HM do aparatu USG typu SSA-550 A/E NEMIO-PRO były papierami oryginalnymi, wysokiej rozdzielczości, pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście zalecane przez producentów aparatu?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający wymaga aby papiery Mitsubishi K65HM do aparatu USG typu SSA-550 A/E NEMIO-PRO były papierami oryginalnymi, wysokiej rozdzielczości, pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście zalecane przez producentów aparatu.

Pozycja 9

Czy Zamawiający wymaga aby papiery Mitsubishi K61B do aparatu ECHOKARDIOGRAF wysiłkowy SSA-660A Ksario były papierami oryginalnymi, wysokiej rozdzielczości, pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście zalecane przez producentów aparatu?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający wymaga aby papiery Mitsubishi K61B do aparatu ECHOKARDIOGRAF wysiłkowy SSA-660A Ksario były papierami oryginalnymi, wysokiej rozdzielczości, pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście zalecane przez producentów aparatu.

Pozycja 10

Czy Zamawiający wymaga aby papiery do videoprintera SONY UP-897 MD były wysokiej rozdzielczości , pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście i dużej skali szarości oraz były oryginalne zalecane przez producentów Videoprinterów ?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający wymaga aby papiery do videoprintera SONY UP-897 MD były wysokiej rozdzielczości , pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście i dużej skali szarości oraz były oryginalne zalecane przez producentów Videoprinterów.

Pozycja 11

Czy Zamawiający wymaga aby papiery do videoprintera Mitsubishi P93 E były wysokiej rozdzielczości , pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście i dużej skali szarości oraz były oryginalne zalecane przez producentów Videoprinterów ?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający wymaga aby papiery do videoprintera Mitsubishi P93 E były wysokiej rozdzielczości , pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście i dużej skali szarości oraz były oryginalne zalecane przez producentów Videoprinterów.

Zapytanie nr 19 z dnia 11.12.2015r.

1. Czy Zamawiający dodatkowo wymaga w **pakiecie 12 pozycja 1-2** gazy hemostatycznej o właściwościach bakteriobójczych na MRSA i MRSE potwierdzonych w instrukcji użytkowania?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 11 ww. zakresie.

2. Czy Zamawiający dodatkowo wymaga, aby gaza hemostatyczna z **pakietu nr 12 pozycja 1-2** zapewniała czas krzepnięcia krwi w 3-4 minuty?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 11 ww. zakresie.

3. Czy Zamawiający w ramach **pakietu 12 pozycja 3** wyrazi zgodę na zaoferowanie hemostatyku w opakowaniu a'20 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie hemostatyku w opakowaniu a'20 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 11 ww. zakresie.

4. Czy Zamawiający w ramach **pakietu 12 pozycja 4** wyrazi zgodę na zaoferowanie hemostatyku w opakowaniu a'10 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie hemostatyku w opakowaniu a'10 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 11 ww. zakresie.

5. Czy Zamawiający w ramach **pakietu 12 pozycja 5** wyrazi zgodę na zaoferowanie hemostatyku w opakowaniu a'6 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie hemostatyku w opakowaniu a'20 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 11 ww. zakresie.

6. Czy w celu potwierdzenia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie dystrybucji oferowanego asortymentu Zamawiający wyrazi zgodę, w stosunku do asortymentu z **pakietu 12** na przedstawienie wykazu dostaw i potwierdzających to dowodów, których przedmiotem będzie dostawa materiałów hemostatycznych (np. gazy hemostatycznej, gąbek żelatynowych), zamiast dostaw materiałów medycznych jednorazowego użytku? Dopiero wówczas będzie to wykaz dostaw potwierdzający należyte realizowanie dostaw w zakresie oferowanych przez wykonawcę produktów.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w celu potwierdzenia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie dystrybucji oferowanego asortymentu Zamawiający wymaga, w stosunku do asortymentu z **pakietu 12** na przedstawienie wykazu dostaw i potwierdzających to dowodów, których przedmiotem będzie dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku, gdzie za materiał medyczny jednorazowego użytku uznane zostaną również materiały hemostatyczne (np. gazy hemostatycznej, gąbek żelatynowych).

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 12 pozycja 3** hemostatyku powierzchniowego w rozmiarze 7x5x0,1 cm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie hemostatyku powierzchniowego o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 11 ww. zakresie.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 12 pozycja 4** hemostatyku powierzchniowego w rozmiarze 7x5x1 cm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie hemostatyku powierzchniowego o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 11 ww. zakresie.

9. Czy Zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna z **pakietu 12 pozycja 1-2** charakteryzowała się wartością pH w przedziale 2,5-2,8? Prosimy o sprecyzowanie zakresu wartości pH, której wymaga Zamawiający, ponieważ obecny opis jest zbyt ogólny.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 20 z dnia 10.12.2015r.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet 22

1. Prosimy o dopuszczenie w **pakiecie 22 w pozycji 1**, w miejsce pierwotnych parametrów, jednorazowych sterylnych igieł do ostrzykiwania wykorzystywanych podczas endoskopii górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego do podawania leków, płynów fizjologicznych i tuszu podczas wykonywania tatuażu oraz do ostrzykiwania krwawiących naczyń. Igły zabezpieczone teflonową osłonką ułatwiającą penetrację i chroniącą przed zagięciem. Długość 200 cm, średnica zewnętrzna 7 Fr, średnica igły 23 G, długość wysunięcia igły 4 mm, kompatybilne z endoskopami o min. kanale roboczym 2,8 mm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. oraz odpowiedzią na zapytanie nr 4 i 10 ww. zakresie.

2. Prosimy o dopuszczenie w **pakiecie 22 w pozycji 3**, w miejsce pierwotnych parametrów, wielorazowych szczoteczek do ręcznego mycia endoskopów wykonanych ze stali nierdzewnej, długość 2200mm, średnica szczotki 5,5 mm, do użycia z endoskopami w zakresie średnic kanału 2,8 – 4,2 mm, pakowane pojedynczo.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 21 z dnia 15.12.2015r.

Zwracam się z wnioskiem o dołączenie do pakietu 5 SIWZ pozycji:

-Pojemnik na odpady medyczne 0,25l

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje przedmiot zamówienia w zakresie pakietu nr 5 poprzez dodanie pozycji nr 11 w załączniku nr 1 do SIWZ.

Oraz dopuszczenie do postępowania:

- Pojemnik na odpady medyczne 6l, w zastępstwie uwzględnionego pojemnika 5l, pakiet nr 5, pozycja nr 4.

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemnika na odpady medyczne o pojemności 5-6l. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Pojemnik na odpady medyczne 1,5l, w zastępstwie uwzględnionego pojemnika 2l, pakiet nr 5, pozycja nr 3.

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemnika na odpady medyczne o pojemności 1,5l-2l. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 22 z dnia 14.12.2015r.

Pakiet 21, poz. 1

1. Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości ścianki na palcu min. 0,11mm., pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 17 ww. zakresie.

2. Prosimy o odstąpienie od wymogu polimeryzacji od strony roboczej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 17 ww. zakresie.

3. Prosimy o dopuszczenie rękawic przebadanych na przenikanie 3 substancji chemicznych na 6 poziomie ochrony.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 17 ww. zakresie.

4. Prosimy o odstąpienie od wymogu przeprowadzenia badań dotyczących barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 17 ww. zakresie.

5. Prosimy o odstąpienie od wymogu przeprowadzenia badań HPLC na obecność tiuramów oraz MBT.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 17 ww. zakresie.

6. Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'200 szt. w rozmiarze XL.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 17 ww. zakresie.

Pakiet 21, poz. 2.

1. Czy Zamawiający dopuści rękawice nitylowe o grubości pojedynczej ścianki na palcu min. 0,18 mm., doni min. 0,12 mm., mankiecie min. 0,09 mm., długość min. 275 mm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 17 ww. zakresie.

2. Prosimy o dopuszczenie rękawic o sile zrywu przed starzeniem 12,49N.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 17 ww. zakresie.

3. Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych a'100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 17 ww. zakresie.

Pakiet 21, poz. 3.

Prosimy o odstąpienie od wymogu przeprowadzenia badań zgodnie z normą EN 374-3 potwierdzonych badaniami jednostki niezależnej i dopuszczenie rękawic przebadanych zgodnie z normą EN 374-1 z wyłączeniem punktu 5.3.2, EN 374-2.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 23 z dnia 16.12.2015r.

Pytanie 1- Pakiet 3, poz. 14, 15, 16

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji, pozwoli to Państwu uzyskać większą liczbę korzystnych ofert pod względem asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 18 ww. zakresie.

Pytanie 2- Pakiet 3, poz. 14, 15, 16

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządów o długości drenu 150cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 18 ww. zakresie.

Pytanie 3- Pakiet 4, poz. 18-21

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji (strzykawki bezpieczne), i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to Państwu uzyskać większą liczbę korzystnych ofert pod względem asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4- Pakiet 4, poz. 4

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek pakowanych po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 5- Pakiet 4, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową z dołączoną igłą 0,45x13mm?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawki tuberkulinowej z dołączoną igłą 0,45x13mm. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 6- Pakiet 4, poz. 9

Czy Zamawiający wymaga koreczków z trzpieniem znajdującym się poniżej krawędzi korka?

Odpowiedź: Ww. pozycji Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga koreczków z trzpieniem znajdującym się poniżej krawędzi korka.

Pytanie 7- Pakiet 4, poz. 11

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie Mini Spike z filtrem przeciwbakteryjnym 0,1 mikrometra, bez zastawki. Samozamykająca się zatyczka zabezpieczająca światło igły.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8- Pakiet 4, poz. 12

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kranika trójdrożnego z drenikiem łączącym (osobno dołączonym do kranika, o długości 25 cm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9- Pakiet 4, poz. 13

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kranika trójdrożnego posiadającego optyczny bez wyczuwalnego indykatora pozycji otwarty-zamknięty.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10- Pakiet 4, poz. 5-6

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie na jakich pompach strzykawkowych pracuje Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający posiada pompy strzykawkowe Medima S1.

Pytanie 11- Pakiet 4, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,40 x 20 mm zamiast 0,40 x 19mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igieł o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 11 ww. zakresie.

Pytanie 12– Pakiet 26, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule ze standardowym korkiem portu górnego, 4 paski RTG, opakowanie papier klasy medycznej, rozmiary:

22G/25, 33 ml/min

20G/32, 57 ml/min

18G/45, 90 ml/min

18G/38, 90 ml/min

17G/45, 130 ml/min

16G/45, 180 ml/min

14G/45, 290ml/min

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13– Pakiet 26, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP=teflon, (zarówno FEP=teflon jak i PTFE=teflon), opakowanie papier klasy medycznej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14– Pakiet 26, poz. 3

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli ze standardowym koreczkiem portu bocznego, bez systemu kapilar, posiada system mikrokanalików chroniących przed wypływem krwi z kaniuli, 4 paski wtopione, opakowanie papier klasy medycznej, rozmiary:

2,0x45 290 ml/min

1,7x45 180 ml/min

1,5x45 140 ml/min

1,2x45 90ml/min

12x32 90ml/min

1,0x32 57 ml/min

0,8x25 33 ml/min

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

UWAGA ważne!!!! Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą po otrzymaniu niniejszego pisma o niezwłoczne przesłanie pierwszej strony z potwierdzeniem odbioru (pieczęć firmowa, data i podpis) na nr fax(022) 641-52-14.

