

Warszawa, 28-08-2026r.

SPZOZ.U.ZAP.6301.2026

ZAWIADOMIENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego p.n.: „**sukcesywne dostawy rękawic sterylnych i diagnostycznych**” wpłynęło zapytanie do treści ogłoszenia. Treść wyjaśnień na otrzymane zapytanie zamieszczono poniżej.

Pytanie 1

Dotyczy Zadanie 1 poz. 1 i 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, lateksowe, obustronnie polimeryzowane, trójwarstwowe, bezpudrowe. Grubość na palcu 0.22 – 0,24 mm, grubość na dłoni 0.21 – 0,22 mm oraz grubość na mankiecie 0.16 -0,18 mm, długość min. 295 mm (dla każdego od rozmiaru), średnia siła zrywania przed starzeniem min. 16 N; AQL 0,65, poziom protein lateksu <10ug/g według zmodyfikowanej metody Lowry'ego, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne. Mankiet zakończony rolowanym brzegiem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy /ARD DESIGN., opakowanie zewnętrzne foliowe podciśnieniowe. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancje na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Odporne na przenikalność wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 oraz na przenikanie min. 11 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 (raporty z wynikami badań). Niska zawartość endotoksyn.. Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa rękawicy, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R). Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2

Dotyczy Zadanie 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, syntetyczne wykonane z neoprenu, bezpudrowe, sterylne, kolor jasny brązowy, kształt anatomiczny, prawidłowe przyleganie rękawicy, rolowany brzeg mankietu, obustronnie polimerowane, powierzchnia zewnętrzna z warstwą antypoślizgową. Długość rękawicy min 295mm, grubość rękawicy: palec 0,21mm-0,23mm, dłoń 0,18mm-0,19mm, mankiet 0,15mm-0,17mm. Wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978- potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z EN 374-1,2,4. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie

wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Termin ważności 5 lat, sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma. Rozmiar 5,5-9,0

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3

Dotyczy Zadanie 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe, sterylne, obustronnie pokryte polimerem, jednorazowego użytku, elastyczne, odporne na rozciąganie, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, powierzchnia mikroteksturowana. W kolorze brązowym, nie powodującym refleksu przy dodatkowym oświetleniu. Mankiet zakończony rolowanym brzegiem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy /ARD DESIGN. Kształt anatomiczny zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Pozbawione tiuramów. Sterylizowane radiacyjnie. Poziom protein <20 µg/g. Poziom szczelności: AQL 0,65. Długość rękawicy: min. 295mm. Grubość rękawicy (ścianka pojedyncza): palec 0,17mm-0,18mm, dłoń 0,16mm-0,17mm, mankiet 0,15mm-0,16mm. Siła zrywania przed starzeniem: min.14,0N.

Dostępne w rozmiarach 5,5–9,0 (co pół). Pakowane parami w opakowania a 50 par, wewnętrzne papierowe, zewnętrzne próżniowe folia/folia. Oznakowanie: Klasa IIa zgodnie z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC, Kategoria III zgodnie z Regulacją PPE (EU) 2016/425.

Zgodność z normami: EN 455 (1-2-3-4); EN 556; EN ISO 374-1:2016/Typ B; EN 420:2003+A1:2009; EN 16523; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013; EN ISO 374-5:2016; EN 421:2010; ISO 13485; ISO 9001.

Oznakowane znakiem CE. Termin ważności 5 lat. Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671/EN 374-5:2016, przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM F 1670, przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3/EN 16523-1?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4

Dotyczy Zadanie 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości rękawicy na palcu 0,10 mm +/- 0,01 mm, o pozostałych parametrach zgodnych z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 5

Dotyczy Zadanie 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości rękawicy na mankiecie 0,08 mm +/-0,02mm o poziomie AQL 1,0, siła zrywu min 6N – potwierdzone raportem z badań producenta o pozostałych parametrach zgodnych z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.