

Warszawa, 12-10-2026r.

SPZOZ.U.ZAP.6666.2026

ZAWIADOMIENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na **usługi w zakresie wykonywania przeglądów technicznych sprzętu medycznego III**, wpłynęło zapytanie do treści ogłoszenia. Treść wyjaśnień na otrzymane zapytanie zamieszczono poniżej.

Pytanie 1

- zwracam się z prośbą o udostępnienie szczegółowego harmonogramu przeglądów technicznych dla pakietu 43.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przegląd dla Pakietu 43 zaplanowany jest na marzec 2028.

Pytanie 2

- czy do kalkulacji ceny oferty należy doliczyć koszt wymiany akumulatorów w pompach - pakiet 43,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do kalkulacji ceny oferty nie należy doliczać kosztów wymiany akumulatorów. Wybrany Wykonawca po przeprowadzeniu przeglądu przedstawi ofertę na wymianę akumulatorów, które zgodnie z wynikami przeglądu faktycznie wymagają wymiany.

Dział Zamówień Publicznych
SPZOZ Warszawa-Ursynów
Magdalena Mhedhbi